

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
ORAZ ZMIANA SWZ

**dot. sprawy : 38/ZP/2023**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania prowadzonego na **Dostawę sprzętu medycznego I**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1.

**Pakiet nr 5**

Szanowni Państwo, prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 16 tygodni od dnia podpisania umowy. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także ze względu na wejście w życie regulacji „Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach, z powodu wojny w Ukrainie  
Odpowiedź : Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia w tym pakiecie na termin - od dnia podpisania do 30.11.2023 roku, patrz zmiana SWZ w tym zakresie

**Pytanie nr 2 do SWZ „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO” – pakiet nr 2:**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 12 tygodni do 16 tygodni?

*Uzasadnienie:*

*W obecnej sytuacji w Europie oraz na świecie związanej z wojną na Ukrainie znaczącemu wydłużeniu uległy procesy logistyczne dostawy podzespołów elektronicznych oraz sprzętu.  
Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 16 tygodni od daty podpisania umowy, aby uniknąć ryzyka niemożliwości dostarczenia zamówienia w wymaganym terminie.*

Odpowiedź : Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia w tym pakiecie na termin - od dnia podpisania do 30.11.2023 roku, patrz zmiana SWZ w tym zakresie

**Pytanie nr 3 do SWZ Pakiet nr 2a pkt. 122 – pakiet nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza: System powinien mieć opcjonalną możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły tworzących konfiguracje:  
-min. 60 kanałów odbiorczych  
-min. 12 wyjść dla stymulacji stałoprądowej  
-min. 20 kanałów EEG

*Uzasadnienie:*

*Konfiguracja w zaproponowanej ilości wejść i wyjść spełnia wszystkie zaawansowane procedury kliniczne oraz pozwala na prowadzenie badań naukowych.*

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

**Pytanie nr 4 do SWZ Pakiet nr 2a pkt. 135 – pakiet nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza: Panel tylny wózka aparaturowego zamykany na zamek niewymagający klucza, mieszczący moduł bazowy, interfejs komunikacyjny panel rozszerzeń podłączanych modułów dodatkowych?

*Uzasadnienie:*

*Panel tylny systemu/urządzenia medycznego jest zabezpieczony plombą serwisową i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci fizycznego klucza, który musi również być fizycznie zabezpieczony.*

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 5 do SWZ Pakiet nr 2a pkt. 164 – pakiet nr 2:**

Czy Zamawiający może sprecyzować zapis i wyjaśnić, czy nie doszło do omyłki pisarskiej: Eksport oraz import bazy danych pacjenta do zewnętrznego programu podglądu i analizy, również w formacie typu AVSII? Czy nie chodziło o formatu typu ASCII ?

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 6 do SWZ Pakiet nr 2b pkt. 18 – pakiet nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza: Para elektrod igłowych pod kątem 90stopni, , izolowanych z odsłoniętą końcówką 3mm (dl. igły min. 12mm, dl. przewodu min. 1.5m), produkt jednorazowy, każdy komplet pakowany osobno sterylnie?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 1a**

109. W ramach dostawy sprzętu integracja urządzeń na sali operacyjnej

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od opisanego w pkt 109 wymogu integracji urządzeń na sali operacyjnej.

Zaznaczamy iż Zamawiający w opisie doprecyzował już wymagane integracje z urządzeniami typu : mikroskop, USG.

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 1a**

109.	W ramach dostawy sprzętu integracja urządzeń na sali operacyjnej
------	--

W związku z powyższym wymogiem zwracamy się z prośbą o wskazanie listy urządzeń i zakresu integracji wskazanych urządzeń.

Odpowiedź : patrz odpowiedź na pytanie nr 7.

**Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 1a**

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany system neuronawigacji oraz stacja planowania zostały podłączone do szpitalnego systemu PAKS celem importu badań CT i MR?

Odpowiedź : tak

**Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 1a**

Prosimy o doprecyzowanie czy oferowany system powinien być gotowy do wpięcia do sieci szpitalnej celem ściągania badań TK i MR z systemu PAKS z licencją na import badań i kosztami konfiguracji PAKS po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji z systemem PAKS, a wszelkie koszty z tym związane, są po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 1a**

Prosimy o wskazanie dostawcy/operatora/ administratora szpitalnej sieci PAKS?

Odpowiedź : spółka Alteris.

**Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 1a**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również systemu fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2022 roku. Systemy neuronawigacji produkowane są w cyklach 2 i 3 letnich.

Odpowiedź : tak

**Równocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin wykonania zamówienia dla pakietów 1,2,5 na zapis : termin wykonania zamówienia 30.11.2023 roku od dnia podpisania umowy (w zakresie dostawy sprzętu medycznego) oraz dokonuje korekt w umowie.**

**Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest zmodyfikowany SWZ II**

**Wszelkie zmiany w tym na skutek odpowiedzi na pytania są zaznaczone na czerwono**

**Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 07.07.2023 roku**

**Składania ofert do dnia 07.07.2023 roku do godz. 08:00**

**Otwarcie ofert dnia 07.07.2023 roku godz. 09:00**