

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. sprawy : 45/ZP/2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania prowadzonego na **Dostawę sprzętu medycznego IV**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

1. Pakiet nr 4. Aparat USG I. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przenośny aparat usg typu laptop wraz ze stolikiem jezdnym nieużywany, fabrycznie nowy wyprodukowany w 2022 r spełniający wymagania Zamawiającego?

Odp. : TAK

2. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Lp. 92. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty powieszane z wagą max. 145 kg?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

3. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Lp. 93. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z indywidualnymi podwójnymi bezpiecznikami wbudowanych 4 gniazd elektrycznych?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

4. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Lp. 94. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania bez transformatora separacyjnego?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

5. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Lp. 158. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z ekranem głównym respiratora wbudowanym w korpus aparatu? Zamawiający w pkt. 159 przyznaje dodatkowe punkty za ekran niewbudowany umieszczony na ruchomym wysięgniku.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

6. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Lp. 168. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z prezentacją wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej i w butlach rezerwowych na panelu przednim aparatu? Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze w przypadku uszkodzenia ekranu respiratora.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

7. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Lp. 169. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z pomiarem i wyświetlaniem ciśnień w układzie na manometrze umieszczonym w układzie oddechowym?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

8. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Lp. 186. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z kardiomonitorem wyposażonym we wbudowaną ramę na 5 modułów rozszerzeń? Jest to rozwiązanie lepsze, bardziej kompaktowe i zmniejszające koszty.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

9. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Lp. 195. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z kardiomonitorem wyposażonym w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 120 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarnego.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

10. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Lp. 206. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z kardiomonitorem stacjonarnym wyposażonym w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej 15,6" i rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 10 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Rozmiar ekranu dostępny w czasie monitorowania transportowego 5,5”?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

11. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Lp. 214. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z kardiomonitorem stacjonarnym odpornym przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP11?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

12. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Lp. 269. Czy Zamawiający będzie wymagał pomiaru głębokości analgezji tylko w 2 aparatach do znieczulania? Budowa modułowa umożliwia przenoszenie modułów między stanowiskami co jednocześnie ograniczy znacznie koszty.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

13. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Lp. 272. Czy Zamawiający będzie wymagał do każdego modułu pomiaru głębokości analgezji zestawu akcesoriów umożliwiający pomiar u min. 100 pacjentów? Ograniczy to w znacznym stopniu koszty.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

14. Pakiet nr 2 - Aparat do znieczulenia - 4szt Zwracamy się z prośbą o wydzielenie: aparat podwieszany na kolumnie – 2 sztuki, z Pakietu nr 2 i utworzenie odrębnego pakietu. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego korzystnych finansowo ofert.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

15. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odp.: Nie

16. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt. 91: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji na temat posiadanych kolumn, tj. prosimy o doprecyzowanie jakiego producenta są to kolumny, wskazując typ i model oraz prosimy o podanie maksymalnej wagi obciążenia kolumny.

Odp.: Kolumny produkcji Awamed Medizintechnik kod towaru KA010026, maksymalna waga obciążenia kolumny to 150kg od strony monitoringu

17. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad pkt 92: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia podwieszany na kolumnie z elektronicznym mieszalnikiem, złączem na parownik wraz z parownikiem, z systemem oddechowym, z adapterem CLIC oraz pochłaniaczem CLIC, z rurami oddechowym, z 1,5m węzami zasilania gazami oraz z 1,5m rurą odprowadzania gazów, o wadze ok. 120 kg?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

18. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad pkt 92: Czy wskazana przez Zamawiającego waga uwzględnia kompletne stanowisko do znieczulania?

Odp.: Waga uwzględnia tylko aparat

19. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt. 93: Czy Zamawiający dopuści aparat z dodatkowymi gniazdami elektrycznymi, każde gniazdo zabezpieczone standardowymi bezpiecznikami oraz jednym głównym automatycznym?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

20. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad pkt. 94: Czy Zamawiający dopuści aparat bez transformatora separacyjnego? Transformator separacyjny w tym konkretnym modelu zapewnia galwaniczne oddzielenie obwodów gniazd elektrycznych i obwodów samego aparatu do znieczulania i został zainstalowany ze względu na konieczność

zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego. Aparat, który chcemy zaoferować jest oznaczony znakiem CE, a co za tym idzie spełnia wymagania odnośnych norm w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego i ze względu na inną konstrukcję nie wymaga zastosowania transformatora separacyjnego, podobnie jak aparaty innych producentów dostępne na rynku polskim.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

21. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt. 102: Prosimy o jednoznaczne określenie jaki mieszalnik jest wymagany. Mieszalnik elektroniczny i mieszalnik pneumatyczny nie są rozwiązaniami równoważnymi, a co za tym idzie różnią się także ceną. Dodatkowo informujemy, że mieszalnik elektroniczny zapewnia utrzymanie ustawionego stężenia O₂ przy zmianie przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenia O₂ w mieszaniu podawanej do pacjenta – takie rozwiązanie zastosowano np. w CS750. W CS650 zastosowano mieszalnik pneumatyczny z elektroniczną kontrolą podaży O₂, który zapewnia TYLKO utrzymanie stężenia tlenu przy zmianie przepływu świeżych gazów.

Odp.: Patrz uważnie zapis SWZ w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza oba wskazane rozwiązania.

22. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt 103: Czy Zamawiający dopuści aparat z systemem automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaniu z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 21%? Taki udział tlenu w mieszaniu oddechowej zapewnia prawidłowe funkcjonowanie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

23. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt 109: Czy Zamawiający dopuści aparat przystosowany do pracy w układzie półzamkniętym, bez możliwości podłączania układów półotwartych (bezzastawkowych)? Prowadzenie wentylacji ręcznej przy użyciu układów półotwartych typu Kuhna, Rees'a, w zasadzie nie jest stosowane, wobec dostępności wentylacji mechanicznej z objętościami od 10 ml czy od 20 ml oraz standardowo dostępnego w każdym aparacie trybu wentylacji ręcznej.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

24. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt 113: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wymiana zbiorników jednorazowych podczas znieczulenia nie powoduje rozszczelnienia układu, natomiast wymiana zbiornika wielorazowego użytku może je powodować? Taki wariant nie wpływa na obniżenie jakości pracy ani na bezpieczeństwo pacjenta biorąc pod uwagę fakt, że aparat przed każdym dniem operacyjnym jest w pełni przygotowany do pracy.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

25. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt 115: Czy dla pełnego obrazu Zamawiający oczekuje także prezentacji trendu ekonometru?

Odp.: Nie

26. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt. 116: Czy Zamawiający także przyzna 1 pkt za rozwiązanie, w którym na ekranie respiratora prezentowane są: zużycie anestetyku wziewnego i gazów medycznych, na przypadek lub od momentu wyzerowania licznika? Zarówno w aktualnym jak i proponowanym przez nas rozwiązaniu występuje element indywidualnej kalkulacji, nie sądzimy bowiem, że prowadzicie Państwo rozliczenia w USD czy w EUR.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

27. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt. 123: Czy Zamawiający oczekuje także VC-SIMV/PS?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

28. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt. 124: Czy Zamawiający oczekuje także PCV-SIMV?PS

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

29. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt. 125: Czy Zamawiający dopuści aparat z trybem z gwarantowaną objętością typu Auto Flow, w którym możliwa jest także wentylacja synchronizowana oraz ze wspomaganiami ciśnieniowymi: VC-Auto Flow SIMV, VC-Auto Flow SIMV/PS?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

30. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt. 126: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym podczas wentylacji w trybie PS podanie oddechu wymuszonego nastąpi jeżeli pacjent nie wykona w ciągu 1 minuty ilości oddechów określonych przez parametr RR min ustawiony przez lekarza? Zabezpieczenie jest równoważne do aktualnie wymaganego rozwiązania stosowanego przez firmę GE.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

31. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt. 131: Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcjonalności?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

32. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad pkt. 131: Czy Zamawiający dopuści aparat z funkcją automatycznej wieloetapowej rekrutacji pęcherzyków płucnych programowaną i obrazowaną na ekranie respiratora bez możliwości prekonfiguracji. Dostępne prekonfigurowane procedury niosą niebezpieczeństwo przypadkowego zastosowania nieadekwatnie do kategorii czy też aktualnego stanu pacjenta.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

33. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt. 132: Czy Zamawiający dopuści aparat bez opisanej funkcjonalności?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

34. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt. 132: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie profil ręcznie wyzwolonego oddechu odpowiada profilowi wentylacji aktywnego trybu wentylacji, podanie oddechu nie wymaga zmian w ustawieniach respiratora?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

35. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt. 139: Czy Zamawiający dopuści aparat z alarmami MV wysoka i MV niska bez równoważnych alarmów TV?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

36. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt. 143: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu chodzi o alarmy braku zasilania lub spadku ciśnienia gazów zasilających: N2O, Powietrze, O2.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

37. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt. 158: Czy Zamawiający dopuści aparat z wbudowanym ekranem? Pragniemy zwrócić uwagę, że pkt 158 uniemożliwia złożenie ważnych ofert innym producentom aparatów do znieczulania i ta funkcjonalność jest dodatkowo punktowana (pkt. 159 SWZ).

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

38. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt. 159: Czy Zamawiający przyzna także 3 pkt za możliwość umieszczenia kardiomonitora na górze aparatu, z prawej lub z lewej strony? W aktualnie, dodatkowo punktowanej przez Państwa funkcjonalności takie warianty nie są możliwe.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

39. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt. 167: Czy Zamawiający przyzna także 1 pkt za jednoczesną prezentację na ekranie respiratora pięciu kolejnych pętli oddechowych?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

40. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt 171: Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymagania? Firma Mindray i firma GE dysponują takimi funkcjonalnościami, lecz firma Mindray aktualnie nie spełnia postawionych wymagań, co powoduje, że jedynie firma GE może złożyć ważną ofertę w tym postępowaniu. Zasadność tego wymagania jest trudna do określenia bowiem wyjęcie modułu z aparatu, który zakładamy, że jest niesprawny i umieszczenie go w monitorze nie zabezpiecza działań zespołu anestezjologicznego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

41. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt 175: Czy Zamawiający dopuści aparat ze ssakiem inżektorowym zamontowanym fabrycznie przy aparacie, z regulacją podciśnienia, z pojemnikami minimum 0,7 l do wymiennych wkładów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

42. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt. 176: Czy Zamawiający z oczywistych względów będzie oczekiwał 25 szt. wymiennych wkładów co pozwoli na pracę bez dodatkowych zakupów przez co najmniej 5 krotnie dłuższy okres czasu?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

43. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt. 178: Prawdopodobnie zapis wymagania obarczony jest omyłką pisarską i Zamawiającemu chodzi o test automatyczny lub test z interakcją. Jeśli test jest z interakcją nie może być automatyczny, a z kolei automatyczny oznacza automatyzm czyli interakcje nie powinny być możliwe. Prosimy o potwierdzenie

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

44. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Ad. Pkt 179: Czy Zamawiający przyzna także 1 pkt za rozwiązanie, w którym wynik testu może byćwyeksportowany na USB i archiwizowany jeśli jest to z Państwa punktu widzenia konieczne?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

45. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 183

Czy spełni wymagania Zamawiającego kardiomonitor, który może być zintegrowany z dowolnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) za pośrednictwem standardowego interfejsu HL7 albo alternatywnie za pośrednictwem odpowiedniego interfejsu dostarczanego przez producenta takiego systemu CIS?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

46. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad. Pkt 186 Czy Zamawiający dopuści do postępowania, zgodnie z punktem 185, pojedynczy monitor stacjonarno transportowy wykorzystujący moduły przewodowe, podłączane do odpowiednich gniazd z bokuurządzenia?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

47. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt. 191Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor wyposażony w tryb nocny uruchamiany wyłącznie ręcznie, który zapewnia obniżenie jasności ekranu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

48. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt. 192 Dodatkowe wymaganie by inni oferenci posiadali rozwiązanie takie jak zastosowane w aparacie GE narusza zasady równego traktowania potencjalnych oferentów. Prosimy o wykreślenie tego punktu i odstąpienie od punktacji.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

49. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 200 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta, który do komunikacji przez interfejs HL7 wykorzystuje serwer komunikacyjny, obsługujący jednocześnie wiele monitorów, nie stanowiący przedmiotu oferty, ale instalacja może być uzupełniona o taki serwer w razie potrzeby w przyszłości?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

50. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 206 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor stacjonarno-transportowy z kolorowym pojedynczym ekranem w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej 15 cali, rozdzielczości 1024 x 768 pikseli, z możliwością wyświetlania do 13 krzywych dynamicznych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

51. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 207 Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19". Ekran podłączany z wykorzystaniem klasycznego złącza VGA?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

52. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad. Pkt 209 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z możliwością zaprogramowania 3 własnych zestawów parametrów pracy zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

53. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad. Pkt 210 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z możliwością wyboru spośród 6 różnych układów ekranu z możliwością edycji i zapisu 3 z nich?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

54. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad. Pkt 211 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z możliwością podziału ekranu wyłącznie na 4 okna parametrów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

55. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 214 Czy Zamawiający dopuści monitor ze standardową klasą ochrony dla urządzeń medycznych, odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych IPX1?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

56. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 223 Czy Zamawiający dopuści analizę arytmii w 1 odprowadzeniu EKG? Dodatkowe wymaganie by inni oferenci posiadali rozwiązanie takie jak zastosowane w aparacie GE narusza zasady równego traktowania potencjalnych oferentów. Prosimy o wykreślenie tego punktu i odstąpienie od punktacji.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

57. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 224 Czy spełni wymagania Zamawiającego zaawansowana analiza arytmii wg 16 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, bez alarmu migotania przedsionków? W przypadku monitora pacjenta współpracującego z aparatem do znieczulenia, alarm migotania przedsionków jest najczęściej wyłączanym alarmem.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

58. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 233 Czy Zamawiający oczekuje pomiar saturacji w zakresie 1 -100%?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

59. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 234 Czy Zamawiający do postępowania monitor pacjenta prezentujący wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej, lecz bez wskaźnika perfuzji?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

60. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 239 Dodatkowe wymaganie by inni oferenci posiadali rozwiązanie takie jak zastosowane w aparacie GE narusza zasady równego traktowania potencjalnych oferentów. Prosimy o wykreślenie tego punktu i odstąpienie od punktacji.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

61. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 245 Czy Zamawiający dopuści do postępowania mankiety dla pacjentów dorosłych w rozmiarze 27 do 35 cm (M)?

Odp.: **Zamawiający** dopuszcza, nie wymaga

62. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 245 Czy Zamawiający dopuści do postępowania jeden mankiety dla pacjentów otyłych na całą instalację z ewentualnym doposażeniem o kolejne w razie rzeczywistej potrzeby? Składanie oferty dla 20 dodatkowych sztuk bardzo podnosi cenę, a jest to rozmiar, który nie jest często używany do pomiarów ciśnienia.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

63. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 246 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta ze standardowym kształtem mankietu pomiarowego, który pod względem jakości pomiarów i wyników nie odstępuje od mankiętów stożkowych? Dodatkowo wymagane by inni oferenci posiadali rozwiązanie takie jak zastosowane w aparacie GE narusza zasady równego traktowania potencjalnych oferentów. Prosimy o wykreślenie tego punktu i odstąpienie od punktacji.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

64. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 254 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta z pomiarem ciśnienia inwazyjnego w szerszym zakresie od -50 do 300 mmHg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

65. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 257 Czy Zamawiający zgodnie z punktem 256, dopuści automatyczny pomiar parametru PPV, lecz bez pomiaru SPV? Dodatkowo wymagane by inni oferenci posiadali rozwiązanie takie jak zastosowane w urządzeniu firmy GE narusza zasady równego traktowania potencjalnych oferentów. Prosimy o wykreślenie tego punktu i odstąpienie od punktacji.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

66. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 261 Czy Zamawiający dopuści pomiar zwiótczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT, bez wymaganej funkcji oraz bez konieczności kalibracji przed rozpoczęciem pomiaru, z sygnalizacją dźwiękowa impulsów stymulacji, za co przyzna 3 punkty? Dodatkowo wymagane by inni oferenci posiadali rozwiązanie takie jak zastosowane w urządzeniu firmy GE narusza zasady równego traktowania potencjalnych oferentów.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

67. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 263 Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności oferowania czujnika mocowanego na stopie, z możliwością doposażenia monitora w taki czujnik, w razie rzeczywistej potrzeby?

Odp.: patrz modyfikacja zmiana SWZ w tym zakresie

68. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 263 Czy Zamawiający dopuści inny niż 2 przegubowy sposób mocowania monitora do aparatu, zatwierdzony przez producenta aparatu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

69. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 266 Parametry SE i RE, są powiązane z monitorowaniem Entropii, stawianie dodatkowych wymagań by inni oferenci posiadali rozwiązanie takie jak zastosowane w aparacie GE narusza zasady równego traktowania potencjalnych oferentów. Prosimy o wykreślenie tego punktu i odstąpienie od punktacji

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

70. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad. Pkt 267 Czy Zamawiający dopuści zewnętrzne urządzenie do pomiaru zwiótczenia mięśni zapewniające prezentację mierzonych wartości na własnym ekranie bez prezentacji parametrów na ekranie kardiomonitora?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

71. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 268 Ze względu na budowę aparatu do znieczulenia moduł gazowy wbudowane jest w urządzenie. Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności oferowania i takiej funkcjonalności oraz z akcesoriów i uchwytów montażowych?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

72. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 268 Czy Zamawiający dopuści inny niż 2 przegubowy sposób mocowania monitora do aparatu, zatwierdzony przez producenta aparatu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

73. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 269 Czy Zamawiający dopuści monitor bez pomiaru poziomu analgezji?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

74. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 270 Czy Zamawiający dopuści monitor bez opisanej funkcji?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

75. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 271 Czy Zamawiający dopuści monitor bez opisanej funkcji? Dodatkowo wymagane by inni oferenci posiadali rozwiązanie takie jak zastosowane w aparacie GE narusza zasady równego traktowania potencjalnych oferentów. Prosimy o wykreślenie tego punktu i odstąpienie od punktacji.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

76. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 272 Czy Zamawiający dopuści monitor bez opisanych akcesoriów?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

77. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 274 Czy Zamawiający zrezygnuje z opisanej funkcjonalności, gdyż jest ona standardowym wyposażeniem każdego potencjalnie oferowanego aparatu do znieczulenia?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

78. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad. Pkt 280 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta wyłącznie z ręcznie regulowanymi granicami alarmowymi?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

79. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 282 Czy Zamawiający przyzna 3 punkty za monitor pacjenta z praktyczniejszym rodzajem ekranu, czyli rezystancyjnym, który działa poprawnie dotykany jakimkolwiek materiałem np. rękawiczką? Obsługa poprzez gesty jest narażona na nieumyślne zmiany parametrów, czy wyciszenie alarmów, a dodatkowo jest to charakterystyka ekranu pojemnościowego, czyli takiego którego można obsłużyć wyłącznie za pomocą materiału przewodzącego prąd elektryczny, czyli dłoń lub rysik.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

80. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULEŃ Ad pkt 287 Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji wczesnego ostrzegania wg skali NEWS?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

81. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający oczekuje aby aparat do znieczulenia oraz kardiomonitor był tego samego producenta i posiadał autoryzowany serwis na terenie Polski?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

82. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający dopuści rok produkcji aparatu do znieczulenia 2022?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

83. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający oczekuje awaryjne zasilanie elektryczne dla całego systemu z wbudowanego akumulatora na 120 minut?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

84. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający oczekuje wbudowany fabrycznie reduktor do butli O₂ i N₂O?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

85. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający wymaga aby aparat do znieczulenia posiadał podgrzewany system oddechowy, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w konfiguracji systemu? Funkcja ta w sposób znaczący ogranicza wykraplanie się pary wodnej i ma wpływ na poprawne funkcjonowanie urządzenia, a tym samym bezpieczeństwo pacjentów.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

86. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający oczekuje ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym lub ekonomiczny respirator nie zużywający tlenu do napędu?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

87. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający wymaga aby aparat był wyposażony w Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji kontrolowanej np. na czas odsysania śluzu lub zmiany pozycji pacjenta), prezentacja na ekranie respiratora czasu pozostałego do zakończenia pauzy, czas trwania pauzy regulowany w zakresie do 60 minut?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

88. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta czy Zamawiający wymaga, aby aparat był wyposażony w automatyczne przełączenie na gaz zastępczy:

-po zaniku O₂ na 100 % powietrze

-po zaniku N₂O na 100 % O₂

-po zaniku Powietrza na 100% O₂

we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się)? Dodatkowa funkcja nie wpływa na koszty aparatu do znieczulenia.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

89. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający oczekuje zakres regulacji plateau od 0% do 60%?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

90. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający oczekuje wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie od 3 cmH₂O do 80 cmH₂O?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

91. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający oczekuje zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczną zmianę Pwdech, możliwość wyłączenia tej funkcjonalności przez użytkownika?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

92. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający wymaga urządzenie z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia z koniecznością skręcenia zastawki do minimum aby taka funkcjonalność zapewniała o wiele szybsze zwolnienie ciśnienia w układzie niż w przypadku konieczności skręcenia zastawki do minimum. W wielu przypadkach o bezpieczeństwie pacjenta mogą decydować sekundy lub ułamki sekund.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

93. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający chce mieć możliwość kontynuowania wentylacji mechanicznej w przypadku zaniku dopływu gazu. Jest to kwestia bezpieczeństwa pacjenta oraz ułatwienia pracy personelowi w tym zmniejszeniu poziomu stresu związanego z koniecznością prowadzenia wentylacji workiem Ambu czy koniecznością zamiany aparatów w czasie prowadzonej operacji?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

94. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający oczekuje aby lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

95. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający wymaga Prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową)?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

96. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający wymaga aparatu do znieczulenia w pełni automatyczną kalibracją modułu gazowego, niewymagającą udziału serwisu, personelu i akcesoriów (np. tzw. gazu testowego)?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

97. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający wymaga Funkcja timera (odliczanie do zera sekund od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

98. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający wymaga eksportu tzw. zrzutu ekranu do pamięci zewnętrznej USB?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

99. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający oczekuje pneumatycznego mieszalnika świeżych gazów?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

100. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający oczekuje respiratora anestetycznego z napędem pneumatyczny który używa do napędu tlenu lub powietrza i generuje dodatkowe koszty dla szpitala ?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

101. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający oczekuje aparatu do znieczulenia bez funkcji prezentacji oporu i elastancji?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

102. Pakiet nr 2 Aparat do znieczuleń – 4 szt. Czy Zamawiający oczekuje aparatu do znieczulenia z koniecznością kalibracji modułu gazowego przy użyciu gazu podczas przeglądu serwisowego?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

103. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt. Dotyczy załącznik nr 1, II Zestawienie warunków granicznych gwarancji oraz wzór umowy par. 7 ust. 6 Pkt 8. Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

Odpowiedź : nie

104. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt Pkt E Serwis pogwarancyjny 4. Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

Odpowiedź : tak patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

105. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt **Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby płatność za zrealizowaną dostawę nastąpiła w terminie 45 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury?

Odpowiedz : nie

106. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt **Dotyczy wzór umowy §5 ust. 2**

Urządzenia będące przedmiotem oferty to wyroby medyczne, za których poprawne działanie Wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu, więc urządzenia posiadają ograniczenia dostępu do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja w parametry konfiguracyjne może wpłynąć negatywnie na jakość diagnostyczną bądź bezpieczeństwo jego pracy. W związku z tym kody źródłowe oraz dokumentacja serwisowa lub techniczna udostępniana jest przez producenta wyłącznie w drodze procedury certyfikującej i uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę (zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta), a każdy serwis realizujący naprawy/konserwacje i obsługę techniczną przedmiotowych urządzeń posiada dostęp do wymaganej dokumentacji.

Czy Zamawiający wyrazi więc zgodę na modyfikację ww. punktu na: „*Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich kodów źródłowych oraz dokumentacji serwisowej i/ lub oprogramowania serwisowego przeznaczonego dla użytkownika sprzętu, w zakresie dopuszczonym przez producenta*”.

Odpowiedź : Zamawiający skreśla w/w zapis w odniesieniu do pakietu nr 2.

107. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

„Gwarancją nie są objęte:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy

Odpowiedź : nie

108. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2 pkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w ustępu na: wymiany podzespołu na nowy po 3 istotnych naprawach (czyli takich, które powodują brak możliwości korzystania z urządzenia przez ponad 3 dni robocze) gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania przedmiotu umowy – jeśli podzespół, który uległ awarii był wcześniej naprawiany, a nie wymieniany:

Odpowiedź : nie

109. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt Dotyczy wzoru umowy §8

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

„(...) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

Odpowiedź : nie

110. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt Dotyczy wzoru umowy § 11

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”.

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

Odpowiedz : nie

111. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt Dotyczy wzoru umowy § 12 ust. 1 pkt 1) i 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto urządzenia, którego dotyczy zwłoka? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

Odpowiedz : nie

112. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt Dotyczy wzoru umowy § 12 ust. 1 pkt 3), 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej

Odpowiedz : nie

113. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt Dotyczy wzoru umowy § 12 ust. 1 pkt 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do poziomu 250,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedz : nie

114. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub innym ustalonym przez Strony?

Odpowiedz : stosowne umowy zostaną zawarte przy podpisaniu umów na realizację zamówienia.

115. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt Dotyczy wzoru umowy

Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację w kraju oraz na świecie proponujemy dodanie do umowy paragrafu o następującej treści:

- 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za nienykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.*
- 2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*
- 3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.*

Odpowiedz : nie

116. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt Pytanie 1, rok produkcji

Czy zamawiający dopuści aparaty fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane z rokiem produkcji 2022?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

117. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt Pytanie 2, punkt 91.

Czy zamawiający dopuści również aparat jezdny wyposażony w hamulce na każdym kole osobno oraz aparat w wersji podwieszanej na kolumnie z trzema kółkami bez hamulców?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

118. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt **Pytanie 3, punkt 91.**

Czy zamawiający dopuści aparat w wersji podwieszanej na kolumnie o wadze podstawowej 140kg?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

119. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt **Pytanie 4, punkt 97**

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o możliwość zasilania gazowego aparatu z 10l butli, ale dostawa butli nie jest objęta tym postępowaniem.

Odp.: TAK

120. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt **Pytanie 5, punkt 98**

Czy zamawiający dopuści węże O2, N2O i powietrze o długości 3m?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

121. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt **Pytanie 6, punkt 105**

Czy zamawiający dopuści aparat z szufladą niezamykaną na kluczyk?

Odp.: TAK

122. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt **Pytanie 7, punkt 109**

Czy zamawiający dopuści aparat bez opcji podłączania układów bezzastawkowych, czyli z prowadzeniem wentylacji tylko w układach półzamkniętych? Systemy półotwarte są praktycznie niestosowane przy aktualnie stosowanych, zaawansowanych technologicznie aparatach do znieczuleń.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

123. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt **Pytanie 8, punkt 110**

Czy zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy z objęciem tlenowym o dużej wydajności około 56l?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

124. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt **Pytanie 9, punkt 115**

Czy zamawiający zrezygnuje z opisanej funkcjonalności lub zamawiający dopuści na zasadzie równoważności funkcję wirtualnej wizualizacji frakcji oddechu zwrotnego pacjenta ze wskazaniem procentowego jej użycia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza funkcję wirtualnej wizualizacji frakcji oddechu zwrotnego pacjenta ze wskazaniem procentowego jej użycia

125. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt **Pytanie 10, punkt 116**

Czy zamawiający przyzna również punkty za możliwość automatycznej prezentacji zużycia środka wziewnego oraz dodatkowo wszystkich innych użytych gazów, zapisaną dla każdego przypadku pacjenta w postaci tabeli dokładnych ilości zużytej objętości danego anestetyku i innych gazów w ml zamiast opisanej funkcji? Pozwala to na łatwe przeliczenie kosztów zużycia anestetyku z uwzględnieniem aktualnej ceny zakupu anestetyku.

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

126. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt **Pytanie 11, punkt 116**

Czy zamawiający będzie wymagał lub przyzna dodatkowe punkty za aparat przystosowany do rozbudowy o nowoczesną funkcję automatycznej regulacji przepływu świeżych gazów w celu osiągnięcia docelowego FiO2 oraz zakładanego końcowo wydechowego poziomu środka anestetycznego, w określonym przez użytkownika czasie i możliwością automatycznego ustawiania przepływu gazów do pracy z minimalnymi przepływami?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

127. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt **Pytanie 12 punkt 116**

Czy zamawiający będzie wymagał lub przyzna dodatkowe punkty za funkcję elektronicznego sterowania podażą środka anestetycznego, wykorzystującą elektroniczne parowniki i kontrolującą przepływ świeżych gazów oraz ilość środka anestetycznego poprzez automatyczne podawanie większej części świeżych gazów wraz ze wstrzykiwanym środkiem anestetycznym podczas fazy wdychowej i znacznie mniejszej części podczas fazy wydechowej, co

umożliwia faktyczne i znaczne oszczędności gazów anestetycznych w porównaniu do systemów klasycznych przy zastosowaniu tych samych ustawień pracy danych urządzeń?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

128. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt **Pytanie 13, punkt 125**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do znieczulenia wyposażonego między innymi w tryby wentylacji pacjenta VC, PC, PRVC oraz SIMV-VC i SIMV-PC lecz bez SIMV-VG?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

129. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt **Pytanie 14, punkt 126**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z trybem wspomagania ciśnieniem tzw. PS z dwoma rodzajami czułości wyzwalania, z wyzwalaniem przepływowym regulowanym w zakresie skali 1 do 10 odzwierciedlającej od 10 do 100% aktualnego przepływu podstawowego oraz z wyzwalaniem ciśnieniowym regulowanym w zakresie od -20 do 0 cmH₂O?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

130. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt **Pytanie 15, punkt 130**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez funkcji automatycznej rekrutacji ale z możliwością bezproblemowego wykonania procedury rekrutacji płuc w sposób ręczny?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

131. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt **Pytanie 16, punkt 131**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez funkcji podania jednego dodatkowego oddechu ale oczywiście z możliwością zwiększenia i zmniejszania częstości oddechów na minutę w ustawieniach wentylacji?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

132. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt **Pytanie 17, punkt 135**

Czy zamawiający dopuści aparat do znieczuleń z zakresem objętości oddechowej od 50ml w wentylacji objętościowej?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

133. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt **Pytanie 18, punkt 137**

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją Plateau wdechu, jako pauza wdechowa z wartością procentową dla cyklu oddechowego w zakresie od 0 do 30%?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

134. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt **Pytanie 19, punkt 139**

Czy zamawiający dopuści aparat bez alarmu objętości oddechowej dla poszczególnych pojedynczych oddechów? Alarmy pojedynczego oddechu nie sprawdzają się w praktyce klinicznej. Standardowo używane są alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

135. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt **Pytanie 20, punkt 140**

Czy zamawiający dopuści aparat bez alarmu minimalnego ciśnienia wdechowego, ale wyposażony w alarmy ostrzegające między innymi o niskim ciśnieniu wdechowym np. alarm niskiej wydechowej objętości minutowej pełniący również rolę alarmu odłączenia pacjenta lub alarm układu pacjenta odłączony lub alarm przecieku lub alarm niskiego ciśnienia PEEP, etc.?

Odp. : nie, Zgodnie z SWZ

136. Pakiet nr 2 : aparat do znieczulenia 4 szt **Pytanie 21, punkt 160**

Czy Zamawiający dopuści aparat z nowszą filozofią prezentowania danych na ekranie i z wielowymiarową możliwością konfiguracji ekranu w postaci wyboru zakładek co odpowiada de facto znacznie większej ilości

konfiguracji niż wymagane zapamiętywane sztywnych stron konfiguracji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

137. **Pytanie 22, punkt 167**

Czy Zamawiający uzna ten punkt za spełniony i przyznany zostanie punkt dla aparatu posiadającego możliwość zapisu pętli referencyjnej oraz dodatkowo możliwość prezentacji dwóch poprzednich pętli do pętli przedstawianej w czasie rzeczywistym?

Odp.: nie, Zgodnie z SWZ

138. **Pytanie 23, punkt 170**

Czy Zamawiający dopuści aparat z automatyczną kalkulacją proponowanych parametrów na podstawie wprowadzonych danych tj. pleć i wzrost lub waga pacjenta?

Odpowiedź : dopuszcza, nie wymaga

139. **Pytanie 24, punkt 171**

Czy zamawiający dopuści aparat z elektronicznym, nieużywalnym modulem pomiarów gazowych ale wbudowanym w aparat?

Odpowiedź : dopuszcza, nie wymaga

140. **Pytanie 25 punkt 172**

Czy zamawiający dopuści aparat z uchwytem na jeden parownik, z możliwością szybkiej zamiany rodzaju parownika na zasadzie umieszczenia danego parownika w aktywnym slocie, również podczas prowadzenia znieczulenia i bez rozszczelnienia układu?

Odp.: nie, Zgodnie z SWZ

141. **Pytanie 26, punkt 173**

Czy zamawiający będzie wymagał aby parowniki do Sevofluranu i Desfluranu były elektronicznie sterowane, takie rozwiązanie posiadają aparaty czterech różnych producentów, zastosowanie takiego rozwiązania daje możliwość zastosowania zaawansowanych technologii automatycznej kontroli gazów co przekłada się na znaczne korzyści kliniczne oraz wyjątkową oszczędność gazów anestetycznych.

Odp.: nie, Zgodnie z SWZ

142. Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ –opis przedmiotu zamówienia – pakiet nr 2 – Aparat do znieczulenia – 4 szt. - I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH

GWARANCJI Pytanie 27, OKRES GWARANCJI - punkt 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 72h?

Odp.: nie, Zgodnie z SWZ

143. Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ –opis przedmiotu zamówienia – pakiet nr 2 – Aparat do znieczulenia – 4 szt. - I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH

GWARANCJI Pytanie 28 E. SERWIS POGWARANCYJNY, punkt 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie okresu dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego do 8 lat?

Odp.: patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

144. **Pytanie 29, dotyczy załącznik nr.4 – Projekt umowy – paragraf 5, pkt. 2**

Serwisowanie aparatury może wykonywać wyłącznie personel autoryzowany przez wytwórcę, posiadający kwalifikacje i doświadczenie zawodowe [zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dn. 20 maja 2010 roku (art. 90 pkt 4 i 5)] .

Niewłaściwie serwisowana aparatura nie jest bezpieczna i stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Jest to igranie ze zdrowiem ludzi, dlatego firma Getinge Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za bezpieczeństwo eksploatacji aparatów do znieczulenia z rodziny Flow, jeśli czynności serwisowe lub naprawy są wykonywane przez osoby nie autoryzowane przez naszą firmę.

Urządzenia medyczne niewłaściwie serwisowane bądź bez właściwych przeglądów technicznych mogą pracować odmiennie od zakładanych parametrów, pomimo pozornej sprawności technicznej. Może to być niewidoczne dla niewykwalifikowanego bądź niedoświadczonego personelu.

Przekazanie Zamawiającemu wszelkich hasel, kodów, blokad serwisowych stanowi bezpośrednie zagrożenie dla pacjentów i nie jest zgodne z zapisami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dn. 20 maja 2010 roku (art. 90 pkt 5) stąd też prosimy o rezygnację z niniejszych zapisów.

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie w zakresie pakietu nr 2.

145. **Pytanie 29, dotyczy załącznik nr.4 – Projekt umowy – paragraf 5, pkt. 2**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy o 120 godzin przypadające w dni robocze, niż ten wskazany w paragrafie 7 pkt.2, 2)?

Odpowiedź : nie.

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ III (na czerwono zmiany)

Termin składania i otwarcia bez zmian.