

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby 5 WSZK w Krakowie, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

1. Dotyczy załącznika nr 1, pakiet nr 2, pkt 35,36: Czy Zamawiający dopuści kamerę o rozdzielczości 6 Mpx (trzykrotnie wyższej od wymaganej przez Zamawiającego), powiększeniu 15x-200x o innych tzw. "skokach" przy zachowaniu wyższej rozdzielczości od wymaganej przy każdym z powiększeń?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

2. Dotyczy załącznika nr 1, pakiet nr 2 pkt 40: Czy zamawiający odstąpi od wymogu autofocusa w trybie zdjęć dermoskopowych?

Funkcja stanowi wadę urządzenia - nie pozwala na zachowanie powtarzalności zdjęć, w szczególności przy zmianach wyniesionych.

Odp.: Zgodnie z SWZ

3. Dotyczy załącznika nr 1, pakiet nr 2, pkt 42: Czy Zamawiający dopuści podłączenie za pomocą złącza USB (obraz przesyłany wyłącznie cyfrowo, bez konieczności użycia procesora graficznego do digitalizacji obrazu)?

Odp.: Zgodnie z SWZ

4. Dotyczy załącznika nr 1, pakiet nr 2, pkt 44: Czy Zamawiający dopuści zmianę oświetlenia między spolaryzowanym i niespolaryzowanym za pomocą zmiany adaptera? Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest możliwość zastosowania dedykowanej przystawki do trichoskopii.

Odp.: Zgodnie z SWZ

5. Dotyczy załącznika nr 1, pakiet nr 2, pkt 71: Czy Zamawiający dopuści możliwość eksportu w jednym (bezstratnym) formacie z wymienionych?

Odp.: Zgodnie z SWZ

6. Dotyczy załącznika nr 1, pakiet nr 2, pkt 73: Czy Zamawiający dopuści automatyczny balans bieli?

Odp.: Zgodnie z SWZ

7. Dotyczy załącznika nr 1, pakiet nr 2, pkt 74: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości nakładania zdjęć, a zestawienia ich obok siebie, z możliwością synchronicznego przesuwania i powiększania na ekranie dotykowym stanowiącym wyposażenie dermatoskopu?

Odp.: Zgodnie z SWZ

8. **(pakiet nr 2, część II A, poz. 3)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie urządzenia zastępczego tylko w przypadku naprawy, która wynosi powyżej 7 dni roboczych ?

Odp.: TAK

9. **(pakiet nr 2, część II B, poz. 1)** Czy Zamawiający dopuści minimum 5 lat? Aktualny postęp technologiczny uniemożliwia zapewnienie dostępności podzespołów przez okres 10 lat

Odp.: TAK

Równocześnie, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 10.07.2023 roku

Nowy termin składania ofert do dnia 10.07.2023 roku do godz. 09:00

Nowy termin otwarcia ofert dnia 10.07.2023 roku godz. 09:30

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ II (na czerwono zmiany)