

**dot. sprawy : 71/ZP/2023**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania prowadzonego na dostawę **systemu wsparcia pracy lekarza anestezjologa do obsługi 3 sal operacyjnych, służący do przyjęć pacjentów oraz Sali pooperacyjnej/wybudzeń wraz z niezbędnym wyposażeniem**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1.**

Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ

Dotyczy zapisu „7. NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE – SPRZĘT” Czy zamawiający dopuści komputer typu all-in-one z ekranem dotykowym – 4 sztuki „lub równoważny spełniający poniższe min. wymagania”, w którym matryca dotykowa nie posiadający klasy odporności IP65.

Odpowiedź : tak