

dot. sprawy: 63/ZP/2023

Szanowni Państwo,

W wyniku przeprowadzonego postępowania na **Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku**, prowadzonego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, informuje, co następuje :

- I. Unieważniono czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 09.10.2023 roku w zakresie pakietu nr 29,**
- II. Dokonano ponownej oceny złożonych ofert w zakresie pakietu nr 29, w wyniku czego :**

Odrzucono następujące oferty :

Pakiet nr 29

Oferta 01 - Bialmed Sp. z o.o. Adres: ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa NIP 849-00-00-039.REGON 790003564

Zamawiający w pakiecie 29 pozycji nr 1 wymagał:

Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez ok 30-35 dni od otwarcia . W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno lub w zestawie). Cały zestaw sterylizowany. Dopuszcza się opakowania o pojemności 340 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.

W trakcie postępowania przetargowego Zamawiający dopuścił możliwość zaproponowania wody o pojemności 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 9 000szt. Wykonawca Bialmed Sp. z o.o. zaoferował wodę Across Aqua 500ml DiaPro o nr katalogowym 635052, producenta Inonu Mah. Gebze Plastikciler . 28.09.2023 Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy Bialmed z prośbą o potwierdzenie (ewentualnie poprzez przedstawienie katalogów/ instrukcji obsługi), że zamknięty system do nawilżania napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwia prowadzenie terapii przez ok 30-35 dni od otwarcia co było wymagane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Bialmed przedstawił oświadczenie o treści : „W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.09.2023r. firma Bialmed Sp. z o.o. potwierdza iż zaoferowany przez nas produkt WODA STERYLNA ACROSS AQUA 500ML Dia Pro 635052 umożliwia prowadzenie terapii przez 30 dni. W celu potwierdzenia załączamy tabelę z przeprowadzonymi badaniami”.

Firma Bialmed potwierdziła tylko możliwość prowadzenia terapii przez 30 dni, a nie możliwość prowadzenia terapii przez 30 dni od otwarcia . Jest to kluczowe ponieważ opiera się na typie badania jakie zostało przedstawione. Producent Dia Pro przedstawia tabelkę z badania wyznaczania czasu oczekiwania z adapterem podłączonym do produktu i dołączonym do przepływomierza. Stwierdza że podczas 30 dniowego okresu badania nie wykryto przekroczenia dopuszczalnych parametrów fizycznych, wartości chemicznych i kontroli mikrobiologicznych produktów. Jednak jednocześnie Producent informuje, że testy przeprowadzono bez otwierania króćca przyłączeniowego maski.

Oznacza to że Producent wskazuje, że test był przeprowadzony z nie całkowicie otwartym pojemnikiem. Otwarcie króćca przyłączeniowego maski jest kluczowe z punktu oceny tego typu produktu. Jego praca polega na podłączeniu pojemnika z wodą z jednej strony do przepływomierza którym jest podawany tlen a z drugiej strony do podłączenia do niego wąsów lub maski której używa Pacjent. Potwierdzenie możliwości stosowania systemu do nawilżania napełnionego wodą do terapii inhalacyjnej po otwarciu wymaga od Producenta wykonania badań posiewowych gdzie pojemnik jest całkowicie otwarty i jest umieszczony w pomieszczeniu z Pacjentami bez podłączenia go do nich lub wykonanie badań posiewowych wody z pojemnikiem z wodą, który jest używany przez Pacjenta przez dłuższy okres czasu.

Biorąc pod uwagę charakter przedstawionego badania firma Bialmed nie mogła potwierdzić możliwości prowadzenia terapii przez 30 dni po otwarciu z wykorzystaniem zaoferowanego pojemnika i tak uczyniła w swoim oświadczeniu. A to dlatego, że badanie mówi tylko o tym, że Producent Dia Pro wskazuje, że podłączony do przepływomierza pojemnik z wodą można użyć do 30 dni po podłączeniu a nie do 30 dni po jego otwarciu dla Pacjenta.

W związku z powyższym oferta firmy Bialmed nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia, a co za tym idzie jest odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 Pzp.

Wybrano następujące oferty :

Pakiet nr 29

Oferta 02 - ANMAR Spółka z o. o. Adres: Ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy
NIP 646-25-38-085 REGON 277716590

Ilość punktów według kryterium ceny – 100,00 pkt
Razem – 100,00 pkt

Oferta 03 - Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
NIP 554-298-08-36 REGON 384767215

Ilość punktów według kryterium ceny – 93,33 pkt
Razem – 93,33 pkt

Z poważaniem,