

Kraków, dnia 23.10.2023

roku

DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. sprawy: 200/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawy materiałów medycznych** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej zestawy do chirurgii biodra, wykonanego z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, włókninowy?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 2

Pakiet 2, Pakiet 3 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3

Pakiet 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo foliowy:

1 x Serweta chirurgiczna 60cm x 80cm (niebieski SMS) (zawinięcie zestawu)

1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 45cm 2-warstwowa, z przylepcem, laminat o gramaturze 60g/m²

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm, 2-warstwowa, z centralnym otworem przyklepnym o śr. 7cm, laminat o gramaturze 60g/m²
10 x Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm
1 x Kleszczyki ROCHESTER PEAN metalowe, proste 18cm
1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 4

Pakiet 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo foliowy:

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2 warstwowa, gramatura 60g/m²
1 x Serweta chirurgiczna 90cm x 120cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przyklepnym o śr. 10 cm, gramatura 60g/m²
1 x Iglotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 12,5cm
1 x Strzykawka 3-częściowa 10 ml Luer Lock
1 x Strzykawka 3-częściowa 5 ml Luer Lock
1 x Igła iniekcyjna (0,7 x 40)
1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
20 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm
1 x Ostrze chirurgiczne nr 11
1 x Kleszczyki ROCHESTER PEAN proste metalowe 14 cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 5

Pakiet 1, Pakiet 2, Pakiet 3 - Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 szt. Taka ilość jest wystarczająca do przeprowadzenia oceny zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami oraz dokonania oceny jakościowej.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6

Pakiet 6, pozycja 1, 2, 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów pakowanych a'10sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

Opis składnika	Jednostka	Ilość
POKROWIEC NA KOŃCZYNĘ L2 120X37CM	SZ	1
SERWETA L3 260X200CM WYC U (100X7) PRZYL	SZ	1
SERWETA L3 240X150CM PRZYL	SZ	1
SERWETA L3 90X75CM PRZYL	SZ	1

SERWETA L3 180X150CM PRZYŁ 80 CM	SZ	1
SERWETA L3 300X180CM PRZYŁ 180 CM	SZ	1
SERWETKA CELULOZOWA 50X40CM	SZ	4
POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 24GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM	SZ	1
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	SZ	1
TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYŁ	SZ	2

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 8

Pakiet nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zestawie 1 szt. igła 0,5x25mm w miejsce 1szt igła 0,6x30mm ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Z poważaniem,

Aleksandra Oleksowicz
Sekcja Zamówień Publicznych