

Kraków, dnia 30.10.2023

roku

DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. sprawy: 208/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW MIKROSKOPU NEUROCHIRURGICZNEGO KINEVO 900** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Pytanie dot. Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy – tabela pkt 8

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu bezpłatnego dostarczenia aparatu zastępczego w przypadku naprawy urządzenia w Siedzibie Wykonawcy, ze względu na rodzaj urządzenia oraz bardzo długi czas oczekiwania na dostawę od wytwórcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i odstępuje od w/w wymogu.

Pytanie 2

Pytanie dot. Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy ust. 1 oraz Załącznika nr 2 – Wzór umowy §4 ust. 4

W przypadku usługi naprawy przy konieczności sprowadzenia części z zagranicy uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu wykonania usługi do 10 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Pytanie dot. Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy – tabela pkt 9 oraz Załącznika nr 2 – Wzór umowy §4 ust. 6

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu usunięcia wad dot. usługi naprawy do 3 dni roboczych bez konieczności użycia części oraz do 10 dni roboczych przy konieczności sprowadzenia części z zagranicy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Pytanie dot. Załącznika nr 2 – Wzór umowy §4 ust. 4 oraz §11

Uprzejmie prosimy o podanie właściwego okresu obowiązywania umowy (24, czy 36 miesięcy)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w §11 nastąpiła omyłka pisarska. Termin obowiązywania umowy wynosi 24 miesiące.

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe. **Wszelkie zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym.**

Z poważaniem,

Aleksandra Oleksowicz
Sekcja Zamówień Publicznych