

dot. sprawy: 81/ZP/2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawy materiałów opatrunkowych II**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

PAKIET 27 poz. 1-2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych wykonanych z gąbki PVA, składających się również z rurki ułatwiającej oddychanie oraz sznurka w rozmiarach uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2

Pakiet 14, poz.3-5

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych , opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130 %, zawierająca zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3

Pakiet 15, poz. 3-4

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych , opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130 %, zawierająca zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4

Pakiet 20, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych : dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g(+/-5%); dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g(+/-5%)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5

Pakiet 21,22,24

Czy zamawiający dopuści opakowanie bez etykiety samoprzylepnej?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6

Pakiet nr 14 poz. 5 – Czy można zaoferować opaskę z 2 zapinkami?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31, pozycja 1) podkład chłonny w rozmiarze 60x90cm wykonany z pulpy celulozowej z superabsorbentem?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31, pozycja 1) podkład chłonny pakowany po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 32, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze S o zakresie obwodu 56 - 96cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 85cm)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 32, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o zakresie obwodu 73 - 130cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 120cm)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr32, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o zakresie obwodu 92 - 160cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 140cm)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 33, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o zakresie obwodu 120 - 170cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 160cm)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 32 i 33, pozycje 1) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 32 i 33, pozycje 1) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone we wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napełniania produktu moczem. (pozbawione czarnego napisu w postaci daty i serii produkcji, który rozpływa się pod wpływem moczu i jest imitacją wskaźnika chłonności a dodatkowo może wprowadzać w błąd opiekuna, który nie będzie w stanie ostatecznie stwierdzić czy produkt kwalifikuje się już do zmiany czy jeszcze nie?)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 32 i 33, pozycje 1) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Brak ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, moczu może wydostawać się w miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała pacjenta, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak minimum jednego – tylnego, ściągacza taliowego naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie stanowi to wymogu.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 32 i 33, pozycje 1) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte paroprzepuszczalnym laminatem nie przepuszczalnym dla cieczy, na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 17

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki i wynikającym z niego obowiązku kontroli przez Zamawiającego warunków w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych prosimy o określenie w jaki sposób Zamawiający zamierza kontrolować warunki dostaw? Czy będzie to np. przez załączenie do oferty wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu przeznaczonych do realizacji umowy lub przedstawienia umowy ze specjalistyczną firmą kurierską realizującą dostawy pojazdami typu Izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury w przestrzeni ładunkowej?

Odpowiedź: Zamawiający może zażądać od firmy dostarczającej / kuriera potwierdzenia warunków dostawy (przedstawienia lub Zamawiający sam skontroluje).

Pytanie 18

Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec na włókninie pakowany a'24szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Proszę zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 19

Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec na włókninie pakowany a'12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Proszę zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 20

Pakiet 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie pakowany a'6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Proszę zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 21

Pakiet 1, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec na sztucznym jedwabiu pakowany a'12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Proszę zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 22

Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 2,5 x 7,2cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 23

Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 24

Pakiet 4, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 25cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 25

Pakiet 4, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 12cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 26

Pakiet 4, pozycja 10-11 - Czy Zamawiający dopuści Opatrunek kontaktowy wykonany z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszonej w wazelinie z sulfadiazyną srebra; nie przykleja się do łożyska rany, zapewniając atraumatyczne usuwanie i zmianę opatrunku? Opatrunek zwalcza bakterie gram-ujemne i gram-dodatnie, włącznie ze szczepami MRSA.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 27

Pakiet 4, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści Opatrunek w rozmiarze 15cm x 15cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 28

Pakiet 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5cm x 7cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 29

Pakiet 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 4cm x 6cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 30

Pakiet 12, pozycja 1, 2, 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów pakowanych a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 31

Pakiet 13, pozycja 1-4 – Prosimy o uzupełnienie jaką ilość asortymentu należy wycenić w pakiecie 13.

Odpowiedź: Patrz zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie 32

Pakiet 17, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 33

Pakiet 17, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści watę zawierająca 50% bawełny?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 34

Pakiet 19, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści, aby seria i data ważności produktu była podana na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 35

Pakiet 19, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek pakowanych a'12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 36

Pakiet 19, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek pakowanych a'6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 37

Pakiet 20, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów o gramaturze 0,50g – 0,52g?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 38

Pakiet 20, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów o gramaturze 1,02g – 1,05g?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 39

Pakiet 20, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów o gramaturze 1,05g – 1,10g?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 40

Pakiet 20, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów o gramaturze 1,85g – 1,90g?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 41

Pakiet 21, pozycja 1 -3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 12 warstwowych?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 42

Pakiet 24, pozycja 1-3 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby serwety były poddane procesowi wstępnego prania.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 43

Pakiet 24, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2szt lub a'5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak a'2 szt.

Pytanie 44

Pakiet 24, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwety 6 warstwowe?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 45

Pakiet 26, pozycja 1 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby serwety były poddane procesowi wstępnego prania.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 46

Pakiet 26, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 47

Pakiet 26 (kompres oczny), pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5x7,5cm o następujących właściwościach:

- samoprzylepny opatrunek oczny z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny pokryty klejem akrylowym
- mikropory w strukturze włókniny - zapewniają odpowiednią paroprzepuszczalność, umożliwiając prawidłową wymianę gazową między opatrunkiem a skórą
- posiada centralnie umieszczony wkład chłonny absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych
- wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegający przywieraniu do rany
- elastyczny, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów
- zaokrąglone brzegi zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku
- posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną i skuteczną aplikację
- dostępny w różnych rozmiarach, kolorach włókniny i wkładu chłonnego
- hipoalergiczny, jałowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48

Pakiet 26 (kompres oczny), pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny, jałowy tj. kompres składający się z włókninowej części zewnętrznej oraz wewnętrznej wykonanej z pulpy celulozowej, nieprzylepny, rozmiar 5,5cm x 7,5cm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49

Pakiet 28, pozycja 1-5 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany z półprzezroczystej włókniny w kolorze białym?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 50

Pakiet 28, pozycja 1-5 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy I sterylnej?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 51

Pakiet 28, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 13x100mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 52

Pakiet 28, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x100mm?

Odpowiedzi: Tak.

Pytanie 53

Pakiet 28, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x75mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 54

Pakiet 28, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 3x75mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 55

Pakiet 31, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1326g?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 56

Pakiet 31, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 57

Pakiet 17, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania watę bawełnianą 100% ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 58

Pakiet 23: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwety wykonane z gazy wstępnie pranej ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 59

Pakiet 25: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania serwety wykonane z gazy wstępnie pranej ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 60

Pakiet 33: Czy Zamawiający potwierdzi, że zapis „ rozmiar do wyboru” znalazł się w cenniku omyłkowo i Zamawiający w tej pozycji oczekuje tylko rozmiaru XL ?

Odpowiedź: Tak, tylko XL.

Pytanie 61

Pakiet nr 1, Poz. Nr 5- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania przylepca z opatrunkiem o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 62

Pakiet nr 4, Poz. Nr 6- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy pozycji tej nie doszło do omyłki pisarskiej w rozmiarze oczekiwanego opatrunku? Czy Zamawiający oczekuje zaferowania przezroczystego opatrunku samoprzylepnego z folii poliuretanowej z centralnie umieszczoną warstwą chłonną w rozmiarze 9 cm x 15 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 63

Pakiet nr 4, Poz. Nr 7- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy pozycji tej nie doszło do omyłki pisarskiej w rozmiarze oczekiwanego opatrunku? Czy Zamawiający oczekuje zaferowania przezroczystego opatrunku samoprzylepnego z folii poliuretanowej z centralnie umieszczoną warstwą chłonną w rozmiarze 10 cm x 20 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 64

Pakiet nr 7, Poz. Nr 1- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku piankowego w rozmiarze 10 cm x 10 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 65

Pakiet nr 7, Poz. Nr 4- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku piankowego w rozmiarze 10 cm x 20 cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 66

Pakiet nr 7, Poz. Nr 4- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku piankowego w rozmiarze 20 cm x 20 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 67

Pakiet nr 13, Poz. Nr 1-4 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie ilości dla opisanych wyrobów w Pakiecie nr 13.

Odpowiedź: Patrz zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie 68

Pakiet nr 18, Poz. Nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaski gipsowej charakteryzującej się czasem wiązania 2-4 minuty?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 69

Pakiet nr 20, Poz. nr 1-4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych o następującej gramaturze jednej sztuki:

- Poz. 1- min. 0,51 g
- Poz. 2-3- min. 1,11 g
- Poz. 4- min. 1,94 g?

Odpowiedź: poz. 1 – Tak.

Poz. 2 – Tak.

Poz. 3 – Tak.

Pytanie 70

Pakiet nr 22, Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych z nitką RTG o gramaturze jednej sztuki 2,75 g?

Odpowiedź: Tak.

Zamawiający równocześnie informuje, iż modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ, poprzez uzupełnienie ilości asortymentu do wyceny w pakiecie nr 13.

Załącznikiem do odpowiedzi na pytania jest załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy plik Excel-zmodyfikowany II.

W związku z problemami technicznymi na platformie e-zamówienia informuję, iż został zamieszczony link do przedmiotowych dokumentów.