

dot. sprawy: 89/ZP/2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **dostawę odczynników do oznaczeń alergologicznych i specjalistycznych przeciwciał wraz z dzierżawą dwóch kompatybilnych analizatorów**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na realizację dostaw w terminie 10 dni roboczych? (umowa par 6 pkt 1)

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie pkt 2 z paragrafu 6? Ze względu na każdorazowe zamawianie odczynników u producenta w oparciu o złożone zamówienie przez Zamawiającego, nie ma możliwości dotrzymania terminu 48 godzinnego na realizację zamówienia. Ponadto testy, które widnieją w naszej ofercie nie należą do ratujących życie co sugeruje możliwość rezygnacji z zamówień pilnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę (patrz zmodyfikowany SWZ w tym zakresie).

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie

- lodówki z zamrażarką niezbędnej do przechowywania odczynników w odpowiedniej temperaturze. Lodówka o wymiarach nie większych niż gł. 66,8 x szer. 59,5 x 178 cm. Lodówka wyposażona w sterowanie elektroniczne, system odszraniania no frost, zapewniająca szybkie zamrażanie, czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania nie krótszy niż 20 godzin, półki szklane ilość nie mniej niż 4, pojemność użytkowa chłodziarki nie mniej niż 190l, pojemność użytkowa zamrażarki nie mniej niż 98l, zdolność zamrażania kg/24 godz. - nie mniej niż 12 kg, poziom hałasu nie większy niż 39 dB.

- termometru farmaceutycznego z certyfikatem walidacji odnawianym co roku zgodnie z GLP na koszt Wykonawcy

- drukarki kodów kreskowych dedykowana systemowi kodów obowiązujących materiałów zamawiającego,

- klimatyzatora zapewniającego utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności zalecanej przez producenta analizatorów, w pomieszczeniu o kubaturze 80 m³.

- zestawu komputerowego (zestaw komputerowy z drukarką – materiały zużywalne do drukarki przez cały czas trwania umowy) sterującego analizatorem

- wytrząsarki typu vortex do wirowania mikroplytek, co najmniej 1 mikroplytka 96 dolków, tryb wirowania w zakresie 300-3500 obr/min.

będących w obecnej chwili na wyposażeniu laboratorium i zainstalowanych w ramach poprzednich kontraktów z Zamawiającym?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie analizatora rok produkcji 2016r po modernizacji w 2022r?

Odpowiedź: Nie.

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ.