

**Ogłoszenie o zamówieniu  
Dostawy  
Dostawy stymulatorów i kardiowerterów**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z POLikliniką SP ZOZ w Krakowie

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 351506868

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Wrocławska 1-3

**1.5.2.) Miejscowość:** Kraków

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 30-901

**1.5.4.) Województwo:** małopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL213 - Miasto Kraków

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zam@5wszk.com.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne>

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Dostawy stymulatorów i kardiowerterów

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-a068bff4-9ff4-11ee-948d-82b0c04ef850

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00567712

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-12-21

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00049205/71/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.61 Dostawy stymulatorów i kardiowerterów

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA****3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a068bff4-9ff4-11ee-948d-82b0c04ef850>

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie****3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:**

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania : <https://ezamowienia.gov.pl/>, adres strony internetowej prowadzonego postępowania : <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a068bff4-9ff4-11ee-948d-82b0c04ef850>

3. Strona internetowa na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia : <https://ezamowienia.gov.pl/> oraz <https://5wszk.com.pl/zamowienia>

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia, w szczególności zgodnie z niniejszą SWZ.

1. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona przy pomocy Formularza ofertowego i cenowego (Załącznik nr 1 i nr 2 do SWZ) udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie internetowej e-zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/> w zakładce „składanie ofert”. 2. Aby złożyć ofertę Wykonawca musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”. 3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, określone w Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy e-Zamówienia przestrzegać postanowień tego Regulaminu. 4.

Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB. 5. Zamawiający zamieścił link do postępowania oraz ID postępowania w Rozdziale 2 SWZ. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przełączaj postępowania/konkursy”) 6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 7. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. UWAGA: Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na platformie e- Zamówienia i należy zignorować komunikat pojawiający się przy składaniu oferty, iż „Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. 8.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać/zmienić ofertę. 9. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 10. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie internetowej e-zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/> w zakładce „składanie ofert”. 11. Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie pdf oraz podpisana wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu

8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać/zmienić ofertę. 9. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 10. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie internetowej e-zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/> w zakładce „składanie ofert”. 11.

Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie pdf oraz podpisana wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie****3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

**3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):** Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający. 2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail:

[rodo@5wszk.com.pl](mailto:rodo@5wszk.com.pl), [pisemnienaadresZamawiajacego: 5Wojkowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-](mailto:pisemnienaadresZamawiajacego:5WojkowySzpitalKlinicznyzPoliklinikaSPZOZwKrakowie,ul.Wroclawska1-3,30-901Krkow3)

901Krkow3.Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust.1lit.c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) („PZP”); 4. W razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. 5. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania (komisja przetargowa) oraz odpowiedni organy

kontrolę w zakresie ich kompetencji; 6. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn.zm.)i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 7. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 9. Prawa osób których dane są przetwarzane: • prawo dostępu do danych osobowych; • prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy; 11. nie przysługuje Pani/Panu: •prawo do usunięcia danych osobowych; •prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy

**3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):** Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Prawa osób których dane są przetwarzane: •prawo dostępu do danych osobowych;• prawo do sprostowania danych osobowych(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)•prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy; Nieprzysługuje Pani/Panu: •prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### 4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 99/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględni aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

### 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

#### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"STYMULATOR JEDNOJAMOWY SSIR, Żywotność stymulatora min. 7 lat (nastawy nominalne)Waga max. 30 [g]

ICD kompatybilność

Funkcja rate response z programowaniem sensora

Funkcja rate response – automatyczne ustawienie sensora

Rytm nocny

Stabilizacja rytmu komorowego w czasie migotania przedsionków

Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia

Automatyczny pomiar proggu stymulacji W zestawie: śrubokręt do gniazda stymulatorowego, mandryn do implantacji elektrod oraz pokrętko do implnatacji elektrod screw-in" szt. 10 0,00 0,00 0,00

"STYMULATOR DWUJAMOWY DDDR, Żywotność stymulatora min. 7 lat (nastawy nominalne)

Waga max. 30 [g]

ICD kompatybilność

Program nocny

Funkcja rate response z programowaniem sensora

Histeresa AV delay (poszukiwanie własnego rytmu)

Algorytm promujący przewodzenie AV

Rodzaje stymulacji

Zabezpieczenie, przed nagłym spadkiem częstości rytmu serca

Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych

Stabilizacja rytmu komorowego w czasie migotania przedsionków

Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia

Automatyczny pomiar progu stymulacji

W zestawie: śrubokręt do gniazda stymulatorowego, mandryn do implantacji elektrod oraz pokrętło do implnatacji elektrod screw-in

" szt. 40 0,00 0,00 0,00

"ELEKTRODA STYMULUJĄCA BIPOLARNA

Elektroda sterydowa, aktywna, bipolarna

Do wyboru różne długości i rozmiary elektrod

" szt. 100 0,00 0,00 0,00

"PODSKÓRNE URZĄDZENIE DO MONITOROWANIA I WYKRYWANIA ZABURZEŃ RYTMU SERCA

Nazwa

Producent

Numer katalogowy

Podskórne urządzenie do monitorowania i wykrywania zaburzeń rytmu serca

Możliwość transmisji danych z urządzenia do centralnego systemu monitorowania

Objętość urządzenia max. 1,4cm<sup>3</sup>

Urządzenie dopuszczone do użycia z MRI" szt. 20 0,00 0,00 0,00

" KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY ICD VR Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 oraz DF-4

Waga max. 90 [g]

Energia defibrylacji min. 35 [J]

Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT

Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego

Automatyczny pomiar parametrów baterii i elektrody

Terapia antyarytmiczna min. 3 typy

Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego

Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,4 [ms] - min. 5 lat

Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF i VT

Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej

Dostępne min. dwa pomiary trendów

Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF

Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem

Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC

Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody

Automatyczna sygnalizacja ERI

Urządzenie do użycia z MRI " szt. 5 0,00 0,00 0,00

"KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY ICD DR Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 oraz DF-4

Waga max. 90 [g]

Energia defibrylacji min. 35 [J]

Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT

Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego - min. 1

Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego

Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody

Terapia antyarytmiczna min. 3 typy

Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego

Żywotność przy 50% pacing quarterly charges- min. 5 lat /nast.: 60 [ppm]; 500 ohms; 2,5 [V]; 0,4 [ms]./

Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF i VT

Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: AT/AF, częstoskurczu zatokowego, częstoskurczu z przewodzeniem 1:1

Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej

Dostępne min. dwa pomiary trendów

Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF

Przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia A-V

Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem

Możliwość monitorowania częstoskurczy przedsionkowych

Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC

Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody

Długoczasowy zapis interwałów V-V (np. Flash back memory)

Zapis trendów fali P i R powyżej 18 miesięcy

Urządzenie do użycia z MRI 1,5 oraz 3T" szt. 10 0,00 0,00 0,00

"ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA Elektrody do defibracji aktywne , sterydowe, jedno i dwukoilowe typu DF-4 i DF-1 Dostępne min. dwie długości elektrod typu DF-1  
 Dostępne min. dwie długości elektrod typu DF-4 Rozmiar i długości do wyboru przy zamówieniu" szt. 20 0,00 0,00 0,00  
 Intruducery do elektrod stymulujących i defibrylujących, różne rozmiary 7-10 F Rozmiar do wyboru przy zamówieniu szt. 110 0,00 0,00 0,00  
 ZAŚLEPKA DO GNIAZDA STYMULATOROWEGO Sterylna zaślepka do gniazda stymulatorowego IS-1/IS-4 szt. 5 0,00 0,00 0,00  
 ZAŚLEPKA DO GNIAZDA KARDIOWERTEROWEGO, Sterylna zaślepka kompatybilna z gniazdem kardiowerterowym DF-1/SVC szt. 5 0,00 0,00 0,00  
 ZAŚLEPKA NA KONEKTOR ELEKTRODY TYPU IS-1 szt. 5 0,00 0,00 0,00  
 "ŚRUBOKRĘT DO GNIAZDA STYMULATOROWEGO Sterylny śrubokręt do gniazda stymulatorowego Śrubokręt z zabezpieczeniem dynamometrycznym do gniazd stymulatorowych " szt. 5 0,00 0,00 0,00  
 "MANDRYN DO IMPLANTACJI ELEKTROD Mandryn o długości w zakresie od 45 [cm] do 75 [cm] Dostępny mandryn J-kształtny  
 Dostępny mandryn prosty" szt. 5 0,00 0,00 0,00  
 "POKRĘTŁO DO IMPLANTACJI ELEKTRODY SCREW-IN Pokrętło do wysuwania spirali screw-in przy implantacji elektrod stymulacyjnych  
 Możliwość zastosowania do elektrod DF4" szt. 5 0,00 0,00 0,00  
 Kapturek na elektrodę szt. 5 0,00 0,00 0,00  
 Kabel do analizatora szt. 5 0,00 0,00 0,00  
 Papier do programatora x 6 ryz op. 10 0,00 0,00 0,00  
 Magnes x 4 szt op. 1 0,00 0,00 0,00  
 Zamawiający wymaga dostarczenia w formie bezpłatnej dzierżawy 2 szt. programatorów do implantacji i kontroli pacjentów 0,00 0,00  
 konieczne utworzenie depozytu ,asortyment i rozmiary do ustalenia z operatorem

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Tak

**4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:**

Ilości poszczególnych rodzajów towaru w opisie przedmiotu zamówienia mają charakter szacunkowy. Kupujący zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przyjętych w umowie ilości i częstotliwości dostaw stosownie do swoich potrzeb.

Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie do 50% łącznej ceny brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

W przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy wartości brutto umowy Kupujący uprawniony będzie, na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Sprzedającemu przed upływem terminu umowy do przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas określony wskazany w oświadczeniu, nie dłużej niż o 90 dni

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Cena brutto – 100 % znaczenia (Wc)

Sposób dokonania oceny wg wzoru:

$WC = (Cn : Cb) \times 100 \text{ pkt}$

WC – wartość punktowa ceny brutto

Cn – cena brutto najniższa

Cb – cena brutto badanej oferty

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 100

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

**5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:  
nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10.1.1 Wypełniony i podpisany we wskazanych miejscach Załącznik nr 1 – formularz cenowy i opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów,

10.1.2 Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 2 – formularz ofertowy,

10.1.3 Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy,

10.1.4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (wypełnić pkt 3!!!! ewentualnie oświadczenie z pkt 4 dotyczące wykazanie rzetelności w sytuacji podleganiu wykluczeniu, ewentualnie oświadczenie z pkt 5, czyli oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu na które zasoby lub sytuację na które się wykonawca powołuje w zakresie braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu),

## SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Ilości poszczególnych rodzajów towaru w opisie przedmiotu zamówienia mają charakter szacunkowy. Kupujący zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przyjętych w umowie ilości i częstotliwości dostaw stosownie do swoich potrzeb.

Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie do 50% łącznej ceny brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

W przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy wartości brutto umowy Kupujący uprawniony będzie, na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Sprzedającemu przed upływem terminu umowy do przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas określony wskazany w oświadczeniu, nie dłużej niż o 90 dni

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

## SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:  
wzór umowy stanowi załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

## SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://ezamowienia.gov.pl>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-27