

Kraków, 12.02.2024 roku

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

dot. sprawy: 06/ZP/2024

Szanowni Państwo,

Upieramnie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Nadzór serwisowy nad Tomografem komputerowym TSX-303A/BK Aquilion Prime**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznika nr 1 Formularz oferty pkt. 3:

Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej w przedmiotowym punkcie:

„Jednorazowa wymiana detektora głównego w przypadku jego awarii w trakcie trwania umowy (obejmuje koszt zakupu lampy oraz robociznę).

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznika nr 1 Formularz oferty pkt. 3:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w przypadku skorzystania z prawa opcji nr 3 – sprzedaż detektora głównego - przekaze Wykonawcy w ramach ceny ofertowej uszkodzony detektor.

Odpowiedź : tak.

Równocześnie zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień 19.02.2024 roku

Nowy termin składania ofert od dnia 19.02.2024 roku do godz. 08:00

Nowy termin otwarcia ofert dnia 19.02.204 roku godz. 09:00

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi są:

- Zmodyfikowany SWZ II – wszelkie zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym