

Kraków, dnia 14.02.2024

roku

DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY
ODPOWIEDZI NA PYTANIA III
ORAZ SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

dot. sprawy: **22/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Wzorcowanie elektronicznych rejestratorów temperatury** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Sprawdziłam te rejestratory i jeśli są to faktycznie te opisane w specyfikacji to mają one po 2 czujniki zewnętrzne (na kablu), nie posiadają czujników wewnętrznych (specyfikacja w załączeniu). Ponawiam zatem pytanie ile czujników zewnętrznych ma być wzorcowanych w każdym z rejestratorów?

Odpowiedź: Jeden.

Pytanie 2

Czy usługa ma być wykonana z akredytacją?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3

Poproszę o doprecyzowanie, ile posiadają Państwo sond pomiarowych do wymienionych w sprawie 38 urzędzeń.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że oczekuje wzorcowania jednego czujnika zewnętrznego (znajdującego się w środku lodówki) w jednym punkcie pomiarowym.

Zamawiający równocześnie informuje, iż dokonuje sprostowania
ODPOWIEDZI NA PYTANIA II z dn. 14.02.2024 roku dot. sprawy w/w,
w zakresie pytania nr 2 tj.:

Pytanie 2

Ile w sumie czujników zewnętrznych ma być wzorcowanych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wzorcowany ma być tylko czujnik wewnętrzny w jednym punkcie pomiarowym. Zamawiający informuje, że wzorcowany ma być tylko jeden czujnik zewnętrzny (znajdujący się w środku lodówki) w jednym punkcie pomiarowym.

Z poważaniem,

Aleksandra Oleksowicz
Sekcja Zamówień Publicznych