

dot. sprawy: 16/ZP/2024

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawy nici chirurgicznych**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Pakiet nr 1, poz. 15, 18, 22

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2

Pakiet nr 1, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 37 mm?

Odpowiedź: Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Pakiet nr 1, poz. 18, 22

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 30 mm?

Odpowiedź: Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Pakiet nr 1, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odpowiedź: Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Pakiet nr 1, poz. 29

Czy Zamawiający dopuści nitkę w kolorze fioletowym?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6

Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku triclosanu, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8

Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9

Pakiet nr 4, poz. 1, 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 10

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny wykonany z polidiodksaonu o czasie podtrzymywania tkankowego po 14

dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60% i czasie całkowitego wchłonięcia masy szwu 180-210 dni?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 11

Pakiet nr 5, poz. 1, 3-6, 9

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odpowiedź: Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny wykonany z polidiodksaonu o czasie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60% i czasie całkowitego wchłonięcia masy szwu 180-210 dni?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 13

Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odpowiedź: Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści szew poliestrowy, niewchłaniający, syntetyczny powlekany w całości silikonem?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 15

Pakiet nr 7, poz. 2, 7, 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 16

Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści szew poliestrowy, niewchłaniający, syntetyczny powlekany w całości silikonem?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 17

Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 18

Pakiet nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odpowiedź: Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

Pakiet nr 12, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny ze szpatulką podwójną z mikroostrzem z krzywizną 1/4 koła lub szew z igłą odwrotnie tnącą podwójną z mikroostrzem z krzywizną 3/8 koła?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 20

Pakiet nr 13, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści szew poliestrowy, niewchłaniający, syntetyczny powlekany silikonem?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 21

Pakiet nr 13, poz. 8-10

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 22

Pakiet nr 13, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 23

Pakiet nr 15

Czy Zamawiający dopuści szew poliestrowy, niewchłaniający, syntetyczny powlekany silikonem?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 24

Pakiet nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 25

Pakiet nr 17, poz. 5-7

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny polipropylenowy, jednowłóknowy bez udokumentowanego kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 26

Pakiet nr 17, poz. 8-14

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny wykonany z polidiodksaonu o czasie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60% i czasie całkowitego wchłonięcia masy szwu 180-210 dni?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 27

Pakiet nr 17, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 28

Pakiet nr 18, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 29

Pakiet nr 18

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny wykonany z polidiodksaonu o czasie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60% i czasie całkowitego wchłonięcia masy szwu 180-210 dni?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 30

Pakiet nr 18, poz. 1-4, 6-7, 9

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 31

Pakiet nr 18, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 32

Pakiet nr 19, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 33

Pakiet nr 21, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą pojedynczą?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 34

Pakiet nr 22, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 76 mm?

Odpowiedź: Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 35

Pakiet nr 24

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny wykonany z polidiodksaonu o czasie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60% i czasie całkowitego wchłonięcia masy szwu 180-210 dni?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 36

Pakiet nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odpowiedź: Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 37

Czy Zamawiający w pakiecie 12 pozycji 4 dopuszcza igłę ¼ koła szpatulka z mikroostrzem, pozostałe zapisy bez zmian?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 38

Czy Zamawiający w pakiecie 12 w pozycji 7 dopuszcza długości szwu 20-23 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia projektu umowy stanowiącego załącznik do SWZ („Umowa”) w zakresie §7 ust. 1 pkt 2 poprzez wskazanie, iż kara będzie naliczana za każdy dzień zwłoki (a nie każdy dzień opóźnienia). Zgodnie z art. 433 pkt 1) PZP projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za każde opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. Z uwagi na powyższe wnioskujemy o zmianę postanowienia jak wyżej opisano.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §7 ust. 1 pkt 3 poprzez wskazanie, iż kara będzie naliczana za każdy dzień zwłoki (a nie każdy dzień opóźnienia). Zgodnie z art. 433 pkt 1) PZP projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za każde opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. Z uwagi na powyższe wnioskujemy o zmianę postanowienia jak wyżej opisano.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 6 ust. 1 poprzez wskazanie obecnie obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych (tj. Ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych).

Odpowiedź: Tak, patrz zmodyfikowany SWZ w tym zakresie.

Pytanie 42

Czy Zamawiający doprecyzuje §5 ust. 4 Umowy poprzez usunięcie z niego fragmentu („poprzez nadanie faksu”). Wykonawca pragnie zauważyć, że faks nie stanowi formy powszechnie wykorzystywanej do komunikacji związanej z reklamacją – wobec czego zasadne jest albo odstąpienie od w/w wymogu, albo dopuszczenie innych form

komunikacji między stronami.

Odpowiedź: Tak, patrz zmodyfikowany SWZ w tym zakresie.

Pytanie 43

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, poz. 8, 9 igłę o długości 24 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 44

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, poz. 11 i 29 Iglę okrągłą bez parametru „rozwarstwiająca”, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 45

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, poz. 12 igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 46

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, poz. 15 igłę okrągłą o długości 37 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 47

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, poz. 18 igłę okrągłą, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 48

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, poz. 22 igłę okrągłą o długości 32 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 49

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, poz. 28 nić o długości 75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 50

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, poz. 30 szew zawierający igłę o długości 76 mm oraz nić o długości 75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 51

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5, poz. 1, oraz 3-5 nić o długości 75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 52

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5, poz. 6 szew zawierający igłę o długości 37 mm oraz nić o długości 75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 53

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5, poz. 9, igłę o długości 27 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 54

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14, poz. 3 igłę o długości 26 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 55

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14, poz. 4 igłę o przekroju okrągłym przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 56

Zadanie nr 1 poz 16, 18 i 30; Zadanie nr 4 poz. 3, Zadanie nr 17 poz 8 i 14 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek na wezwanie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 57

Zadanie 1 poz 16:

Czy Zamawiający dopuści igłę w przedziale 65-70 mm oraz długości nici 70-75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 58

Zadanie 1 poz 18:

Czy Zamawiający dopuści igłę w przedziale 26 -30 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. 1 dopuści igłę o dl. 31mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz. 1 dopuści igłę o dl. 11mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 61

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, poz. 8, 9 igłę o długości 24 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 62

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, poz. 11 i 29 Iglę okrągłą bez parametru „rozwarstwiająca”, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 63

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, poz. 12 igłę odwrotnie tnącą, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 64

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, poz. 15 igłę okrągłą o długości 37 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 65

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, poz. 18 igłę okrągłą, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 66

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, poz. 22 igłę okrągłą o długości 32 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 67

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, poz. 28 nić o długości 75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 68

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, poz. 30 szew zawierający igłę o długości 76 mm oraz nić o długości 75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 69

Pakiet 9 pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów z nicią o długości 75cm?

Odpowiedź: Nie.

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest zmodyfikowany SWZ II.

Wszelkie zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym.

Sekcja Zamówień Publicznych