

Kraków, 03.04.2024 roku

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA II i ZMIANIA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA

08.04.2024 ROKU

dot. sprawy: 18/ZP/2024

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawy materiałów do ERCP**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Dotyczy: pakietu nr 1 poz. 14

Czy zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji 14, zgodzi się na zaoferowanie jednorazowego uchwytu litotryptora mechanicznego; do użycia z litotryptorami serii BML-V200 i BML-V400 oraz koszem FG-V451P?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2

Dotyczy: pakietu nr 1 poz. 16

Czy zamawiający w pakiecie numer 1 w pozycji 16, zgodzi się na zaoferowanie jednorazowego litotryptora do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,65mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2mm; średnica koszyka 30mm; zaokrąglona końcówka dystalna koszyka ułatwia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; dostarczany w sterylnym pakiecie; 1 sztuka w opakowaniu?

Odpowiedź: Tak.

Równocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 08.04.2024 roku.

Nowy termin składania ofert do dnia 08.04.2024 roku do godz. 09:00.

Nowy termin otwarcia ofert dnia 08.04.2024 roku godz. 09:30.

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ

Wszelkie zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym.

Sekcja Zamówień Publicznych

Zuzanna Koryzma