

Kraków, dnia 04.06.2024

roku

DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. sprawy: 117/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawa narzędzi chirurgicznych** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Poz 1. Czy zamawiający dopuszcza kaniule ssącą o długości 190mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Poz 2. Czy zamawiający dopuszcza Kerrisony o dl 23cm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Poz 3. Czy zamawiający dopuszcza odgryzacz o dl 23cm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Poz 5. Czy zamawiający może udostępnić zdjęcie lub numer katalogowy tego narzędzia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zaworu regulującego ssanie Cerullo o numerze katalogowym jak na przykład GF966R.

Z poważaniem,

Aleksandra Oleksowicz
Sekcja Zamówień Publicznych