

Kraków, 21.06.2024 roku

**DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA II i INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA  
OFERT NA DZIEŃ 26.06.2024 roku

**dot. sprawy: 34/ZP/2024**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawy materiałów do gastrokopii** wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Pakiet nr 4 Poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczypiec biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; osłonka PE bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1600 mm i 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 10 sztuk. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 2**

Pakiet nr 4 Poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczypiec biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora i igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; osłonka PE bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1600 mm-1800mm i 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 10 sztuk. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Pakiet 1 Czy zamawiający dopuści?

Poz 4 katerer 2,2mm reszta zapisu bez zmian

Poz 5 kateter 2,5mm reszta zapisu bez zmian

Poz 9 średnica osłonki 1,8mm reszta zapisu bez zmian

Poz 10 średnica osłonki 1,8mm reszta zapisu bez zmian

**Odpowiedź:**

**Poz.4 – Zamawiający dopuszcza.**

**Poz. 5 – Zamawiający dopuszcza.**

**Poz. 9 – Zamawiający dopuszcza.**

**Poz. 10 – Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 4

Pakiet 1 Czy zamawiający dopuści?  
Poz 10 Dostępna średnica 22g reszta zapisów bez zmian

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie w pakiecie nr 4 w pozycji 1 szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora i igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm-1600 mm i 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie w pakiecie nr 5 w pozycji 5 szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku; łyżeczki o powiększonej objętości, "szczęki aligatora" z igłą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach, osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 7

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie w pakiecie nr 9 w pozycji 1 igłę aspiracyjną jednorazowego użytku typu EZShot3Plus, do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; Igła o średnicy 19G, 22G, końcówka igły wykonana z nitynolu, ostrze igły typu Menghini, doskonała widoczność w obrazie USG. Mandryn zaokrąglony. Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. Opakowanie zawiera 5 szt.?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 8

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie pakiecie 13 w pozycji 1 jednorazowej protezy samorozprężalnej do dróg żółciowych częściowo pokrywana silikonem, wprowadzana przez ścianę żołądka, wykonana z nitynolu; część od strony żołądka pokrywana na długości 30mm-70mm; posiada lasso do repozycji w części dystalnej; niepokrywana na 30mm; długość całkowita 60mm-100mm; średnica protezy 10mm, średnica kołnierza 20mm; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 2,83mm/8,5Fr; posiada 9 znaczników radiologicznych: po 3 na kołnierzu: w części środkowej i na końcu; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 9

dot. projektu umowy Par. 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw natychmiastowych do 48h w dni robocze?

**Odpowiedź: Nie.**

**Zamawiający równocześnie informuje, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 26.06.2024 roku.**

**Nowy termin składania ofert do dnia 26.06.2024 roku do godz. 09:00**

**Nowy termin otwarcia ofert dnia 26.06.2024 roku godz. 09:30**

**Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ.**

Sekcja Zamówień Publicznych

Zuzanna Koryzma