

Kraków, dnia 20.06.2024

roku

**DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**  
**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

*dot. sprawy:* **136/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawy materiałów do gastroenterologii** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 1**, w miejsce pierwotnych parametrów, cystotomów stosowanych do przezżołądkowego lub przezdwunastniczego nakłucia elektrochirurgicznego torbieli rzekomej trzustki. Połączenie noża igłowego i pierścienia diatermicznego eliminuje potrzebę wymiany narzędzi, co skraca czas zabiegu. Rozmiary: długość/średnica cewnika wewnętrznego 190 cm/5 Fr, długość/średnica cewnika zewnętrznego 165 cm/10 Fr, średnica pierścienia diatermicznego 10 Fr. Akceptuje przewodnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

Aleksandra Oleksowicz  
Sekcja Zamówień Publicznych