

Kraków, 29.07.2024 roku  
**DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY**  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy: 47/ZP/2024*

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **dostawa monitorów funkcji życiowych z wyposażeniem**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

1. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia zestawienie wymagań

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fabrycznie nowych, objętych pełną gwarancją, monitorów z rokiem produkcji 2023?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

2. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia zestawienie wymagań , pkt. 41 Elektroniczny, douszny termometr (min.30 sztuk)

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga 1 termometru do każdego zaoferowanego monitora?

**Odp.: Zamawiający potwierdza, że wymaga minimum jednego termometru do każdego zaoferowanego monitora.**

Sekcja Zamówień Publicznych

Tomasz Cisło