

dot. sprawy: 68/ZP/2024

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawy materiałów do sterylizacji** wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

do Formularza cenowego – Załącznik nr 1 – Pakiet 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie testów zgodnych z normą ISO/TS15883-5, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

do Formularza cenowego – Załącznik nr 1 – Pakiet 3, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie testów o parametrach lepszych niż wymagane, tj. wykrywanie pozostałości białkowych już od 1 µg w ciągu 10 sekund. Substancja testowa zmienia kolor w przypadku obecności białek z jasnobrązowego na niebieski.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,
Seksja Zamówień Publicznych