

Kraków, 24.10.2024 roku
DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 23.10.2024 roku

dot. sprawy: 75/ZP/2024

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawa odczynników do monitorowania poziomu leków, oznaczania narkotyków i homocysteiny wraz z dzierżawą 2 kompatybilnych analizatorów (pakiet nr 1) Dostawa testów kasetkowych do monitorowania poziomu leków, oznaczania narkotyków oraz odczynników do analityki ogólnej (pakiet nr 2)**, prostuję się treść udzielonej odpowiedzi w dniu 23.10.2024 roku zgodnie z poniższym :

JEST :

Pytanie nr 10

Pakiet nr 2

1. Czy Zamawiający wymaga czytnika z voucherami do rejestracji wyników testów kasetkowych? Odpowiedź :
Odpowiedź : **Zamawiający wymaga bezkosztowego urządzenia do rejestracji i archiwizacji wyników testów kasetkowych.**

Takie rozwiązanie pozwoli to na archiwizację i rejestrację otrzymanych wyników.

2. Czy Zamawiający dopuści jako testy narkotykowe do oznaczeń mefedronu, testy pakowane 1 parametrowe zanurzeniowe? W ofercie producenta nie ma testu kasetkowego.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści testy narkotykowe 1 parametrowe do oznaczeń GHB z terminem ważności min. 8 miesięcy? Producent określa min. termin ważności na 8 miesięcy ze względu na ich skład i komponenty. Oferent zobowiązuje się do wyliczenia odpowiedniej ilości opakowań z uwzględnieniem minimalnego terminu ich ważności deklarowanego przez producenta.

Odpowiedź : Tak pod warunkiem przedstawienia **oświadczenia producenta o krótszym minimalnym terminie ważności ze względu na skład i komponenty. Patrz zmiana SWZ w tym zakresie.**

4. Pozycja nr 12 – Prosimy o wyjaśnienie podanej przez Zamawiającego ilości szt. kontroli pozytywnej i negatywnej do oznaczeń substancji uzależniających. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że kontrola będzie wykonywana 1 raz na 2 tygodnie.

Odpowiedź : **Kontrola pozytywna i negatywna do każdej nowej serii testów.**

5. Pozycja nr 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oryginalnej kontroli pozytywnej i negatywnej producenta testów tylko dla parametrów: THC100, COC600, PCP50, MOR/OPI600, AMP2000, MET2000, BAR600, BZD600, MTD600, MQL600, PPX600, Nortriptyline2000 (TCA), MDMA1000, OXY200, BUP20? W ofercie producenta testów nie ma kontroli dla pozycji od 3 do 5 (KETAMINA, FENCYKLIDYNE, GHB).

Odpowiedź : Zamawiający **dopuszcza.**

6. Pozycja nr 15 – prosimy o doprecyzowanie wymaganej czułości (10 mIU/ml lub 25 mIU/ml) dla oznaczenia HCG. –

Odpowiedź : **10 mIU/ml**

7. Pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści oznaczenie VDRL, tego samego producenta co kasetki, na 250 testów w opakowaniu?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza. **Nie więcej niż 100 testów w opakowaniu.**

Powinno być :

Pytanie nr 10

Pakiet nr 2

8. Czy Zamawiający wymaga czytnika z voucherami do rejestracji wyników testów kasetkowych? Odpowiedź :
Odpowiedź : **Zamawiający wymaga bezkosztowego urządzenia do rejestracji i archiwizacji wyników testów kasetkowych.**

Takie rozwiązanie pozwoli to na archiwizację i rejestrację otrzymanych wyników.

9. Czy Zamawiający dopuści jako testy narkotykowe do oznaczeń mefedronu, testy pakowane 1 parametrowe zanurzeniowe? W ofercie producenta nie ma testu kasetkowego.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

10. Czy Zamawiający dopuści testy narkotykowe 1 parametrowe do oznaczeń GHB z terminem ważności min. 8 miesięcy? Producent określa min. termin ważności na 8 miesięcy ze względu na ich skład i komponenty. Oferent zobowiązuje się do wyliczenia odpowiedniej ilości opakowań z uwzględnieniem minimalnego terminu ich ważności deklarowanego przez producenta.

Odpowiedź : Tak pod warunkiem przedstawienia **oświadczenia producenta o krótszym minimalnym terminie ważności ze względu na skład i komponenty. Patrz zmiana SWZ w tym zakresie.**

11. Pozycja nr 12 – Prosimy o wyjaśnienie podanej przez Zamawiającego ilości szt. kontroli pozytywnej i negatywnej do oznaczeń substancji uzależniających. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że kontrola będzie wykonywana 1 raz na 2 tygodnie.

Odpowiedź : **Kontrola pozytywna i negatywna do każdej nowej serii testów.**

12. Pozycja nr 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oryginalnej kontroli pozytywnej i negatywnej producenta testów tylko dla parametrów: THC100, COC600, PCP50, MOR/OPI600, AMP2000, MET2000, BAR600, BZD600, MTD600, MQL600, PPX600, Nortriptyline2000 (TCA), MDMA1000, OXY200, BUP20? W ofercie producenta testów nie ma kontroli dla pozycji od 3 do 5 (KETAMINA, FENCYKLIDYNE, GHB).

Odpowiedź : Zamawiający **dopuszcza.**

13. Pozycja nr 15 – prosimy o doprecyzowanie wymaganej czułości (10 mIU/ml lub 25 mIU/ml) dla oznaczenia HCG. –

Odpowiedź : **25 mIU/ml**

14. Pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści oznaczenie VDRL, tego samego producenta co kasetki, na 250 testów w opakowaniu?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza. **Nie więcej niż 100 testów w opakowaniu.**

Termin składania i otwarcia bez zmian