

dot. sprawy: 06/ZP/2025

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawę kart odczynnikowych i akcesoriów do mikrometody kolumnowej wraz z dzierżawą wyposażenia Banku Krwi oraz sprzętu do wykonywania badań z zakresu immunohematologii**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej :

1. Prosimy o doprecyzowanie, że wymóg w pkt IV części III Załącznika nr 1 do SWZ (Parametry graniczne) – pkt 4: „Wszystkie karty przechowywane w temperaturze pokojowej,” należy rozumieć, że Zamawiający wymaga aby wszystkie oferowane karty były przechowywane w temperaturze pokojowej, tj. 18-25 st.C?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników do oznaczania rzadkich antygenów M i N oraz Jka/Jkb (poz. 13 i 18 tabeli formularza cenowy załącznika nr 1 do SWZ) przechowywanych w temperaturze 2-8 st.C?

Odpowiedź : tak

3. Czy ze względu na specyfikę asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cykl produkcyjny wymaganych wyrobów (zwłaszcza produktów krwinkowych) Zamawiający dopuści, aby dostawy towarów odbywały się sukcesywnie nie rzadziej niż raz na miesiąc, wg załączonego do oferty/dostarczonego raz w roku harmonogramu dostaw na dany rok z jednoczesnym zapewnieniem możliwości dostaw towarów w trybie pilnym z uwagi na nagłą potrzebę Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od złożenia zamówienia?

Odpowiedź : **I CZĘŚĆ O KRWINKACH – ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, II CZĘŚĆ TRYB PILNY DOSTAWY – Nie, zgodnie z SWZ.**

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku sprzętu – systemu do wykonywania opisanych badań mikrometodą (Wyposażenie pracowni serologii), Zamawiający wymaga sprzętu nie starszego niż określonego w części II Załącznika nr 1 do SWZ?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

5. Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku sprzętu wyposażenia Banku Krwi, o którym mowa w tabeli części II Załącznika nr 1 do SWZ), Zamawiający dopuści sprzęt nie starszy niż z roku 2016?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

6. Prosimy o wyjaśnienie czy zapisy zawarte w §1 ust. 4 projektu umowy (zał. nr 4 do SWZ) (...) zapewnia współpracę (komunikacja dwukierunkowa) z siecią informatyczną Zakładu Analityki Lekarskiej, działającą w oparciu o oprogramowanie firmy MARCEL (...) oraz ust. 1 §3 projektu umowy „(...) w tym podłączy sprzęt do sieci informatycznej Zakładu Analityki Lekarskiej (...)” znalazły się omyłkowo i nie dotyczy przedmiotowego postępowania, gdyż wymagany w ramach dzierżawy sprzęt stanowi zestaw manualny (w szczególności wirówka, inkubator, pipeta) czyli nieautomatyczny, który nie ma możliwości podłączenia do sieci informatycznej?

Odpowiedź : nie jest to omyłka, zgodnie z SWZ.

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w części IV. Parametry oceniany załącznik nr 1 do SWZ miał na myśli: „Karta do oznaczania antygenów JKa/JKb **monoklonalne**”?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

Z poważaniem,