

Kraków, 24.02.2025 roku
DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. sprawy: 12/ZP/2025

Szanowni Państwo,

Upieramnie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawę odczynników do immunofluorescencji pośredniej ELISA, BLOT wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej :

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półilościowych zestawów do oznaczania przeciwciał przeciw parwovirusowi B19 w klasie IgM (poz. 43 formularza cenowego)?

Odpowiedź : **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA**

2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 52 test do diagnostyki Twardziny układowej o następującym składzie antygenowym: Scl-70, CENP A, CENP B, RP11,RP155, Fibrylaryna, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, NVL, Ro-52?

Odpowiedź : **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półilościowych zestawów do oznaczania przeciwciał przeciw wirusowi ospy w klasie IgM (poz. 64 formularza cenowego)?

Odpowiedź : **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA**

4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 67 ilościowy test do diagnostyki alergii: profil pediatryczny, o następującym składzie: gx, t3, w6, d1, d2, e1, e2, e3, m2, m3, m6, f1, f75, f2, f3, f76, f77, f78, e204, f4, f9, f14, f13, f17, f31, f35, f49, CCD?

Odpowiedź : **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA**

5. Czy Zamawiający może potwierdzić, że dla testów Blot wymaga 10 oznaczeń na 6 miesięcy, dla testów typu ELISA wymaga 90 oznaczeń na 6 miesięcy, a dla testów IIFT wymaga 44 oznaczeń w przeciągu 6 miesięcy oraz, że ilości w pozycjach 77, 86,87,88,90,91,100,110 oraz 111 są wpisane omyłkowo i należy je poprawić zgodnie z powyższymi założeniami?

Odpowiedź : **patrz zmiana SWZ w tym zakresie.**

6. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 80 test do diagnostyki alergii o następującym składzie: e1, e2, e3, e6, e71, e73, e82, e84, es7, es173, CCD?

Odpowiedź : **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA**

7. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 82 ilościowy test do diagnostyki alergii o następującym składzie: f2, f76, f77, f78, e204, CCD?

Odpowiedź : **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA**

8. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 83 test do diagnostyki alergii o następującym składzie: i1, i3, i75, i208, i213, i216, i209, i211, CCD?

Odpowiedź : **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA**

9. Czy Zamawiający może doprecyzować jaki test miał na myśli w pozycji 106 formularza cenowego?

- Czy chodzi o Mozaikę do diagnostyki autoimmunologicznego zapalenia mózgu opisaną dokładnie jak w pozycji 105 formularza cenowego,
- czy chodzi o test do diagnostyki przeciwciał klasy IgG przeciwko IgLON5,

czy chodzi o test przeznaczony do badań naukowych - CIDP Screen 1 do diagnostyki przeciwciał przeciwko: Neurofascyna 155 (NF155), Neurofascyna 186 (NF186), Kontaktyna 1 (CNTN1), Kontaktyna 1 (CNTN1) / białko 1 związane z kontaktyną (CASPR1)? **Zamawiający doprecyzowuje: test przeznaczony do badań naukowych- CIDP Screen 1 do diagnostyki przeciwciał przeciwko; Neurofascyna 155 (NF155), Neurofascyna 186 (NF186), Kontaktyna 1 (CNTN1), Kontaktyna 1 (CNTN1) / białko 1 związane z kontaktyną (CASPR1)**

10. Czy Zamawiający może doprecyzować jaki test miał na myśli w pozycji 111 formularza cenowego? Diagnostyka PRZECIWCIAŁ PRZECIW METYLOTRANSFERAZIE TIOPURYNY TPMT jest dostępna tylko jako ELISA, a wyżej wymieniony test zostały już przez Zamawiającego uwzględniony w pozycji 110.?
Odpowiedź : **Zamawiający skreśla pozycje nr 111.**

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca zapewnił udział w międzynarodowej kontroli jakości badań tylko dla parametrów, dla których są aktualnie dostępne programy na rynku?

Odpowiedź : **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA**

12. Czy zamawiający może potwierdzić, że wymaga udziału w międzynarodowej kontroli jakości badań jeden raz w przeciągu 6 miesięcy?

Odpowiedź : **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA**

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lodówki laboratoryjnej z zamrażarką do przechowywania odczynników rocznik 2016?

Odpowiedź : **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA**

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy sprzętu do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii?

Odpowiedź : **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA**

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie analizatora do testów IIFT, w którym interfejs programu dostępny jest tylko w języku angielskim?

Odpowiedź : **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA**

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie analizatora do testów IIFT z programem zainstalowanym jedynie na komputerze obsługującym aparat?

Odpowiedź : **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA**

17. Czy Zamawiający dopuści możliwość ręcznego wykonywania kopii bezpieczeństwa danych z możliwością zapisania ich na zewnętrznym nośniku celem archiwizacji?

Odpowiedź : **ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA**

18. Czy Zamawiający może doprecyzować jakiej zabudowy meblowej wymaga w punkcie 23 opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź : **Zamawiający doprecyzowuje: zgodnie z SWZ zabudowa meblowa potrzebna do wstawienia sprzętu od IIF**

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie Kompaktowego mikroskopu do mikroskopii w czasie rzeczywistym o parametrach jak niżej:

- Pojemność dla 5 szkielek
- Automatyczna kontrola światła
- Mikroskop współdziała z oprogramowaniem zarządzającym próbką
- Ogniskowanie odbywa się w pełni automatycznie przy użyciu nowej laserowej technologii ogniskowania
- Automatyczne pozyskiwanie obrazu
- Wysokiej jakości elementy optyczne
- Samokalibrująca fluorescencyjna dioda LED o długiej żywotności

- Czytnik kodów DataMatrix i automatyczny system pozycjonowania wraz z oprogramowaniem zarządzającym próbką, zamiast opisanego w pkt 8-18 rozdział IV zał. 1 – Mikroskopu fluorescencyjnego wraz z kamerą?
- Odpowiedź : **tak**

Zamawiający równocześnie zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 27.02.2025 roku

Nowy termin otwarcia ofert do dnia 27.02.2025 roku do godz. 09:00

Nowy termin otwarcia ofert dnia 27.02.2025 roku godz. 09:30

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ I