

WSZYSCY KOGO TO DOTYCZY
WYNIK POSTĘPOWANIA II w zakresie pakietu nr 15

dot. sprawy: 100/ZP/2024

Szanowni Państwo,

W wyniku przeprowadzonego postępowania na **Dostawy materiałów medycznych**, prowadzonego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, że w wyniku ponownej oceny informuje co następuje :

Pakiet nr 15

Odrzucono następujące oferty :

Pakiet nr 15

Oferta 02 - Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
NIP 554-298-08-36 REGON 384767215

Zamawiający w pakiecie 15 pozycji nr 1 wymagał:

W Pakiecie nr 15 poz. 1 Zamawiający wymagał zaoferowania „Jednorazowy, sterylny marker chirurgiczny z podwójną końcówką (0,5mm z jednej strony oraz 1,00mm z drugiej strony), tusz fioletowy, długość całkowita 138mm, średnica 11mm, kolor srebrny. Na markerze nadrukowana skala porównawcza 0-6cm oraz dołączona osobno wewnątrz opakowania linijka z dwustronnym nadrukiem skali 0-15cm. Opakowanie a'1 szt. „folia/papier”.

Jak wynika z karty katalogowej zaoferowanego produktu nadesłanej przez Wykonawcę, firma Skamex zaoferowała Marker do skóry / Aspen Surgical Products Inc / SMD02 nie spełniający wymogów SWZ w zakresie koloru – Zamawiający wymagał srebrny kolor, a Wykonawca zaoferował marker w kolorze niebieskim. Dodatkowo produkt nie posiada klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakiegokolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym – co zostało doprecyzowane na etapie pytań do postępowania.

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie z dn. 20.01.2025r.:

Pytanie 80

Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakiegokolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

Odpowiedź: Tak, jeśli reszta zgodna z SWZ.

W związku z powyższym oferta firmy Skamex nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia, a co za tym idzie jest odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 Pzp.

Wybrano następujące oferty :

Pakiet nr 15

Oferta 01 – SINMED Sp. z o. o. Adres: ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice NIP 6312665250 REGON 365567681

Ilość punktów według kryterium ceny – 100,00 pkt

Razem – 100,00 pkt

Z poważaniem,