

Kraków, 10.03.2025 roku
DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. sprawy: 15/ZP/2025

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawy materiałów eksploatacyjnych do diatermii**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej :

Pytanie nr 1

1. Pakiet nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie elektrody neutralnej dzielonej o powierzchni 85 cm² z odizolowanym mechanicznie i elektrycznie pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni 23 cm², podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydelka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, hydrożel przyjazny dla skóry; dla dzieci i dorosłych o wadze powyżej 2 kg (op. zbiorcze 50szt. - odpowiednie przeliczenie ilości opakowań), kompatybilnej z diatermią firmy Emed ?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2

Pakiet nr 2

Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie szczypiec bipolarnych o długości 165 mm.

Odpowiedź : tak dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pakiet nr 2

Poz. 6 Prosimy o dopuszczenie kabla bipolarnego o długości 5m, autoklawowalnego, przedstawionego na grafice poniżej



Odpowiedź : tak dopuszcza długość 5m, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Pakiet nr 2

Poz. 7 Prosimy o dopuszczenie: Elektrody neutralnej, jednorazowej, dla dorosłych i dzieci powyżej 5kg, dzielonej REM, hydrożelowej, rozmiar 150x120 mm, powierzchnia całkowita 153 cm², powierzchnia przewodząca 104 cm², złącze szer. 23 mm x dl. 22 mm, na podkładzie z pianki o grubości 1,1, z hydrożelem o grubości 0,635 mm, pakowane w saszetkach po 5 szt., op. zbiorcze = 100 szt. (20 saszetek po 5 szt.)

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pakiet nr 2

Poz. 8 Prosimy o dopuszczenie kabla do elektrod ze złączem o szerokości 23,5mm, pasującego do elektrody zaproponowanej w poz. 7.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3

dotyczące zapisów umowy paragraf 7 ustęp 1 punkt 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu paragraf 7 ustęp 1 punkt 2) z umowy, gdyż Wykonawca obciążony jest już karami podanymi w ustępie 3) i 4) ?

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytanie 4 dotyczące zapisów umowy paragraf 7 ustęp 1 punkt 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 2% ?

Odpowiedź : patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ II