

dot. sprawy: 33/ZP/2025

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **dostawy fartuchów chirurgicznych**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej :

Pytania nr 1

Poz. 1

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie fartucha zgodnego z opisem poniżej:

Fartuch sterylny, pełnobarierowy

- wykonany z niebieskiej włókniny SMS 35 g/m²
- nie zawiera wiskozy ani celulozy
- szwy ultradźwiękowe
- rękaw wszywany typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej o długości 7,5 cm
- tylne części fartucha zachodzące na siebie
- para troków zewnętrznych umiejscowiona w dwukolorowym kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania
- druga para troków wewnętrznych
- rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz 3 x 5 cm (+/- 3 mm)
- nadruk lub metka rozmiaru w widocznym miejscu przed rozłożeniem
- złożenie fartucha umożliwiające aseptyczne założenie (książkowe)
- owijka fartucha wykonana z włókniny SMS 25 g/m² o wymiarach 60 x 60 cm
- w zestawie 2 ręczniczki o wymiarach 30 x 40 cm
- rozmiary: S 115 x 140 cm, M 125 x 145 cm, L 130 x 150 cm, XL 140 x 160 cm, XXL 160 x 160 cm
- zgodny z MDR 2017/745, EN 13795-1, EN ISO 11135-1, EN 556-1:2001
- wskaźnik sterylizacji na opakowaniu
- Na opakowaniu dwie samoprzylepne naklejki transferowe z kodami kreskowymi zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, LOT oraz datę ważności
- opakowanie zbiorcze (karton) dodatkowo zabezpieczone workiem wewnętrznym

Odpowiedź : nie

Poz. 2

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie fartucha zgodnego z opisem poniżej:

Fartuch sterylny, pełnobarierowy

- wykonany z niebieskiej włókniny SMS 35 g/m²
- wzmocnienie PE 40 g/m² (rękawy w 3/4 długości, oraz klatka piersiowa 50 x 70 cm)
- nie zawiera wiskozy ani celulozy
- szwy ultradźwiękowe
- rękaw wszywany typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej o długości 7,5 cm
- tylne części fartucha zachodzące na siebie
- para troków zewnętrznych umiejscowiona w dwukolorowym kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania
- druga para troków wewnętrznych
- rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz 3 x 5 cm (+/- 3 mm)
- nadruk lub metka rozmiaru w widocznym miejscu przed rozłożeniem
- złożenie fartucha umożliwiające aseptyczne założenie (książkowe)
- owijka fartucha wykonana z włókniny SMS 25 g/m² o wymiarach 60 x 60 cm
- w zestawie 2 ręczniczki o wymiarach 30 x 40 cm
- rozmiary: S 115 x 140 cm, M 125 x 145 cm, L 130 x 150 cm, XL 140 x 160 cm, XXL 160 x 160 cm
- zgodny z MDR 2017/745, EN 13795-1, EN ISO 11135-1, EN 556-1:2001
- wskaźnik sterylizacji na opakowaniu

- Na opakowaniu dwie samoprzylepne naklejki transferowe z kodami kreskowymi zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, LOT oraz datę ważności

- opakowanie zbiorcze (karton) dodatkowo zabezpieczone workiem wewnętrznym

Odpowiedź : nie

Pytania nr 2

POZ. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókny SMMMS?

Odp. NIE

POZ. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści fartuchy z rzepek na karku min. 3x6 cm i 3x12 cm?

Odp. TAK

POZ. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści fartuchy z nadrukowanym rozmiarem bezpośrednio na fartuchu oraz na serwecie, w którą jest owinięty do prostej identyfikacji rozmiaru jeszcze przed otwarciem opakowania jednostkowego?

Odp. TAK

POZ. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści fartuchy w opakowaniu zawierającym etykietę samoprzylepną z 3 naklejkami TAG zawierającymi nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta oraz kod kreskowy?

Odp. TAK

POZ. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści fartuchy z rozmiarem oznaczonym jedynie literowo w odpowiednich długościach:

M – 115 cm

L – 127 cm

XL – 135 cm

XXL – 140 cm?

Odp. NIE

POZ. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści fartuchy z rozmiarem oznaczonym jedynie literowo w odpowiednich długościach:

M – 125 cm

L – 135 cm

XL – 145 cm

XXL – 155 cm?

Odp. NIE

POZ. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści fartuchy posiadające rękawy mierzone od pachy do wszycia mankietu o długości min. 56 cm dla M, min. 58 cm dla L i XL, min. 62 cm dla XXL?

Odp. NIE

POZ. 2 Czy Zamawiający dopuści fartuchy z wzmocnieniem bez dodatkowej taśmy?

Odp. NIE

POZ. 2 Czy Zamawiający dopuści fartuchy z wzmocnieniem w rękawach min. 34 cm?

Odp. NIE

POZ. 2 Czy Zamawiający dopuści fartuchy z wzmocnieniem przednim o długości min. 65 cm dla M, min. 70 dla L i min. 100 dla XL i XXL?

Odp. NIE

Pytania nr 3

Załącznik nr 1:

POZ.1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania następujący fartuch:

Sterylny antystatyczny fartuch chirurgiczny z niebieskiej włókny SMS 35g/m², gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. Rękawy proste zakończone niepyłącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Szew ultradźwiękowy typu zygzak z 1 ścieżką ciągłą. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm (±0,5cm), zewnętrzne dl. 70 i 54cm (±3cm), wewnętrzne dl. 54cm (±3cm). Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dl. 13 i 5cm (±0,5cm). Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Długości rękawa: M-56, L-63, XL-64, XXL-65 (± 2,0 cm)
Termin ważności 5 lat.

Wersja z rękawkami – fartuch pakowany z dwoma rękawkami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram rękawików umieszczony na etykiecie głównej. Owiniecie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2.

Odp. NIE

POZ.2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania następujący fartuch:

Sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z niebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m², łącznie w obszarze wzmocnień 75g/m². Gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 38cm(L), min. 40cm(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepyłącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Szew ultradźwiękowy typu zygzak z 1 ścieżką ciągłą. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm ($\pm 0,5$ cm), zewnętrzne dł. 70 i 54cm (± 3 cm), wewnętrzne dł. 54cm (± 3 cm). Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm ($\pm 0,5$ cm). Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (± 5 cm). Wzmocnienie na przedramionach: dł. wzmocnienia dla rozm. M min. 36cm; L min 38cm, XL min. 40cm, XXL min. 42. Długości rękawa: M-56, L-63, XL-64, XXL-65 ($\pm 2,0$ cm)

Termin ważności 5 lat.

Wersja z rękawkami – fartuch pakowany z dwoma rękawkami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram rękawików umieszczony na etykiecie głównej. Owiniecie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2.

Odp NIE

Pytania nr 4

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMMS o gramaturze 40g/m²?

Odp.TAK

Pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietami 8 cm $/ (+/-1$ cm)?

Odp. TAK

Pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch z oznaczeniem rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu oraz kolorowej lamówki adekwatnej do rozmiaru?

Odp. TAK

Pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawkami o wymiarach 30 x 30 cm?

Odp. NIE

Pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch z oznaczeniem poziomu wymagań użytkowych normy 13795 w postaci nadruku na fartuchu, zamiast na opakowaniu jednostkowym?

Odp NIE

Pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze oznaczonym na dwa sposoby – w postaci nadruku na fartuchu (literowo): M – 120 cm, L – 130 cm, XL – 150 cm i XXL – 170 cm (tolerancja wymiarów ± 3 cm), oraz w postaci kolorowej lamówki: M- żółty, L – zielony, XL – fioletowy, XXL – czarny?

Odp. TAK

Pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości rękawa dla rozmiaru M-58 cm, L – 59 cm, XL- 60 cm XXL – 61 cm (tolerancja ± 2 cm)?

Odp. NIE

Pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch z 4 etykietami typu TAG do archiwizacji danych; na każdej etykiecie znajduje się numer ref., data ważności, numer serii, dane wytwórcy, oraz kod QR?

Odp. TAK

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMMS o gramaturze 40g/m², ze wzmocnieniem z laminatu o gramaturze 42g/m²?

Odp. TAK

Pozycja 2 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowej taśmy poliestrowej?

Odp. NIE

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniami w części przedniej dla rozmiaru M – 77 cm, L – 89 cm, XL – 105 cm i XXL – 124 cm. Tolerancja wymiarów +/- 3cm)?
Odp. NIE

Termin składania i otwarcia ofert bez zmian.