

Kraków, 27.05.2025 roku
DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

dot. sprawy: 48/ZP/2025

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na dostawę **Monitoringu temperatury i wilgotności - dostawa sprzętu medycznego III**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej :

1. Czy Zamawiający dopuści rejestrację (zapis) min co 10min?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza pomiar i zapis co 10 minut.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenia pomiarowe o IP20?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuści urządzenie pomiarowe IP 20.

3. Co ile miesięcy mają być wzorcowane urządzenia pomiarowe?

Odpowiedź : co 36 miesięcy

4. Proszę o podanie punktów wzorcowania czujników?

Odpowiedź : w 2 punktach pomiarowych tj. 2 stopnie i 5stopni

5. Czy zamawiający dopuści komunikację radiową między czujnikiem a Bramką ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza komunikację radiową między czujnikiem a bramką.

6. Czy są wymagane przypomnienia o niezatwierdzonym alarmie?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wymaga przypomnień o niezatwierdzonym alarmie.

Równocześnie zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień 02.06.2025 roku.

Nowy termin składania ofert do dnia 02.06.2025 roku do godz. 09:00

Nowy termin otwarcia ofert dnia 02.06.2025 roku godz. 09:30

Z poważaniem,