

dot. sprawy: 48/ZP/2025

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na dostawę **Monitoringu temperatury i wilgotności - dostawa sprzętu medycznego III**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej :

Pytanie nr 1. Czy zamawiający dopuści "Eksport danych do formatu PDF lub CSV"?

Odpowiedź : tak

Pytanie nr 2. Czy związku z odpowiedzią:

„Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga od systemu funkcjonalności połączenia z urządzeniami poprzez aplikację na smartphonie i odczytu parametrów z każdego urządzenia bezpośrednio na smartphonie nawet w sytuacji braku połączenia systemu z Internetem.”

na pytanie nr 4 z dnia 28.05.2025

„4 Prosimy o informacje czy Zamawiający nie wymaga dodatkowej funkcjonalności od systemu w postaci możliwości połączenia z urządzeniami poprzez aplikację na smartphonie. Połączenie np. poprzez Bluetooth celem możliwości odczytu parametrów z każdego urządzenia bezpośrednio na smartphonie nawet w sytuacji braku połączenia systemu z Internetem. Funkcjonalność taka zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa oraz daje możliwość sprawdzenia działania systemu lokalnie nawet w przypadku awarii związanej np. z siecią czy Internetem.”

Czy Zamawiający dopuści czujniki posiadające pamięć z komunikacją radiową, ale bez funkcji lokalnego odczytu? Lokalny odczyt możliwy jest tylko w miejscu instalacji czujników. W przypadku braku połączenia z siecią, czujnik nie wysyła powiadomień. System monitoringu oparty na oferowanych czujkach nie będzie wymagał rozbudowy infrastruktury apteki (sieci gniazd Ethernet i zasilania do bramek) ze względu na dopuszczalne duże odległości czujników radiowych od bramek. Czujniki radiowe mają zasięg około 400 metrów w otwartej przestrzeni i komunikację do 12 przegród (w zależności od rodzaju materiałów z jakiego wykonane są przegrody i jakie są ich grubości).

Odpowiedź : nie

Z poważaniem,