

Kraków, 16.06.2025 roku

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. sprawy: 49/ZP/2025

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO IV**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej :

Pytanie nr 1 dot. Pakiet nr 3 – Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej, ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI lp. 18

Czy Zamawiający w miejsce dotychczasowych zapisów dopuści:

- czas reakcji serwisu - 48h robocze,
- czas naprawy bez części - 5 dni roboczych,
- czas naprawy z częściami z poza RP – 10 dni roboczych.

Pozostałe warunki zgodnie z SWZ.

Odpowiedź : patrz zmiana SWZ w tym zakresie (na czerwono zmiany)

Pytanie nr 2 dot. Pakiet nr 3 – Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej, ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI lp. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku, gdy naprawa ulegnie wydłużeniu ponad wyznaczony termin?

Obowiązek taki ciążyący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty.

Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w zakresie pakietu nr 3. Patrz zmiana SWZ w zakresie pakietu nr 3 (na czerwono zmiany).

Pytanie nr 3 dot.. Załącznik nr 4 do SWZ – Umowa § 5 ust.2

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu: „Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich kodów źródłowych oraz dokumentacji serwisowej i/lub oprogramowania serwisowego, zapewniające podstawową diagnostykę urządzenia, regulację oraz kalibrację urządzenia po zakończeniu gwarancji podstawowej, na każde żądanie Kupującego”.

Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami Ustawy Pzp oraz ugruntowaną linią orzecniczą i stanowiskiem doktryny, Opis Przedmiotu Zamówienia odpowiadać powinien uzasadnionym i rzeczywistym potrzebom zakupowym zamawiającego związanym z realizacją przypisanych mu zadań. Wymaganie dostarczenia dostępu do kodów serwisowych do dostarczanych urządzeń , wydaje się nadmiarowe i nie znajduje uzasadnienia w przepisach ani też samym przedmiocie zamówienia.

Informujemy, że kody serwisowe wydawane są imiennie autoryzowanym serwisantom, którzy muszą odbyć cykl szkoleń serwisowych u producenta i są wydawane na określony czas. Serwisanci muszą posiadać zatem odpowiednie uprawnienia, doświadczenie oraz wyposażenie. Natomiast nieprawidłowe zmiany dokonane w ustawieniach aparatu mogą skutkować jego uszkodzeniem, powodują wymierne straty finansowe. Dodatkowo, niewłaściwe zmiany mogą powodować uszczerbek na zdrowiu pacjenta oraz personelu Szpitala.

W związku z powyższym, przekazanie kodów serwisowych stanowiłoby naruszenie wytycznych producenta, narażenie pacjentów oraz personelu Szpitala na uszczerbek na zdrowiu, a także spowodowałoby powstanie ryzyka poniesienia wymiernych strat finansowych przez Szpital.

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w zakresie pakietu nr 3 (na czerwono zmiany).

Pytanie nr 4 dot. Załącznik nr 4 do SWZ – Umowa § 3 ust.2

Czy Zamawiający zgodzi się na 30 dniowy termin płatności?

Odpowiedź : nie

Pytanie nr 5 dot. Załącznik nr 4 do SWZ – Umowa § 7 ust.2 pkt.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia, w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy?

Odpowiedź : patrz zmiana SWZ w tym zakresie (na czerwono zmiany).

Pytanie nr 6 dot. Załącznik nr 4 do SWZ – Umowa § 12 ust.1 pkt.1,2,3,4

Czy Zamawiający zgodzi się, aby kary umowne w § 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 były liczone od wartości towaru dostarczonego ze zwłoką, nie zaś od wartości brutto Przedmiotu Umowy, o której mowa w §2 ust.1 ?

Odpowiedź: nie

Pytanie nr 7 dot. Załącznik nr 4 do SWZ – Umowa


Wnosimy o dopisanie do umowy zapisu: „W przypadku gdy Umowa zawarta jest na więcej niż jeden pakiet postanowienia Umowy stosuje się odrębnie do każdego pakietu, na które Wykonawca złożył ofertę”.

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie (na czerwono zmiany).

Dotyczy pakietu nr 1

Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści mikroskop o następujących wymiarach?

Rami o długości 1370mm? Jest to parametr lepszy, umoliwimy większą swobodę ruchów



Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

Pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści okulary 12,5x/18mm? Różnica jest niezauważalna , przy czym okular 18mm daje nieco szersze pole widzenia w porównaniu z 17mm

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pkt. 23 i 24 Czy Zamawiający dopuści obiektyw zmiennoogniskowy 198-455 z sześcioma współczynnikami powiększeń obiektywu: 0,3 0,5 0,8 1,2 2,0 3,0? Całkowite powiększenia od 1,39 do 32,2 przy czym obiektyw zmiennoogniskowy 455mm pozwala lepiej przybliżyć obraz

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ (na czerwono zmiany)