

dot. sprawy: 68A/ZP/2025

Szanowni Państwo,

Upieramnie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na dostawę **odczynników do immunofluorescencji pośredniej ELISA, BLOT wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej :

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do półilościowego oznaczania przeciwciał przeciwko parwovirusowi B19 w klasie IgM (poz. 43 formularza cenowego)?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający, w pozycji 106 formularza cenowego, wymaga testu przeznaczonego do badań naukowych - CIDP Screen 1 do diagnostyki przeciwciał przeciwko: Neurofascyna 155 (NF155), Neurofascyna 186 (NF186), Kontaktyna 1 (CNTN1), Kontaktyna 1 (CNTN1) / białko 1 związane z kontaktyną (CASPR1)?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca zapewnił udział w międzynarodowej kontroli jakości badań tylko dla parametrów, dla których są aktualnie dostępne programy na rynku?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie analizatora do testów IIPT, w którym interfejs programu dostępny jest tylko w języku angielskim?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie analizatora do testów IIPT z programem zainstalowanym jedynie na komputerze obsługującym aparat?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

6. Czy Zamawiający dopuści możliwość ręcznego wykonywania kopii bezpieczeństwa danych z możliwością zapisania ich na zewnętrznym nośniku celem archiwizacji?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

7. W związku z wycofaniem przez producenta, w maju 2025 roku, z produkcji, testów do diagnostyki przeciwciał przeciwko TORCH opisanych w pozycjach 33,34 oraz 35 Załącznika nr 1 do SWZ, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji z postępowania?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

8. Z uwagi na dużą ilość oznaczeń, dla testów opisanych w pozycji 32 oraz 54, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w ww. pozycjach testów w opakowaniach 64 szt. ?

Odpowiedź : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POD WARUNKIEM DOPEŁNIENIA DO CAŁYCH OPAKOWAŃ DLA PODANEJ ILOŚCI BADAŃ

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pozycji 69 testu do diagnostyki alergii o następującym składzie: ds1, es2, i6, e7, m1, m2, m3, m5, m6, m37, CCD?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

10. W związku z wycofaniem, przez producenta, testu do diagnostyki przeciwciał przeciwko Borellia w klasie IgM, opisanego w pozycji 28, zawierającego zarówno kalibratory do płynu mózgowo-rdzeniowego jak również do surowicy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbicie pozycji 28 na dwa osobne wiersze, po 555 oznaczeń każdy, tak by można było zaproponować dwa zestawy testowe, jeden zawierający kalibratory do płynu oraz jeden z kalibratorami do surowicy?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pozycjach 102,103 oraz 104 testów w formacie 20x05 tj. szkiełka przeznaczone do badania 5 pacjentów, 20 szkiełek w opakowaniu?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

12. Termin ważności płytek po otwarciu w testach ELISA wynosi 4 miesiące, czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga jedynie takiej ilości opakowań, w testach ELISA, która zabezpieczy podaną przez Zamawiającego ilość oznaczeń? Czy jednak należy uwzględnić termin ważności płytki po otwarciu w kalkulacji ilości opakowań na 42 miesiące, co skutkować będzie większą ilością zaproponowanych opakowań, niż wynika to z podanej ilości oznaczeń?

Odpowiedź : ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA, ŻE WYMAGA JEDYNNIE TAKIEJ ILOŚCI OPAKOWAŃ W TESTACH ELISA, KTÓRA ZABEZPIECZA ILOŚĆ OZNACZEŃ PODANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

13. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia pakietu startowego zawierającego odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatora, pomimo tego, że cały wymagany w dzierżawę sprzęt został już dostarczony, podłączony, uruchomiony a personel medyczny przeszkolony z jego obsługi?

Odpowiedź : ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA, O ILE NIE ZMIENIĄ SIĘ WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA.

Z poważaniem,