

Kraków, 10.09.2025 roku
DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. sprawy: 84/ZP/2025

Szanowni Państwo,

Upieramnie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawa sprzętu medycznego cz. V w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytania nr 1

Pytanie nr 1 – dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia zestawienie wymagań, II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI pkt. 4

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie poniższego zapisu:

„W przypadku konieczności wykonania naprawy w siedzibie serwisu – Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze.”
Wykonawca w przypadku konieczności naprawy doloży wszelkich starań o naprawienia urządzenia bez konieczności przewiezienia urządzenia do siedziby serwisu.

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w zakresie pakietu nr 1.

Pytanie nr 2 – dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia zestawienie wymagań, II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI pkt. 6

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie poniższego zapisu:

„W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.”
Wykonawca w przypadku konieczności naprawy doloży wszelkich starań naprawy urządzenia jak najszybciej w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

Pytania nr 2

Pytanie nr 1 – dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ Projekt Umowy, §7 pkt. 1

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu od momentu zgłoszenia wady do 72 godz. w dni robocze.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ Projekt Umowy, §7 pkt. 2

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie dokonania naprawy do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady / usterki.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ Projekt Umowy, §7 pkt. 3

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie w przypadku udokumentowanej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy usunięcie wszystkich wad / usterek przedmiotu zamówienia do 10 dni roboczych.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ Projekt Umowy, §7 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy?

„wymiany podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania przedmiotu

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

Pytania nr 3

Pytanie nr 1 do SWZ, Pakiet 5, pozycja 134.:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania równoważnego: „System neuromonitoringu składający się z monitora wysokiej rozdzielczości, dotykowego, na stałej podstawie oraz interfejsu pacjenta do podłączenia elektrod”?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 do SWZ, Pakiet 5, pozycja 135.:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania równoważnego: „Podstawa monitora wyposażona w dwa stymulatory stałoprądowe, z możliwością podłączenia interfejsu pacjenta, który nie wymaga ładowania”?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Pytanie nr 3 do SWZ, Pakiet 5, pozycja 136.:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania równoważnego: „Elektrody odbiorcze jak i stymulacyjne podłączane do interfejsu pacjenta (brak konieczności podłączania elektrod bezpośrednio do monitora)”?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Pytanie nr 4 do SWZ, Pakiet 5, pozycja 137.:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania równoważnego: „Interfejs pacjenta nie wymagający ładowania”?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 do SWZ, Pakiet 5, pozycja 139.:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania równoważnego: „Zakres stymulacji urządzenia skok o 0,01; 0,1; 0,5 mA”?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 do SWZ, Pakiet 5, pozycja 140:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania równoważnego: „Aparat wyposażony w 2 stymulatory stałoprądowe z szerokim zakresem stymulacji min. 0,1-25 mA”?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 do SWZ, Pakiet 5, pozycja 141 :

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania równoważnego: „Aparat o napięciu wejściowym 100-240V oraz regulacji impulsu stymulacyjnego w zakresie min. 50-1000us do wyboru za pomocą oprogramowania”?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Pytanie nr 8 do SWZ, Pakiet 5, pozycja 142.:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania równoważnego: „System wyposażony w pamięć wewnętrzną - w przypadku utraty zasilania sieciowego podczas użytkowania brak utraty danych”?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Pytanie nr 9 do SWZ, Pakiet 5, pozycja 149.:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania równoważnego: „Automatyczna detekcja i eliminacja zakłóceń artefaktów, brak konieczności podłączania detektora tłumienia drgań elektromagnetycznych w przypadku zastosowania elektrokoagulacji bipolarnej, artefakty z diatermii filtrowane za pomocą oprogramowania”?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10 do SWZ, Pakiet 5, pozycja 154.:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania równoważnego: „Możliwość sterowania neuromonitoringiem z pola sterylnego np. przycisk nożny wywołujący okno komentarzy”?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 do SWZ, Pakiet 5, pozycja 155.:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania równoważnego: „Kolorowy ekran dotykowy min. 12 cali”?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12 do SWZ, Pakiet 5, pozycja 156.:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania równoważnego: „Aparat wyposażony min. w 1 złącze VGA”?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13 do SWZ, Pakiet 5, pozycja 159.:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania równoważnego: „Zapis raportów na zewnętrznym urządzeniu USB i/lub w wewnętrznej bazie danych”?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Pytanie nr 14 do SWZ, Pakiet 5, pozycja 161.:

Czy Zamawiający może doprecyzować wymaganą funkcję urządzenia: „Możliwość zapisu raportów w postaci bazy danych”?

Odpowiedź : Zamawiający oczekuje aby urządzenie umożliwilo sposób zorganizowany i utrwalony w formie elektronicznej (rysunku, pliku, obrazu, arkusza), przechowywanie, zarządzanie i udostępnianie informacji dotyczących zabiegów.

Pytanie nr 15 do SWZ, Pakiet 5, pozycja 164.:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania równoważnego: „Możliwość zastosowania monitoringu ciągłego przy zabiegach resekcji tarczycy i/lub ślinianki”?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16 do SWZ, Pakiet 5, pozycja 165.:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązania równoważnego: „Pakiet startowy osprzętu do zastosowania z neuromonitorem: rurka intubacyjna dotchawicza ze integrowanymi elektrodami do monitorowania funkcji nerwu krtaniowego. Elektrody umieszczone na obwodzie rurki zapewniające stały kontakt ze strunami głosowymi, w

dostępnych rozm. min. 7,0-8,0 mm lub elektroda odbiorcza (4-kanalowa) naklejana na rurkę intubacyjną w rozmiarach od min. 7,0-9,0 mm”?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Pytanie nr 17 do SWZ, Pakiet 5:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie uniwersalnych lup chirurgicznych powiększenie min. 2,5x ; dystans roboczy min. 450 mm?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

Pytania nr 4

Dotyczy pakietu nr 6 załącznika nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia):

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu/wyposażenia w ramach pakietu, które nie jest wyrobem medycznym np. wanna, wieszak itp., który objęty jest 23% stawką VAT?

Odpowiedź : tak

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowany sprzęt w ramach pakietu był fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 r.?

Odpowiedź : tak

3. Pytanie do poz. 192

Prosimy o potwierdzenie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej w podanej pozycji, czy Zamawiający miał na myśli mocowanie 100 x 100 VESA?

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

4. Pytanie do poz. 214

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kamery z funkcją „zoom optyczny (2x)” oraz możliwością ustawienia ostrości dedykowanymi przyciskami na głowicy kamery? Rozwiązanie z przyciskami, zapewnia większe bezpieczeństwo pacjenta i ergonomię użytkownika podczas wykonywania procedury.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

5. Pytanie do poz. 217

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kamery, która nie ma możliwości sterylizacji w ETO, a dopuszczone przez producenta metody to autoklaw (para) oraz STERRAD / V-PRO max (plazma). Dopuszczalne przez producenta metody są bezpieczniejszymi, szybszymi i bardziej ekologicznymi.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

6. Pytanie do poz. 218

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania głowicy kamery o wadze 295g?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

7. Pytanie do poz. 234

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia wanny do moczenia endoskopów o pojemności 10L z uwagi na to, iż bezpieczniejszą metodą dekontaminacji jest mycie w myjni endoskopowej.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

8. Pytanie do poz. 238. 239. 240.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania sinuskopów ULTRA 4K, 4mm 0st, 30 st., 70st., kompatybilnych z technologią 4K, o długości roboczej od 176,5 mm do 178,3mm.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ (projekt umowy):

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 7 ust. 2, pkt. 1 do następującej treści: „zareagowania do 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia wady / usterki rozumianego jako podjęcie działań naprawczych.”?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 7 ust. 2, pkt. 2 do następującej treści: „dokonania naprawy przedmiotu umowy w ciągu: 5 dni przypadających w dni robocze, od momentu zgłoszenia wady/usterki”?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 7 ust. 2, pkt. 3 do następującej treści: „w przypadku udokumentowanej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy usunięcie wszystkich wad/usterek przedmiotu zamówienia powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż **14 dni**, przypadające w dni robocze, niż ten wskazany w pkt. 2. **Na czas naprawy powyżej terminu wskazanego w pkt. 2, Dostawca zapewni nieodpłatnie urządzenie zastępcze o tych samych lub lepszych parametrach**”?

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie dot. pakietu nr 6

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 7 ust. 2, pkt. 4 do następującej treści: „wymiany podzespołu na nowy po **3** naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania przedmiotu umowy – jeśli podzespół, który uległ awarii był wcześniej naprawiany a nie wymieniany;”?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 7 ust. 2, pkt. 6 do następującej treści: „w przypadku braku możliwości usunięcia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia (co Sprzedający powinien Kupującemu udokumentować), Sprzedający będzie zobowiązany do dostarczenia w terminie **14** dni roboczych, nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego zamówieniem.”?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 7 ust. 3 do następującej treści: „W okresie gwarancyjnym Sprzedający będzie wykonywał bezpłatnie przeglądy przedmiotu umowy wraz z wymianą części **eksploatacyjnych koniecznych do wykonania przeglądu** (o ile dotyczy), w ilości i częstotliwości określonej przez producenta (jeśli producent nie określa częstotliwości przeglądów to przynajmniej raz na 12 miesięcy), z tym, że ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu upływu okresu gwarancji również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów **eksploatacyjnych** (o ile dotyczy). Po każdym przeglądzie Dostawca wyda świadectwo sprawności i dokona odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym.”?

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie dot. pakietu nr 6

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zapisu § 5 ust. 2 dotyczącą przekazania kodów źródłowych?

Odpowiedź : tak, patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

Pytania nr 5

Dotyczy pakietu nr 6 załącznika nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia):

1. Pytanie do poz. 238. 239. 240.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sinuskopy ULTRA 4K, 4mm 0st, 30 st., 70st., kompatybilne z technologią 4K o długości roboczej do 178,5 mm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytania nr 6

Pakiet 4: Zaoferowany asortyment składa się z towarów sprzedawanych na różnych stawkach VAT. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie drugiej pozycji w formularzu ofertowym w tym pakiecie?

Odpowiedź : nie, w przypadku różnej stawki VAT należy wpisać wartość VAT należnego zgodnie z zapisami SWZ w tym zakresie.

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ II (na czerwono zmiany)