

dot. sprawy: 82/ZP/2025

Szanowni Państwo,

Upieramnie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **dostawy sprzętu medycznego cz. III na potrzeby Multidyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie**, wpłynęły pytania.

Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej :

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga w danym pakiecie, aby sprzęt zaoferowany posiadał:

Alarmy:

- Alarm dźwiękowy
- Alarm wizualny
- Alarm awarii zasilania
- Alarm uszkodzenia czujnika
- Alarm za wysokiej temperatury otoczenia
- Alarm otwarcia drzwi
- Alarm za wysokiej temperatury wewnątrz
- Alarm za niskiej temperatury wewnątrz

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby sprzęt nie posiadał alarmu za wysokiej temperatury otoczenia przy zachowaniu wszystkich innych parametrów przetargowych?

Odpowiedź : tak

Pytanie nr 2

1. dot. cz. 7: czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o maksymalnej ilości półek w komorze w liczbie 11? Urządzenie spełnia wszystkie pozostałe wymagania.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

2. dot. cz. 7: "Back-up system- podtrzymanie temperatury za pomocą butli CO₂ – instalowany fabrycznie". Czy zamawiający dopuści back-up CO₂, który nie jest instalowany fabrycznie?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

3. dot. cz. 7: prosimy o doprecyzowanie sformułowania: "Termometr elektroniczny dwukanałowy z certyfikatem wzorcowania odnawianym co roku zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną". Przez ile lat ma być odnawiany ów certyfikat?

Odpowiedź : minimum 36 miesięcy, tj. 3 lata.

4. dot. cz. 7 - prosimy o doprecyzowanie w ilu punktach w komorze mają być rozmieszczone czujniki temperatury?

Odpowiedź : w 2 punktach.

5. dot. cz. 8 - prosimy o doprecyzowanie w ilu punktach w komorze mają być rozmieszczone czujniki temperatury?

Odpowiedź : w 2 punktach.

6. dot. cz. 8: prosimy o doprecyzowanie sformułowania: "Termometr elektroniczny dwukanałowy z certyfikatem wzorcowania odnawianym co roku zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną". Przez ile lat ma być odnawiany ów certyfikat?

Odpowiedź : minimum 36 miesięcy, tj. 3 lata.

Pytania nr 3

Pakiet nr 3, lodówka farmaceutyczna - 2 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia o zużyciu energii 0,78 kWh /24h, parametr lepszy od wymaganego?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Pakiet nr 4, lodówka do bieżącego przechowywania leków i materiałów wymagających chłodzenia - 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia pojedynczym wyświetlaczem, bez pomiaru wilgotności? Wypieczefikowany model produkowany jest z pojedynczym wyświetlaczem

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w 3 półki, 2 regulowane jedna stała?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w rolki z tyłu i w regulowane stopki z przodu, umożliwiające wypoziomowanie?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytania nr 4

Pakiet 7:Prosimy o dopuszczenie zamrażarki z liczbą półek w komorze 4/11 (liczba / max.).

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Pytania nr 5

Dotyczy Pakietu nr 6

1. Czy poniższe wymagania odnośnie świadectwa wzorcowania dotyczą zamrażarki z pakietu nr 6? W opisie zamawiający posługuje się nazwą lodówka. Jeśli wymagania te dotyczą zamrażarki czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od tego wymogu?

Świadectwo wzorcowania lodówki zawierające m.in.: schemat rozmieszczenia czujników temperatury wykresy temperatury dla każdego z punktów pomiarowych, obliczenia statystyczne i charakterystyki opisujące rozkład przestrzenny i stabilność temperatury w poszczególnych punktach lodówki, identyfikację wykorzystanego sprzętu pomiarowego i kopie ostatnich świadectw wzorcowania (wykonywanych nie rzadziej niż co 12 miesięcy), identyfikację osób zaangażowanych w przeprowadzenie testów

Odpowiedź : Zamawiający nie odstąpi od wymogu, przy czym patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

2. Czy zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia dokumentu potwierdzającego możliwość przechowywania wrażliwych produktów, takich jak leki, szczepionki, odczynniki i próbki biologiczne – przy dostawie sprzętu.

Odpowiedź : nie

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia do 50 dni od momentu złożenia zamówienia?

Odpowiedź : Patrz zmiana SWZ w tym zakresie.

4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeglądów w czasie gwarancji jeśli producent zaproponowanego sprzętu nie wymaga ich w okresie gwarancyjnym, co nie ma wpływu na prawidłową pracę urządzeń i przebieg gwarancji?

Wykonywanie przeglądów oraz kontrola i wymiana uszczeltek, czujników, czyszczenie, sprawdzanie szczelności układu chłodniczego, uzupełnianie czynnika chłodniczego, test bezpieczeństwa elektrycznego wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie nie będące wyrobem medycznym ale posiadające certyfikat CE, dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuszcza paszport techniczny w formacie A5?

Odpowiedź : tak

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 10 dni roboczych?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania przedmiotu umowy?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

Załącznikiem jest zmodyfikowany II (na czerwono zmiany)

Równocześnie zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień 19.09.2025 roku

Nowy termin składania ofert do dnia 19.09.2025 roku do godz. 09:00

Nowy termin otwarcia ofert dnia 19.09.2025 roku godz. 09:30