

dot. sprawy: 98/ZP/2025

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawy materiałów do zabiegów kardiologii interwencyjnej – neurochirurgiczna**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 3 poz. 12 i 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 12 i 13 z pakietu nr 3 i ogłoszenie ich jako odrębnego pakietu, aby umożliwić szerszą konkurencję i składanie ofert przez większą liczbę wykonawców?

Odpowiedź: Proszę nie wyceniać – patrz zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 10 cewnika diagnostycznego o szerokiej gamie krzywizn: Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Modified Hook Flush, Headhunter 1; Bentson 2; Newton 2; Mani; Vertebral; Berenstein; MW2; Osborn 1; Simmons (1; 2); Multipurpose A1; Cobra (1; 2); Hook (0,8; 1,0); Renal Double Curve; Reuter; Mikaelsson; KA2; Modified Hook (2; 3); Straight Selective; RIM; RBI; UAC oraz dostępnych cewników do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie bądź wydzielenie w pakiecie nr 3 pozycji nr 12 i 13 – systemu dostępu wewnątrzczaszkowego Benchmark oraz koszulek naczyniowych, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej cenowo na pozostałe pozycje w tym pakiecie?

Odpowiedź: Proszę nie wyceniać – patrz zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ w tym zakresie.

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ.

Wszelkie zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym.

Sekcja Zamówień Publicznych.

Zuzanna Koryzma