

Kraków, 23.04.2026 roku
DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

dot. sprawy: 42/ZP/2026

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawę sprzętu medycznego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytania nr 1

1/ Czy w celu miarkowania kar umownych Sprzedający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 12 ust. 1:

1. Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kary umownej:

1) w wysokości 0,2% wartości brutto **niezrealizowanej części** Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) w wysokości 0,2% wartości brutto **urządzenia, którego niewykonana usługa dotyczy** – za każdy stwierdzony przypadek niewykonania obowiązku zapewnienia przeglądów technicznych oraz wymaganych testów specjalistycznych w okresie gwarancji;

3) w wysokości 0,1% wartości brutto **wadliwego przedmiotu zamówienia** – za **każdy rozpoczęty dzień** opóźnienia w przystąpieniu serwisu do naprawy w stosunku do deklarowanego czasu reakcji wskazanego w załączniku nr 1 do SWZ;

4) w wysokości 0,3% wartości brutto **wadliwego przedmiotu zamówienia** – za **każdy rozpoczęty dzień** opóźnienia w usunięciu awarii lub usterki, liczoną od upływu 48 godzin od momentu zgłoszenia;

5) w przypadku dopuszczalnego wydłużenia terminu usunięcia awarii do 5 dni roboczych (z uwagi na konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) – w wysokości 0,3% wartości brutto **wadliwego przedmiotu zamówienia** za **każdy rozpoczęty dzień** opóźnienia, liczoną od upływu tego terminu;

6) w wysokości 0,2% wartości brutto **wymienianego na nowy danego przedmiotu zamówienia**, – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu nowego, wolnego od wad przedmiotu zamówienia, w terminie określonym w § 7 ust. 2 pkt 6 niniejszej Umowy;

7) 0,1% wartości umowy brutto **urządzenia, którego szkolenie dotyczy**, za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia, liczony od dnia wyznaczonego/uzgodnionego na szkolenie, przy czym gdy brak szkolenia uniemożliwia prawidłowe użytkowanie urządzenia lub wykonywanie procedur medycznych – 0,3% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

8) **50,00 zł** brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przez Sprzedającego czynności :

- a) szkolenia, tj. uchylenia się od obowiązku szkolenia personelu Zamawiającego (**o ile dotyczy**), lub opóźnienia w rozpoczęciu i zakończenia (w jednym jak i w drugim zakresie) szkolenia ponad termin wyznaczony/uzgodniony (**o ile dotyczy**);
- b) dostarczenia w terminie dokumentów wskazanych § 2 ust. 4 i/lub § 13 ust. 2;
- c) wynikających z Załącznika nr 1 (opis przedmiotu zamówienia), a nie ujętych powyżej,
- 9) 10 % **niezrealizowanej** wartości brutto Przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Sprzedającego (w szczególności odstąpi od umowy w przypadkach wskazanych w § 11 ust. 1).

Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.

2/ Czy w związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2026 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzającej dla dużych przedsiębiorców obowiązek wystawiania i wysyłania faktur online wyłącznie w systemie KSeF, Zamawiający zastąpi zapisy umowy odnoszące się do procesu wystawiania i doręczania faktur, zapisami zgodnymi z powyższą ustawą, których wzorcową treść zamieszczamy poniżej:

[W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane Wykonawcę/Dostawcę/Sprzedawcę* oraz odbierane przez Zamawiającego/Odbiorcę/Kupującego* wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail _____ na adres e-mail: _____.]

Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.

Pytania nr 2

3/ Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową, gdzie pobór mocy w normalnych warunkach pracy wynosi 6 W? (Dotyczy Pakiet nr 2 poz. 35)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytania nr 3

4/ Pytanie nr 1 Dotyczy: projekt umowy

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie § 7 pkt.3. Czy jeżeli producent nie wymaga przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych, ponieważ zaoferowane urządzenie jest wyposażone w czujniki stale monitorujące jego parametry i niewymagające kalibracji, mamy rozumieć iż Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzania przeglądu co 12 miesięcy? Jeżeli tak, prosimy o wprowadzenie stosownego zapisu do projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy Wykonawca przedłoży zaświadczenie lub oświadczenie producenta potwierdzające, iż oferowane urządzenie nie wymaga wykonywania przeglądów serwisowych w okresie eksploatacji, Zamawiający odstąpi od obowiązku ich

wykonywania. Warunkiem zastosowania powyższego jest zapewnienie utrzymania pełnej gwarancji oraz odpowiedzialności za prawidłowe działanie urządzenia przez cały wymagany okres. Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

5/ Pytanie do pakietu nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wyprodukowanego w 2025 r., pomimo wskazania w SWZ wymogu roku produkcji 2026?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w pakiecie 3 urządzenia wyprodukowanego w 2025 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytania nr 4

Dot. Pakietu nr 13

6/ Czy zamawiający dopuści urządzenie wyprodukowane w 2025 r, fabrycznie nowe niepowystawowe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w pakiecie 13 urządzenia wyprodukowanego w 2025 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytania nr 5

Pytania dot. Pakietu nr 10

7/ Czy Zamawiający dopuści w punkcie 5 aparat echokardiograficzny klasy Premium o wadze 125 kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wagi z 105 kg na 125 kg. Niższa waga urządzenia jest niezbędna dla zapewnienia łatwej mobilności, bezpieczeństwa personelu oraz sprawnej eksploatacji w warunkach szpitalnych. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

8/ Czy Zamawiający dopuści w punkcie 7 aparat echokardiograficzny klasy Premium z monitorem LCD wysokiej rozdzielczości i przekątnej 24”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu z monitorem LCD wysokiej rozdzielczości o przekątnej 24”, pod warunkiem spełnienia wymogu regulacji monitora w co najmniej trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania oraz zapewnienia komfortowej pracy w warunkach naturalnego i sztucznego oświetlenia.

9/ Czy Zamawiający dopuści w punkcie 9 aparat echokardiograficzny klasy Premium z panelem sterowania w formie pływającego pulpitu z możliwością regulacji góra/dół w zakresie 22 cm i z obrotem lewo/prawo +/- 90 stopni z pozycji środkowej w obu kierunkach?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Wymagane parametry zapewniają ergonomię pracy, swobodę ustawienia aparatu oraz komfort obsługi przez użytkowników o różnym wzroście i w różnych warunkach badania. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

10/ Czy Zamawiający dopuści w punkcie 12 aparat echokardiograficzny klasy Premium bez takiej funkcjonalności? Zapis wskazuje na tylko jednego producenta.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z wymaganej funkcjonalności, ponieważ możliwość podglądu obrazu USG na ekranie dotykowym istotnie ułatwia wykonywanie procedur interwencyjnych, zwiększa precyzję działania oraz bezpieczeństwo pacjenta. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

11/ Czy Zamawiający dopuści w punkcie 14 aparat echokardiograficzny klasy Premium z zapisem pamięci dynamicznej dla dopplera spektralnego do 30 sekund?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie czasu zapisu dopplera spektralnego, ponieważ wymagany zapis minimum 60 sekund umożliwia pełniejszą analizę badania, ocenę zmienności parametrów oraz archiwizację istotnych danych diagnostycznych. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

12/ Czy Zamawiający dopuści w punkcie 16 aparat echokardiograficzny klasy Premium z zakresem częstotliwości pracy 1,0 – 22,0 MHz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie wymaganego zakresu częstotliwości pracy, ponieważ zakres do 26,0 MHz zapewnia szersze możliwości diagnostyczne oraz większą uniwersalność aparatu w badaniach różnych struktur i grup pacjentów. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

13/ Czy Zamawiający dopuści w punkcie 17 aparat echokardiograficzny klasy Premium, który współpracuje z głowicami typu: phased array, liniowymi, convex, przezprzełykowymi i sektorowymi wielopłaszczyznowymi 4D posiadającymi min. 2300 elementów i dopplerowskimi typu ołówkowego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

14/ Czy Zamawiający dopuści w punkcie 23 aparat echokardiograficzny klasy Premium z automatycznym wzmocnieniem poprzecznym LGC?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

15/ Czy Zamawiający dopuści w punkcie 26 aparat echokardiograficzny klasy Premium z częstotliwością odświeżania obrazu 2D wyrażoną w Hz, na poziomie 35714 Hz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu z częstotliwością odświeżania obrazu 2D wyrażoną w Hz na poziomie 35714 Hz, pod warunkiem zapewnienia parametrów użytkowych i jakości obrazowania nie gorszych niż wymagane. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

16/ Czy Zamawiający dopuści w punkcie 45 aparat echokardiograficzny klasy Premium z opisaną funkcjonalnością dostępną na 2 głowicach matrycowych współpracujących z aparatem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

17/ Czy Zamawiający dopuści w punkcie 55 aparat echokardiograficzny klasy Premium bez możliwości rozbudowy o opisaną funkcjonalność?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z możliwości rozbudowy o wskazaną funkcjonalność, ponieważ zapewnia ona rozszerzenie możliwości diagnostycznych aparatu oraz umożliwia dostosowanie systemu do przyszłych potrzeb użytkownika. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

18/ Czy Zamawiający dopuści w punkcie 56 aparat echokardiograficzny klasy Premium bez opisaną funkcjonalności?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z możliwości rozbudowy o wskazaną funkcjonalność, ponieważ zapewnia ona rozszerzenie możliwości diagnostycznych aparatu oraz umożliwia dostosowanie systemu do przyszłych potrzeb użytkownika. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

19/ Czy Zamawiający dopuści w punkcie 57 aparat echokardiograficzny klasy Premium bez opisaną funkcjonalności?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z możliwości rozbudowy o wskazaną funkcjonalność, ponieważ zapewnia ona rozszerzenie możliwości diagnostycznych aparatu oraz umożliwia dostosowanie systemu do przyszłych potrzeb użytkownika. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

20/ Czy Zamawiający dopuści w punkcie 58 aparat echokardiograficzny klasy Premium z głowicą sektorową 4D do badań przezklatkowych wykonaną w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów posiadającą 2304 elementy i pracującą w zakresie częstotliwości 0,9 – 3,8 MHz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie głowicy o zmniejszonej liczbie elementów oraz węższym zakresie częstotliwości pracy, ponieważ wymagane parametry (min. 3000 elementów oraz zakres 1–5 MHz) zapewniają wyższą rozdzielczość przestrzenną, lepszą jakość obrazowania 3D oraz pełniejszą funkcjonalność diagnostyczną w badaniach przezklatkowych. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

21/ Czy Zamawiający dopuści w punkcie 59 aparat echokardiograficzny klasy Premium z głowicą przezprzelykową 4D wykonaną w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów posiadającą 2304 elementy i pracującą w zakresie częstotliwości 2,3- 6,8 MHz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zaoferowanie głowicy o zmniejszonej liczbie elementów oraz węższym zakresie częstotliwości pracy, ponieważ wymagane parametry zapewniają wyższą rozdzielczość przestrzenną, lepszą jakość obrazowania oraz pełniejszą funkcjonalność diagnostyczną w badaniach. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

22/ Czy Zamawiający dopuści w punkcie 60 aparat echokardiograficzny klasy Premium z głowicą liniową szerokopasmową posiadającą 576 fizycznych elementów i pracującą w zakresie częstotliwości 2,9 – 9,9, MzHz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie głowicy o mniejszym zakresie częstotliwości pracy oraz odmiennej liczbie elementów, ponieważ wymagane parametry zapewniają wyższą rozdzielczość obrazowania, lepszą penetrację tkanek oraz pełną zgodność z zakresem diagnostycznym. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

23/ Czy Zamawiający dopuści w punkcie 61 aparat echokardiograficzny klasy Premium bez możliwości rozbudowy o głowicę przezprzelykową Mini TEE 4D?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

24/ Czy Zamawiający dopuści w punkcie 62 aparat echokardiograficzny klasy Premium z możliwością rozbudowy o głowicę liniową szerokopasmową wysokiej częstotliwości posiadającą 256 elementy i pracującą w zakresie częstotliwości 6-22 MHz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

25/ Czy Zamawiający dopuści w punkcie 63 aparat echokardiograficzny klasy Premium bez możliwości rozbudowy o głowicę liniową hokejową?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z możliwości rozbudowy o głowicę liniową wysokiej częstotliwości, ponieważ jej dostępność zapewnia rozszerzenie zakresu diagnostycznego oraz możliwość wykonania specjalistycznych badań wymagających wysokiej rozdzielczości obrazowania w trudno dostępnych obszarach anatomicznych. Kształt głowicy pozwala łatwiej manewrować między żebrami i w ciasnych przestrzeniach, gdzie standardowa głowica liniowa się nie mieści. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

26/ Czy Zamawiający dopuści w punkcie 64 aparat echokardiograficzny klasy Premium bez możliwości rozbudowy o głowicę liniową 4D?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

Pytania do pakietu nr 11

27/ Czy Zamawiający w punkcie 3 będzie wymagał dostarczenia razem z aparatem dedykowanej, zintegrowanej z aparatem stacji roboczej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem dedykowanej, w pełni zintegrowanej stacji roboczej, umożliwiającej obsługę, archiwizację oraz dokumentację badań bez konieczności stosowania zewnętrznych, niezależnych systemów. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

28/ Czy Zamawiający w punkcie 9 dopuści aparat echokardiograficzny klasy Premium z panelem sterowania w formie pływającego pulpitu z możliwością regulacji wysokości góra/dół oraz z możliwością obrotu lewo/prawo +/- 90 stopni z pozycji środkowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Wymagane parametry zapewniają ergonomię pracy, swobodę ustawienia aparatu oraz komfort obsługi przez użytkowników o różnym wzroście i w różnych warunkach badania. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

29/ Czy Zamawiający w punkcie 16 dopuści aparat echokardiograficzny klasy Premium z automatyczną regulacją wzmocnienia poprzecznego LGC?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

30/ Czy Zamawiający w punkcie 21 dopuści aparat echokardiograficzny klasy Premium z częstotliwością odświeżania obrazu 2D wyrażoną w Hz, na poziomie 35714 Hz?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu z częstotliwością odświeżania obrazu 2D wyrażoną w Hz na poziomie 35714 Hz. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

31/ Czy Zamawiający w punkcie 24 dopuści aparat echokardiograficzny klasy Premium z opisaną funkcjonalnością pozwalającą na wybudzenie aparatu ze stanu uśpienia w czasie do 30 sekund?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu wybudzenia aparatu ze stanu uśpienia, ponieważ wymagany czas do 20 sekund ma na celu zapewnienie szybkiej gotowości systemu do pracy, co jest istotne w warunkach szpitalnych. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

32/ Czy Zamawiający w punkcie 33 dopuści aparat echokardiograficzny klasy Premium z głowicą przezprzełykową matrycową 4D wykonaną w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów posiadającą 2304 elementy i pracującą w zakresie częstotliwości 2,3-6,8 MHz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie głowicy przezprzełykowej o mniejszej liczbie elementów oraz zawężonym zakresie częstotliwości pracy, ponieważ wymagane parametry (min. 2500 elementów oraz zakres 2–8 MHz) zapewniają wyższą rozdzielczość obrazowania, pełną funkcjonalność diagnostyczną 3D w czasie rzeczywistym, w tym z Dopplerem kolorowym. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

33/ Czy Zamawiający w punkcie 34 dopuści aparata echokardiograficzny klasy Premium z głowicą liniową posiadającą 576 elementów i pracującą w zakresie częstotliwości 2,9 – 9,9 MHz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie głowicy o zmienionym zakresie częstotliwości pracy oraz innej liczbie elementów, ponieważ wymagane parametry zapewniają odpowiednią rozdzielczość, penetrację oraz zgodność funkcjonalną z zakresem badań naczyniowych i echokardiograficznych. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

34/ Czy Zamawiający w punkcie 35 dopuści aparat echokardiograficzny klasy Premium z możliwością rozbudowy o głowicę sektorową matrycową 4D wykonaną w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów posiadającą min. 2300 elementów i pracującą w zakresie częstotliwości 0,9 – 3,8 MHz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

35/ Czy Zamawiający dopuści w punkcie 37 aparat echokardiograficzny klasy Premium ze wszystkimi opisami możliwościami od podpunktu a do e oraz w punkcie f z możliwością analizy obrazów 3D m.in. z wizualizacją objętościową zastawki mitralnej 3D?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ wymagana elektroniczna rotacja płaszczyzny obrazowania w zakresie 360° dotyczy funkcjonalności akwizycji obrazu w czasie rzeczywistym i nie jest równoważna z analizą lub wizualizacją danych 3D. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

Pytania nr 6

36/ Pytanie 1: Pakiet 8 Aparat do badania hemostazy – 1 kpl. Opis przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę aparatu fabrycznie nowego, rok produkcji 2025?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w pakiecie 8 urządzenia wyprodukowanego w 2025 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

37/ Pytanie 2: Pakiet 8 Aparat do badania hemostazy – 1 kpl.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI. Pkt 2 oraz Załącznik nr 4 do SWZ, projekt umowy § 7 pkt 3

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w przypadku, jeśli oferowany analizator decyzją producenta nie podlega przeglądowi serwisowemu, Zamawiający odstąpi od wymogu ich przeprowadzania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy Wykonawca przedłoży zaświadczenie lub oświadczenie producenta potwierdzające, iż oferowane urządzenie nie wymaga wykonywania przeglądów serwisowych w okresie eksploatacji, Zamawiający odstąpi od obowiązku ich wykonywania. Warunkiem zastosowania powyższego jest zapewnienie utrzymania pełnej gwarancji oraz odpowiedzialności za prawidłowe działanie urządzenia przez cały wymagany okres. Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

38/ Pytanie 3: Pakiet 8 Aparat do badania hemostazy – 1 kpl. Załącznik nr 4 do SWZ, projekt umowy § 13 pkt 1

Uprzejmie informujemy, że aparaty do badania hemostazy podlegają regulacjom określonym w rozporządzenia UE nr 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, a nie rozporządzeniu UE nr 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych („MDR”).

W związku z powyższym prosimy o dodanie do umowy w § 13 pkt 1, Rozporządzenia UE nr 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu w Załącznik nr 4 do SWZ i § 13 ust. 1 umowy poprzez dodanie, jako aktu właściwego dla aparatów do badania hemostazy, przy jednoczesnym pozostawieniu pozostałych postanowień umowy bez zmian.

Pytania nr 7

Dotyczy: Pakiet nr 1 – Wózek transportowy – 4 kpl.

39/ Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji wózka wykonanej ze stali lakierowanej proszkowo, opartej na 2 kolumnach cylindrycznych z gumowymi osłonami o gładkich powierzchniach, łatwych do dezynfekcji (jak na zdjęciu poniżej)?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

40/ Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie platformy leża 2-segmentowej wykonanej z płyt HPL - zaokrąglonych (bez ostrych krawędzi i rogów), przystosowanych do dezynfekcji, odpornych na działanie środków chemicznych i uszkodzeń?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

41/ Prosimy (w pkt. 6) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego pokrywę z udźwigniem 25 kg.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

42/ Prosimy (w pkt. 9) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego długość całkowitą 2143 mm (+/- 10 mm).

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

43/ Prosimy (w pkt. 10 i 11) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego szerokość całkowitą zarówno z opuszczonymi jak i podniesionymi barierkami 778 mm (+/- 10 mm). W oferowanym wózku szerokość całkowita jest stała – nie ma znaczenia czy barierki będą opuszczone czy podniesione.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

44/ Prosimy (w pkt. 12) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego leże o wymiarach (przestrzeń dla pacjenta) o długości 188 cm (+/- 1 cm) i szerokości 61 cm (+/- 1 cm).

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

45/ Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w piąte koło kierunkowe tylko z funkcją jazdy kierunkowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie funkcjonalności piątego koła wyłącznie do jazdy kierunkowej, ponieważ wymagane rozwiązanie z możliwością jazdy swobodnej lub kierunkowej zapewnia większą elastyczność manewrowania, lepszą kontrolę nad transportem urządzenia oraz dostosowanie sposobu przemieszczania do warunków pracy klinicznej. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian

46/ Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym piąte koło będzie antystatyczne?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka, w którym piąte koło kierunkowe będzie antystatyczne, pod warunkiem spełnienia wymogu zapewnienia właściwości antystatycznych w zakresie minimum jednego koła oraz zachowania funkcjonalności i stabilności wózka. Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

47/ Prosimy (w pkt. 16) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego hydrauliczną regulację wysokości leża dostępną z obu stron wózka za pomocą dźwigni nożnej w zakresie od 60 cm (\pm 1 cm) do 92 cm (\pm 1 cm), mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

48/ Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół co do obrotu wokół osi i toczenia z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców (kolor czerwony) i braku blokady (kolor czarny); w celu szybkiego dostępu oferowane łóżko posiada osobny system / dźwignię do sterowania kierunkiem jazdy (5-te koło)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

49/ Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka dźwignią nożną dostępną przy każdym kole, dźwignia dwupozycyjna - jazda swobodna, hamulec; osobna dźwignia od strony nóg pacjenta do uruchomienia jazdy kierunkowej w celu szybkiego dostępu do funkcji podczas przemieszczania się z pacjentem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, ponieważ wymaga centralnego, jednouchwyтового systemu blokowania kół z jedną dźwignią nożną obsługującą trzy funkcje (jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec) z obu stron wózka, co zapewnia jednolitą, intuicyjną i bezpieczną obsługę urządzenia w warunkach szpitalnych. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

50/ Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w barierki boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo oraz stali nierdzewnej, składane, bez wyprofilowanej powierzchni tworzywowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, ponieważ wymagane barierki boczne z wyprofilowaną, tworzywową powierzchnią stanowią element poprawiający ergonomię prowadzenia wózka oraz zabezpieczający ściany i wyposażenie pomieszczeń przed uszkodzeniami, co jest istotne w warunkach pracy klinicznej. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

51/ Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w barierki boczne składane wzdłuż ramy leża w celu zminimalizowania przerwy transferowej; na końcu wózka od strony głowy i nóg zewnętrzne elementy konstrukcyjne ramy leża osłonięte estetycznym tworzywem, które mogą służyć jako dodatkowe uchwyty do pchania/ciągnięcia wózka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, ponieważ wymagane barierki boczne chowane pod ramę leża zapewniają brak przerw transferowych, co jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta podczas przenoszenia. Dodatkowo wyprofilowane barierki z dedykowanymi uchwytami stanowią element zapewniający właściwą ergonomię i bezpieczeństwo prowadzenia wózka. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

52/ Prosimy (w pkt. 21) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego regulację segmentu pleców manualną ze wspomaganie sprężyn gazowych w zakresie 90° (+/- 5°).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

53/ Prosimy (w pkt. 22) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego pozycję Trendelenburga / anty-Trendelenburga regulowaną hydraulicznie w zakresie +/- 20° (+/- 2°) przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka. Nadmieniamy, że Zamawiającego nie przyjął żadnego zakresu tolerancji dla tego parametru.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie co najmniej $\pm 16^{\circ}$ przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka.

54/ Prosimy (w pkt. 25) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego haczyki na worki urologiczne.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

55/ Prosimy (w pkt. 27) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka wyposażonego w materac piankowy, w pokrowcu nie zawierającym lateksu, wykonany z poliestru i poliuretanu, bez powierzchni antypoślizgowej, nieprzemakalny, o grubości 10 cm, mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, ponieważ wymagana powierzchnia antypoślizgowa stanowi istotny element bezpieczeństwa pacjenta, ograniczający ryzyko przemieszczania się materaca oraz pacjenta podczas transportu i zmiany pozycji. Dodatkowo zaoferowane rozwiązanie nie spełnia w pełni określonej specyfikacji materiałowej pokrowca, co ma znaczenie dla trwałości, higieny i właściwości użytkowych materaca. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

56/ Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca w pokrowcu spełniającym normy EN597-1 i EN597-2, ale bez certyfikatu ognioodporności wydanej przez jednostkę niezależną?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z wymogu potwierdzenia ognioodporności materaca. Oferowany materac musi spełniać normy EN 597-1 i EN 597-2 lub równoważne oraz posiadać dokument potwierdzający spełnienie tych norm, wystawiony przez niezależny lub uprawniony podmiot. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował zapis i plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

57/ Czy (w pkt. 29) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w teleskopowy, wykonany ze stali nierdzewnej wieszak infuzyjny, z regulacją wysokości, (montaż stały), 2 haki, obsługiwany oburącz, max. obciążenie do 4 kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

Pakiet nr 9 – Wózek anestezjologiczny – 3 kpl.

58/ Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów wózka bez wyposażenia dodatkowego:

- szerokość 720 mm
- głębokość 620 mm
- wysokość od podłoża do blatu 985 mm
- wysokość z nadstawką ok. 1650 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

59/ Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki o wymiarach:

- szerokość 650 mm
- głębokość 550 mm
- wysokość (z kołami do blatu) 985 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

60/ Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 4 szuflady:

- 3 szuflady o wysokości frontu 150 mm
- 1 szuflada o wysokości frontu 225 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

61/ Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wymiary powierzchni użytkowej szuflad:

- przy wysokości frontów 3 x 150 mm: 390 x 450 x 130 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
- przy wysokości frontu 1 x 225 mm: 390 x 450 x 200 mm (szerokość x głębokość x wysokość)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

62/ Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania rozwiązania opisanego w pkt. 7.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

63/ Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego szafkę i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na szaro; fronty szuflad wykonane z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa w kolorze szarym z możliwością wyboru koloru uchwytów szuflad – do wyboru 6 kolorów uchwytów szuflad jak na poglądowym wzorniku poniżej – możliwość wyboru uchwytów szuflad każdy w innym kolorze?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

64/ Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego blat wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze szarym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron z bandami o wysokości ok. 45 mm po bokach i ok. 75 mm z tyłu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

65/ Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, zamocowane na całej szerokości szuflady, wykonane z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego – kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego – do wyboru 6 kolorów uchwytów szuflad jak na poglądowym wzorniku poniżej?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

66/ Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego podstawę stalową z osłoną z tworzywa sztucznego ABS w kolorze szarym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (szare), w tym dwa z blokadą?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

67/ Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania rozwiązania opisanego w pkt. 13.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

68/ Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w blat roboczy, wysuwany, wykonany z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego w kolorze szarym, o wym. 360 x 360 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

69/ Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w półkę nadblatową, wykonaną ze stali nierdzewnej o wym. ok. 520 x 115 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

70/ Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w nadstawkę dwurzędową na 10 uchylnych, transparentnych pojemników (5+5), stelaż nadstawki chromowany, bez kanałów montażowych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

71/ Czy (w pkt. 17 i 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania „odcinków szyn instrumentalnych”? W oferowanym wózku wyposażenie dodatkowe będzie zamocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do specjalnego stelaża zamocowanego nad blatem wózka.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

72/ Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, mocowany do stelaża nadstawki, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

73/ Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego z boku w trzy uchylne, tworzywowe pojemniki przeznaczone na akcesoria (zamiast koszyka)?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

74/ Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik na cewniki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, o wym. ok. 150 x 80 x 615 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

75/ Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą otwieraną kolaniem, bez konieczności stosowania drucianej obudowy (w oferowanym wózku kosz na odpady będzie zamocowany do boku korpusu wózka)?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

76/ Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt do przetaczania umiejscowiony z boku wózka, chromowany?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytania nr 8

77 /Dotyczy Pkt 7: Pompa tłokowa niskoobrotowa (Pakiet nr 6)

Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ssaka wyposażonego w bezobsługową, bezolejową pompę tłokową o prędkości obrotowej 150 obr./min, uznając ją za niskoobrotową?

- Argumentacja: Aktualny wymóg „poniżej 105 obrotów/min” jest parametrem niezwykle rzadkim i wskazuje na konkretne rozwiązanie konstrukcyjne tylko jednego producenta. Prędkość 150 obr./min nadal gwarantuje cichą pracę, wysoką wydajność oraz długą żywotność pompy, nie pogarszając parametrów użytkowych urządzenia. Dopuszczenie tego parametru zapewni zachowanie zasady uczciwej konkurencji i umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców, co jest zgodne z art. 99 ust. 4 ustawy PZP.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

78/ Dotyczy Pkt 15: Poziom wytwarzanego hałasu

- Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego poziom wytwarzanego hałasu przy minimalnej wydajności wynosi poniżej 40 dB (zamiast wymaganych poniżej 39 dB)?

• Argumentacja: Różnica 1 dB jest praktycznie niezauważalna dla ludzkiego ucha w warunkach szpitalnych i nie wpływa na komfort pacjenta ani personelu. Sztywne ograniczenie do 39 dB może wykluczyć nowoczesne i wydajne urządzenia spełniające wszystkie pozostałe wymogi funkcjonalne.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

79/ Dotyczy Pkt 11: Włącznik / wyłącznik nożny

• Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony we włącznik/wyłącznik nożny na kablu, zamiast wymogu włącznika zintegrowanego z wózkiem?

• Argumentacja: Włącznik nożny na przewodzie pozwala na większą swobodę operatora i ergonomię pracy, umożliwiając umieszczenie sterownika w dogodnym miejscu obok wózka. Jest to rozwiązanie równoważne, które w pełni realizuje funkcję sterowania bez użycia rąk, a jednocześnie nie pogarsza właściwości higienicznych ani mobilności zestawu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie włącznika nożnego na kablu, ponieważ wymaga rozwiązania zintegrowanego z wózkiem w celu zapewnienia maksymalnej ergonomii pracy, bezpieczeństwa użytkownika oraz ograniczenia ryzyka uszkodzeń i przypadkowego przemieszczenia elementów sterujących. Zastosowanie włącznika zintegrowanego gwarantuje także lepszą organizację stanowiska pracy i stabilność systemu w warunkach klinicznych. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

80/ Dotyczy Pkt 19: Pobór mocy

• Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnym poborze mocy wynoszącym 150W?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ssaka medycznego o maksymalnym poborze mocy wynoszącym 150W, uznając go za rozwiązanie równoważne i spełniające wymogi funkcjonalne przedmiotu zamówienia?

Zgodnie z zapisami SWZ (Rozdział 4, pkt 2), Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, które zapewniają parametry techniczne nie gorsze niż wymagane i nie powodują obniżenia wartości funkcjonalnych sprzętu. Zaoferowanie urządzenia o poborze mocy 150W przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich wymaganych wydajności przepływu świadczy o wysokiej sprawności energetycznej silnika i pompy tłokowej. Pobór mocy na tym poziomie gwarantuje:

1. Stabilność pracy: Zapewnia odpowiedni zapas mocy dla bezproblemowej pracy pompy przy maksymalnym obciążeniu i wysokim podciśnieniu, co jest kluczowe w warunkach klinicznych.
2. Żywotność: Urządzenia o optymalnie dobranej mocy silnika charakteryzują się mniejszą awaryjnością i dłuższą trwałością eksploatacyjną, co wpisuje się w wymóg Zamawiającego dotyczący braku obniżenia trwałości sprzętu.
3. Efektywność: Moc 150W pozwala na osiągnięcie wymaganych parametrów ssania bez nadmiernego przegrzewania się komponentów, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i personelu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie maksymalnego poboru mocy do 150 W, ponieważ określony limit stanowi istotne wymaganie związane z efektywnością energetyczną, bezpieczeństwem użytkowania oraz kompatybilnością urządzenia z infrastrukturą zasilającą. Wyższy pobór mocy może wiązać się ze zwiększonym zużyciem energii oraz większym wydzielaniem ciepła, co jest niepożądane w warunkach pracy szpitalnej. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

81/ Czy Zamawiający dopuści ssak, którego masa wraz z wózkiem jest nie większa niż 20 kg?

- Argumentacja: Niższa masa urządzenia jeźdźnego przy zachowaniu wymaganej stabilności wózka (wykonanego ze stopów niekorodujących) znacząco poprawia mobilność sprzętu i ułatwia transport ssaka między salami chorych przez personel medyczny. Jest to parametr korzystny z punktu widzenia ergonomii pracy

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie dopuszczalnej masy ssaka z wózkiem do 20 kg, ponieważ wymagany limit masy stanowi istotny parametr zapewniający wysoką mobilność urządzenia, łatwość jego przemieszczania w warunkach oddziału oraz ergonomię pracy personelu medycznego. Zwiększenie masy mogłoby negatywnie wpływać na komfort transportu oraz bezpieczeństwo użytkowania sprzętu w codziennej praktyce klinicznej. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

Pytania nr 9

dot. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET NR 9

82/ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu montażu instalacji, uruchomienia (rozruchu) i przeszkolenia personelu ze względu na fakt, iż produkty będące przedmiotem zamówienia w tym pakiecie dostarczane są złożone, gotowe do użytku, a ich obsługa ma charakter typowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Wskazane czynności stanowią element przedmiotu zamówienia i mają na celu zapewnienie prawidłowego przygotowania sprzętu do użytkowania, potwierdzenie jego pełnej sprawności oraz właściwe przekazanie zasad obsługi personelowi. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

83/ W związku z faktem iż producent nie przewidział konieczności wykonywania przeglądów dla wózków anestezyjologicznych, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu załączenia paszportu technicznego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje wymóg załączenia paszportu technicznego dla oferowanych wózków anestezyjologicznych. Wymagany dokument stanowi istotny element ewidencji wyposażenia oraz umożliwia prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z użytkowaniem sprzętu, niezależnie od tego, czy producent przewidział obowiązek wykonywania okresowych przeglądów. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

84/Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie że w przypadku sprzętów, dla których producent nie przewidział konieczności wykonywania przeglądów, (pakiet nr 9) niniejsze nie będą wymagane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy Wykonawca przedłoży zaświadczenie lub oświadczenie producenta potwierdzające, iż oferowane urządzenie nie wymaga wykonywania przeglądów serwisowych w okresie eksploatacji, Zamawiający odstąpi od obowiązku ich wykonywania. Warunkiem zastosowania powyższego jest zapewnienie utrzymania pełnej gwarancji oraz odpowiedzialności za prawidłowe działanie urządzenia przez cały wymagany okres. Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

85/ Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia usterek/awarii na oferowanym urządzeniu do 72 godzin.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

86/ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego. Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytania nr 10

87/ Dot. Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy Wykonawca może usunąć z formularza oferty pozycje, na które nie składa oferty.

Odpowiedź: tak

88/ Dot. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 10, Punkt 17, h):

Zamawiający wymaga: Współpracy aparatu z głowicami typu min.:

h) matrycowe w pełni elektroniczne min. 8000 elementów do obrazowania 2D i 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do badań jamy brzusznej, Czy zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z tego wymagania?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania

89/ Dot. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 10, Punkt 44:

Zamawiający wymaga: Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą na głowicy przezklatkowej 2D i 3D w zakresie 360 stopni.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymóg funkcji elektronicznej rotacji skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 360 stopni **dotyczył wyłącznie** głowicy przezklatkowej 3D?

Omawiana funkcja technicznie nie jest możliwa na głowicach 2D, ponieważ głowice 2D nie mogą pokazać obrazu bez rotacji sondy.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

90/ Dot. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 10, Punkt 61, g):

Zamawiający wymaga: Możliwość rozbudowy o min.:

g) możliwość regulacji ruchu końcówki endoskopu w min. 4 płaszczyznach,

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli ruch endoskopu w min. 2 płaszczyznach ale 4 kierunkach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że wymaga możliwości regulacji ruchu końcówki endoskopu w min. 2 płaszczyznach. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

91/ Dot. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 10, Punkt 63:

Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy o głowicę liniową wysokiej częstotliwości w kształcie litery „L”:

a) szerokopasmową o zakresie częstotliwość pracy min. od 6 do 26 MHz (± 1 MHz),

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, umożliwiające rozbudowę systemu o głowicę liniową wysokiej częstotliwości w kształcie litery „L”:

a) szerokopasmową o zakresie częstotliwość pracy min. od 8 do 26 MHz?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

92/ Dot. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Pakiet nr 11, Punkt 37, f)

Zamawiający wymaga: Oprogramowanie aparatu min.: f) oprogramowanie do analizy obrazów 3D z dysku twardego aparatu np. wizualizacja parametryczna zastawki mitralnej 3D.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymogu, ponieważ powyższe rozwiązanie jest dostępne wyłącznie na najbardziej zaawansowanych modelach aparatów.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

93/ Dot. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Pakiet nr 12

Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach Pakietu nr 12 wymagane jest, aby oferowane urządzenia umożliwiały współpracę z głowicami przezprzełykowymi o następujących parametrach:

- a) zakres częstotliwości pracy min od 2 do 8 MHz,
- b) liczba elementów min. 2500,
- c) tryby obrazowania min.: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym),
- d) obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie min. B-mode i CD,
- e) min. jeden przycisk z możliwością przypisania funkcji,
- f) szerokość końcówki endoskopu max. 17mm. Waga pacjenta powyżej 30kg.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający informuje, że w ramach Pakietu nr 12 wymagane jest, aby oferowane urządzenia umożliwiały współpracę z głowicami przezprzełykowymi o następujących parametrach: zakres częstotliwości pracy min od 2 do 8 MHz; liczba elementów min. 2500; tryby obrazowania min.: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym); obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie min. B-mode i CD, min. jeden przycisk z możliwością przypisania funkcji; szerokość końcówki endoskopu max. 17mm. Waga pacjenta powyżej 30kg. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

94/ Dot. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Pakiet nr 12, Punkt 49.

Zamawiający wymaga: Możliwość rozbudowy o głowicę liniową w kształcie litery „L” o częstotliwości pracy od 7 do 13 MHz i szerokości pola widzenia max. 24 mm.

Czy Zamawiający dopuści możliwości rozbudowy o głowicę liniową w kształcie litery „L” o częstotliwości pracy od 7 do 15 MHz i szerokości pola widzenia max. 24 mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie zaoferowane przez Wykonawcę. Proponowany zakres częstotliwości mieści się w zakresie wymaganym przez Zamawiającego i spełnia jego wymagania funkcjonalne. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

95/ Dot § 7 ust. 6 projektowanych postanowień umowy

Jeżeli Sprzedający nie usunie wady, braku albo niezgodności towaru z umową w terminie, o którym mowa w ust. 2 i nie dostarczy Kupującemu sprzętu zastępczego, Kupujący ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) posiadających autoryzacje producenta w celu usunięcia wady, braku, niezgodności towaru z umową lub dostarczenia sprzętu zastępczego, a kosztami z tego tytułu obciąża Sprzedającego.

Przedmiotowe postanowienie przewiduje dodatkową, nieograniczoną odpowiedzialność Wykonawcy, niezależną od naliczanych kar umownych, co prowadzi do podwójnego sankcjonowania tego samego zdarzenia. Ponadto brak jest mechanizmu weryfikacji zasadności oraz wysokości kosztów poniesionych przez Zamawiającego. Postanowienie to w obecnym brzmieniu w sposób istotny narusza zasadę równowagi stron umowy. Jednocześnie tak sformułowane postanowienie uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe skalkulowanie ryzyka kontraktowego, a tym samym rzetelne i adekwatne przygotowanie oferty cenowej, z uwagi na brak określenia górnej granicy potencjalnych kosztów. Wnosimy o usunięcie postanowienia.

Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ

96/ Dot § 11 ust. 1 pkt 1 projektowanych postanowień umowy

1. *Poza przypadkami wynikającymi z zapisów Kc i Pzp Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku:*

1) *opóźnienia w realizacji zamówienia ponad termin określony w § 4 ust. 1,*

Wnosimy o modyfikację postanowienia przez wprowadzenie minimalnego okresu zwłoki, który uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy. Propozycja zmiany:

1. *Poza przypadkami wynikającymi z zapisów Kc i Pzp Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku:*

1) *zwłoki w realizacji zamówienia ponad termin określony w § 4 ust. 1, przekraczającej 10 dni kalendarzowych od upływu tego terminu.*

Wprowadzenie minimalnego okresu zwłoki stanowiącego podstawę do odstąpienia od umowy pozwoli na zachowanie zasady proporcjonalności oraz równowagi kontraktowej stron. Proponowana zmiana będzie także spójna z pozostałymi postanowieniami dotyczącymi odstąpienia od umowy.

Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ

Pytania nr 11

97/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach zewnętrznych: szerokość 650 mm, głębokość 475 mm, wysokość do blatu 960 mm oraz wysokość z nadstawką regulowaną w zakresie do 1670 mm? (Pakiet 9, pkt 2)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Oferowane wymiary wózka, w szczególności istotnie mniejsza głębokość, ograniczają jego powierzchnię użytkową, co negatywnie wpływa na funkcjonalność. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

98/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestetyczny o wymiarach korpusu szafki bez kół: szerokość 650 mm, głębokość 475 mm, wysokość 835 mm? (Pakiet 9, pkt 3)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Oferowane wymiary wózka, w szczególności istotnie mniejsza głębokość, ograniczają jego powierzchnię użytkową, co negatywnie wpływa na funkcjonalność. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

99/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek szpitalny o układzie 5 szuflad: 1 szuflada o wysokości 23 cm oraz 4 szuflady o wysokości 11 cm? (Pakiet 9, pkt 4)

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

100/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach powierzchni użytkowej szuflad: 480x360x230 mm (dla szuflady wysokiej) oraz 480x360x110 mm (dla szuflad niskich)? (Pakiet 9, pkt 5)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Oferowane wymiary szuflad, w szczególności istotnie mniejsza głębokość, ograniczają powierzchnię użytkową, co negatywnie wpływa na funkcjonalność. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

101/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestetyczny, którego szafka: ścianki boczne i tylna wykonane są z lekkiego kompozytu aluminiowego w kolorze szarym, a fronty szuflad są aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze czerwonym lub niebieskim? (Pakiet 9, pkt 8)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Oferowane rozwiązanie nie spełnia wymagań w zakresie materiału i kolorystyki, co ogranicza dostosowanie wózka do wymagań Zamawiającego. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

102/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego blat wykonany jest ze stali nierdzewnej z pogłębieniem, otoczony z 3 stron relingami o wysokości 8 cm zapobiegającymi zsuwaniu się przedmiotów? (Pakiet 9, pkt 9)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Oferowane rozwiązanie nie spełnia wymagań w zakresie materiału oraz wysokości band, co może utrudniać użytkowanie i dostęp do powierzchni roboczej. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

103/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestetyczny, którego uchwyty szuflad wykonane są z szarego plastiku o ergonomicznym kształcie? (Pakiet 9, pkt 10)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

104/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózka anestezjologicznego, którego konstrukcja podstawy jest wykonana z tworzywa ABS, zaokrąglona w narożnikach pełniąc funkcję odbojów, wyposażona w koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą? (Pakiet 9, pkt 11)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Oferowane rozwiązanie nie spełnia minimalnej średnicy kół, co może negatywnie wpływać na stabilność i właściwości jezdne wózka. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

105/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny, którego wszystkie dodatkowe akcesoria mocowane są na specjalnych szynach aluminiowych za pomocą metalowo/plastikowych kostek o wymiarach około 8x10 mm, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy? (Pakiet 9, pkt 13)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Oferowane rozwiązanie nie spełnia wymagań w zakresie wymiarów kostek, co może wpływać na stabilność montażu osprzętu podczas użytkowania. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

106/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny z blatem bocznym wysuwającym z lewej strony wózka, wykonanym z plastiku o wymiarach 380x350 mm? (Pakiet 9, pkt 14)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Oferowane rozwiązanie nie spełnia wymagań dotyczących materiału oraz wymiarów blatu bocznego, co może ograniczać jego funkcjonalność i powierzchnię roboczą. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

107/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z nadstawką dwurzędową posiadającą 10 uchylnych, transparentnych pojemników (układ 5+5). stelaż nadstawki lakierowany proszkowo na kolor jasno szary, bez kanałów montażowych. Regulacja wysokości nadstawki możliwa za pomocą specjalnych zacisków bez konieczności użycia narzędzi.? (Pakiet 9, pkt 16)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zaproponowane rozwiązanie nie spełnia wymagań dotyczących rozbudowy wózka, co może ograniczać jego funkcjonalność. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

108/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny, w którym nadstawka na leki ma metalową konstrukcję lakierowaną proszkowo, bez szyn instrumentalnych ze stali kwasoodpornej, a dodatkowe konstrukcyjnych, a dodatkowe akcesoria montowane są na aluminiowych kolumnach konstrukcyjnych? (Pakiet 9, pkt 17 i 18)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Oferowane rozwiązanie nie spełnia wymagań dotyczących materiału wykonania, co ma istotne znaczenie dla trwałości urządzenia. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

109/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny wyposażony w druciany kosz na akcesoria medyczne o wymiarach: długość 23 cm, głębokość 10 cm, wysokość 11 cm, wewnątrz którego znajduje się pojemnik na zużyte igły (zamiast osobnego uchwyty na szynę)? (Pakiet 9, pkt 19 i 20)

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody. Zaproponowane rozwiązanie zmniejsza pojemność kosza, co może wpływać na funkcjonalność wózka. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

110/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, który wyposażony jest w aluminiowy uchwyt oraz plastikową tubą na cewniki? (Pakiet 9, pkt 22)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

111/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym zamiast jednego 9-litrowego kosza na odpady w obudowie drucianej, znajdują się dwa kosze plastikowe o pojemności 6 litrów każdy? (Pakiet 9, pkt 22)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

112/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z ruchomym, plastikowym uchwytem do przetaczania montowanym z boku wózka, z możliwością zmiany jego wysokości? (Pakiet 9, pkt 23)

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

113/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez półki nadblatowej. W naszym wózku nad blatem znajduje się nadstawka anestetyczna z 10 uchylnymi pojemnikami.? (Pakiet 9, pkt 15)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zaproponowane rozwiązanie może ograniczać funkcjonalność wózka. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

114/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, w którym miejsce na butlę znajduje się w podwoziu zamiast pionowego uchwytu na butlę z tlenem w narożnikach? (Pakiet 1, pkt 7)

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

115/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych o całkowitej szerokości z opuszczonymi barierkami 84 cm? (Pakiet 1, pkt 10)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zaproponowana szerokość może negatywnie wpływać na manewrowość oraz możliwość użytkowania wózka w warunkach szpitalnych. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

116/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózka o całkowitej szerokości z podniesionymi barierkami 84 cm? (Pakiet 1, pkt 11)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zaproponowana szerokość może negatywnie wpływać na manewrowość oraz możliwość użytkowania wózka w warunkach szpitalnych. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

117/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózka o szerokości leża wynoszącej 59,5 cm? (Pakiet 1, pkt 12 b)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

118/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w ergonomiczne składane ręczki zlokalizowane od strony głowy pacjenta – ręczki składane poniżej poziomu materaca, z możliwością złożenia jedną ręką oraz demontowany metalowy pałak od strony nóg pacjenta służący do pchania wózka? (Pakiet 1, pkt 13)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

119/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, obsługiwany dźwigniami usytuowanymi w każdym narożniku wózka? (Pakiet 1, pkt 18)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, ponieważ wymaga centralnego, jednouchwyтового systemu blokowania kół z jedną dźwignią nożną obsługującą trzy funkcje (jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec) z obu stron wózka, co zapewnia jednolitą, intuicyjną i bezpieczną obsługę urządzenia w warunkach szpitalnych. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

120/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych wyposażony w barierki boczne wykonane z lekkiej listwy aluminiowej z gładką szczytową powierzchnią, barierki składane nie rysujące ścian. (Pakiet 1, pkt 19)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań. Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

121/ Czy Zamawiający uzna parametr za spełniony, jeśli wykonawca zaoferuje barierkę boczną aluminiową, składaną wzdłuż ramy leża poniżej poziomu materaca. Barierki bez specjalnych uchwytów do prowadzenia wózka ale wyposażone w gładką szczytową powierzchnia umożliwiającą pochwycenie i prowadzenie wózka z pacjentem.? (Pakiet 1, pkt 20)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Oferowanie rozwiązanie nie spełnia wymagań dotyczących uchwytów do pchania lub ciągnięcia, co może wpływać na ergonomię oraz bezpieczeństwo prowadzenia wózka. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

122/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózka do przewożenia chorych, którego regulacja kąta segmentu oparcia pleców (wspomaganego sprężyną gazową) jest w zakresie 0° - 62°? (Pakiet 1, pkt 21)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zaproponowany zakres regulacji kąta segmentu oparcia pleców jest znacząco mniejszy, co może wpływać na funkcjonalność wózka. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

123/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózka, w którym regulacja pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga realizowana jest hydraulicznie w zakresie 14 stopni? (Pakiet 1, pkt 22)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

124/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych wyposażony w materac pianowy w pokrowcu typu skaj o grubości 10 cm, mocowany pasami, aby uniemożliwić samoczynne przesuwanie na leżu? (Pakiet 1, pkt 27)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych opisanych wymagań. Zamawiający informuje, że zmodyfikowany plik SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

125/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w materac, którego obszycie nie jest potwierdzone certyfikatem ognioodporności, ale oferowany wózek spełnia wymogi Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych? (Pakiet 1, pkt 28)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowany materac posiadał certyfikat ognioodporności wydany przez jednostkę niezależną spełniający min. normy EN597-1 i EN597-2 lub raport z badań, lub innym równoważnym dokumentem wystawionym przez niezależną lub uprawnioną jednostkę, potwierdzającym spełnienie co najmniej norm EN 597-1 i EN 597-2 lub równoważnych. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

126/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózka wyposażonego w teleskopowy, dwuczściowy, chromowany wieszak infuzyjny z regulacją wysokości i min. 2 hakami, jeżeli maksymalne obciążenie stojąca kroplówki wynosi 15 kg, a wieszak ten jest montowany w narożnikach wózka z możliwością przechowywania pod leżem? (Pakiet 1, pkt 29)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Oferowane rozwiązanie nie spełnia wymagań w zakresie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia wieszaka infuzyjnego, co może wpływać na jego funkcjonalność. Zamawiający informuje, że treści SWZ pozostają bez zmian.

127/ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych o platformie dwusegmentowej w formie dwóch segmentów bez ostrych krawędzi, łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa HPL odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń. (Pakiet 1, pkt 5)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanej modyfikacji. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest zmodyfikowany SWZ. Wszelkie zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym.

Zamawiający informuje również, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.04.2026 roku.

Nowy termin składania ofert: 30.04.2026 roku godz. 08:00.

Nowy termin otwarcia ofert: 30.04.2026 roku godz. 09:00.