

Kraków, 30.04.2026 roku

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WRAZ Z INFORMACJĄ O ZMIANIE TERMINU OTWARCIA I
SKŁADANIA OFERT

dot. sprawy: 44 /ZP/2026

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na Dostawy materiałów do gastroenterologii wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie nr 1

Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie pozycji nr 2 z pakietu 2? Opisany przez Zamawiającego produkt został wycofany z produkcji.

Odpowiedź: Tak, patrz zmodyfikowany załącznik nr 1 w tym zakresie (zmiany zaznaczone kolorem czerwonym).

Pytanie nr 2

Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści: połączenie pozycji 1 i 2 oraz zaoferowanie dwóch opakowań zbiorczych zestawów jednorazowych zaworów do aparatów Olympus. Zawór ssący + zawór powietrze-woda + korek biopsyjny, zawory zapakowane razem, sterylne? Opakowanie zbiorcze= 100 zestawów

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści: Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm? Pozostałe parametry zgodne SWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści: Pętlę monofilamentną do polipektomii, średnica pętli 10mm, 15mm, 30mm, średnica części wprowadzane do endoskopu 2,4mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pakiet 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści: Pętlę do polipektomii na zimno, drut o średnicy 0,24mm, bez użycia generatora elektrochirurgicznego? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Pakiet 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści: Pętla do polipektomii, drut o średnicy 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm, średnica osłonki 2,4mm do kanału roboczego min. 2,8mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ **Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 7

Pakiet 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści: Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, opakowanie handlowe= 10 szt? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8

Pakiet 22 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści: Jednorazową igłę iniekcyjną, długość igły wyłącznie 4 mm i 6 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 18, w miejsce pierwotnych parametrów, cystostomów z pierścieniem diatermicznym tylko w rozmiarze 10Fr. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 24 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów żółciowych o średnicy 7.0Fr i dl.3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15cm; o średnicy 8.0Fr i dl.4, 5, 7, 9, 10, 12, 15cm; o średnicy 10Fr i dl.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 24 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, popychaczy jednorazowego użytku o średnicy cewnika popychającego 5,0, 7,0, 8.5, 10.0 i 11.0Fr, długość 170cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 24 w pozycji 3, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do wprowadzania protez o długości 205cm, z 4 cieniodajnymi opaskami co 5 cm na odcinku 20 cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Pakiet 2

3 . Czy Zamawiający dopuści pętle z siatką o średnicy narzędzia 2,6 mm i rozmiarze pętli 30 na 60 mm oraz 40 na 60 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści kleszcze o średnicy osłonki 2,3 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści nasadkę w kolorze niebieskim ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o długości ramienia 8,5 mm dla rozwarcia ramion 11 mm i długości ramienia 11 mm dla rozwarcia 16 mm i stopnia zgięcia ramion klipsa 135 stopni ? Klipsownica bez pancerza transportowego .

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17

Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści 3 klipsownice o długości ramienia 8,5 mm dla rozwarcia ramion 11 mm i długości ramienia 11 mm dla rozwarcia 16 mm i stopnia zgięcia ramion klipsa 135 stopni ? Klipsownica bez pancerza transportowego .

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18

Pakiet 23

Czy Zamawiający dopuści ligator z ilością 6 lub 7 gumek , przedostatnia w kolorze czarnym, długość sznurka 150 cm, aparat kompatybilny z endoskopami o średnicy od 8,6 mm do 13 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19

dotyczące pakietu 4 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie w pakiecie 4 w pozycji 1 szczytce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora i igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm-1600 mm i 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20

dotyczące pakietu 5 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie w pakiecie 5 w pozycji 2 jednorazowych pętli elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii z funkcją rotacji; średnica pętli 10mm, 15mm, 25mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia 2300mm; dostarczane w sterylnych pakietach; 10 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 21

dotyczące pakietu 5 poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie w pakiecie 5 w pozycji 5 szczytce biopsyjne jednorazowego użytku z igłą; łyżeczki o powiększonej objętości, "szczęki aligatora"; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; niebieska osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 22

dotyczące zapisów umowy paragraf 4 ustęp 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby minimalny termin dostawy wynosił 3 dni robocze?

Odpowiedź: Tak, patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ w tym zakresie (zmiany zaznaczone kolorem czerwonym).

Pytanie nr 23

dotyczące zapisów umowy paragraf 7 ustęp 1 pkt. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości wskazanej kary do 2%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Czy zamawiający dopuści;

Pakiet 4 pozycja 1

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, bez zawiasów (łyżeczki bez wystających nitowanych elementów), teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów. Łyżeczki z okienkiem, typu szczęki aligatora i gładkie, z igłą i bez igły. Znaczniki czarne lub białe. Kolor powłoczenia pomarańczowy dla kleszczy gastroskopowych, dla kleszczy kolonoskopowych niebieski. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Długość narzędzia 1800 mm i 2300 mm. Średnica narzędzia 2,3 mm, kanał roboczy 2,8 mm, rozwarcie 6,7 mm oraz 6,0 mm (mają blok w kształcie litery T) dla kleszczy gładkich bez igły o długości 2300mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Czy zamawiający dopuści;

Pakiet 23 pozycja 1

Ligator - Zestaw do opaskowania żyłaków przelyku 6-cio gumkowy, wstępnie złożony (nić umocowana do nasadki dystalnej, w zestawie kateter do przeciągnięcia nici przez kanał roboczy, szpula nici wyposażona w specjalne gniazdo mocujące), przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, część dystalna przezroczysta, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest jedno słyszalne kliknięcie, rękojeść wyposażona w port Luer z kapturkiem. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 9.4-13.0, długość 1450mm. 1 sztuka w opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie igieł wykonanych ze stali chromowo-niklowo-manganowej, regulacja długości osłonki przy pomocy pokrętła.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27

Pakiet nr 22

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie ustników o wymiarach 26 mm x 21,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28

Pakiet 22

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie ustników o wymiarach 19 mm x 16 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 29

Pakiet 22

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o długości 4 mm, 5 mm i 6 mm, średnica cewnika 2,3 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30

Pakiet nr 24

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie protez o długości 4, 5, 7, 9, 10, 12 i 15 cm (do wyboru), bez pozycjonera.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie minimalnego stopnia realizacji umowy bez podania przyczyn niewykonania z 50% na 70% ogólnej wartości umowy brutto?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32

Dotyczy warunków umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego i wprowadzeniu go do umowy:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze, bądź będzie je realizował w formie: przedpłata”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5% oraz odpowiednio z 0,5% na 0,2%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W przypadku niedostarczenia przez Sprzedającego przedmiotu umowy w terminach o których mowa w § 4 i konieczności wykonania zastępczego przez Kupującego, Sprzedawca wyraża zgodę na obciążenie go różnicą w koszcie zamówienia oraz kosztami takiej dostawy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„nastąpi co najmniej trzykrotna niezgodność ilościowa lub jakościowa dostawy z zamówieniem lub wymaganiami wskazanymi w niniejszej umowie lub opóźnienie w wykonaniu pojedynczego zamówienia lub w wymianie reklamowanego towaru przekroczy 7 dni roboczych, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36

Dotyczy wzoru umowy § 12 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Kupujący wskazuje, że wyłączona jest możliwość zbycia wierzycelności wynikających z tej umowy, bez pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki z poliestru do wydobywania usuniętych polipów, ciał obcych oraz uwięzionych kawalków pożywienia o wymiarach 35 mm x 60 mm, średnicy osłonki 2,6 mm i długości

narzędzia 230 cm ? Narzędzie kompatybilne z posiadaną średnicą kanału endoskopu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie pętli elektrochirurgicznej wykonana z plecionego drutu o grubości 0,4 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie pętli elektrochirurgicznej, kolonoskopowej jednorazowego użytku do zabiegów polipektomii na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego o kształcie heksagonalnym i szerokości pętli 15 mm i 25 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie pętli elektrochirurgicznej 1.8 mm jednorazowego użytku o kształcie półksiężycowatym, średnicy pętli 20 mm i długości narzędzia 1600 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie pętli elektrochirurgicznej 2.35 mm jednorazowego użytku o kształcie półksiężycowatym, średnicy pętli 25 mm i długości narzędzia 2300 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43

Dotyczy pakietu nr 20 poz. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie odpowiednio w miejsce 1 szt. klipsownicy opisanej w SIWZ, 3 szt. oddzielnych gotowych do użycia klipsownic w rozmiarach 11 mm, 13 mm oraz 16 mm ? Tym samym zwielokrotnienie ilości z 50 szt. (5 op. x 10 szt.) na 150 szt. (15 op. x 10 szt.).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44

Dotyczy § 5 ust. 4 wzoru umowy – Czy Zamawiający w przypadku dostarczenia towaru wadliwego wyrazi zgodę na zwrot uszkodzonego towaru i wystawienie faktury korygującej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45

Dotyczy § 9 ust. 2 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy na: „W przypadku nie wyczerpania w okresie umowy wartości umowy Kupujący uprawniony będzie, na podstawie obustronnie podpisanego przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1 aneksu, do przedłużenia terminu wykonywania dostaw do czasu pełnego wykonania umowy, lecz nie dłużej niż o 90 dni”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Równocześnie Zamawiający przesuwają termin składania i otwarcia ofert na dzień 08.05.2026 roku

Nowy termin składania ofert do dnia 08.05.2026 roku do godz. 08:00

Nowy termin otwarcia ofert dnia 08.05.2026 roku godz. 09:00

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ (zmiany zaznaczone zostały na czerwono).

Z poważaniem
Sekcja Zamówień Publicznych