

Kraków, dnia 08.05.2026 r.

**WSZYSCY KOGO TO DOTYCZY**  
**WYNIK CZĘŚCIOWY POSTĘPOWANIA CZ. III**

dot. sprawy 18/ZP/2026

Szanowni Państwo,

W wyniku przeprowadzonego postępowania na **Dostawę sprzętu medycznego cz. VI w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności**, prowadzonego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, informuje, co następuje:

- I. Unieważniono pakiet nr 12, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu na podstawie art. 255 pkt 2 Pzp,**
- II. Odrzucono następujące oferty:**

**Pakiet nr 12**

Oferta 01 - Medtronic Poland sp. z o.o., Adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, NIP: 9521000289 REGON: 011206233

**Uzasadnienie:** W dniu 29.04.2026 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia i doprecyzowania poszczególnych parametrów w przedłożonej przez niego tabeli „I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH” w zakresie poz. 803-810, 823 i 833. W dniu 04.05.2026 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu stosowne wyjaśnienia. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca nie ustosunkował się szczegółowo do treści wezwania, tj. nie doprecyzował konkretnie parametrów, o jakie wzywał Zamawiający.

Przykładowo: w poz. 833 Zamawiający wymagał „Wymiary max.: wysokość 20,3 cm, szerokość 35,5 cm, głębokość 47,6 cm, waga 9 kg” Wykonawca wpisał „TAK”. Zamawiający wezwał do wyjaśnienia i doprecyzowania dokładnych wymiarów ewakuatora dymu. W otrzymanych wyjaśnieniach Wykonawca wskazał: „Tak, Wymiary max. : wysokość 20,3 cm, szerokość 35,5 cm, głębokość 47,6 cm, waga 9 kg”.

Z tego też względu oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp.

Z poważaniem,  
Michał Polaczek  
Sekcja Zamówień Publicznych