

Zatwierdzam data

21.05.2026 roku

ocds-148610-752fa0c7-70f2-4d20-bdc3-080826a98000 Identyfikator postępowania na EZAMÓWIENIA

SWZ:

**Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 5 WSZK w Krakowie
nowoczesna cyfrowa gammakamera kardiologiczna z wyposażeniem i wykonaniem niezbędnych prac
adaptacyjnych – 1 kpl. (pakiet nr 1), Gammakamera tarczycowa o małym polu widzenia– 1 kpl. (pakiet nr 2)
Sprawa nr: 41/ZP/2026**

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

1. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, adres internetowy Szpitala : <https://5wszk.com.pl/>

1.1. REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964.

1.2. Godziny pracy: 7:30 do 15:05 od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3. Tel/fax +48 12-630-80-59; e-mail: zam@5wszk.com.pl

2. **Strona internetowa prowadzonego postępowania** : <https://ezamowienia.gov.pl/>, adres strony internetowej prowadzonego postępowania : <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-752fa0c7-70f2-4d20-bdc3-080826a98000>

2.1 **Strona internetowa na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia** : <https://ezamowienia.gov.pl/> oraz <https://5wszk.com.pl/zamowienia>

3. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :

3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie **art. 129 ust. 1 pkt 1 w trybie przetargu nieograniczonego**, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą PZP” lub „PZP” powyżej progów unijnych.

3.2 Stosowanie do dyspozycji art. 257 pkt 1 Pzp, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3.3 W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i akty wykonawcze do ustawy

3.4 **Zamówienie jest współfinansowane w ramach dotacji celowej MON.**

4. INFORMACJA CO DO MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

4.1 Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych zgodnie z pakietami określonymi w załączniku nr 1 do SWZ.

5. OPIS PRZEDMIOTU O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :

5.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 5 WSZK w Krakowie nowoczesna cyfrowa gammakamera kardiologiczna z wyposażeniem i wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych – 1 kpl. (pakiet nr 1), Gammakamera tarczycowa o małym polu widzenia– 1 kpl. (pakiet nr 2) na zasadach i ilościach określonych w SWZ i w Załączniku nr 1 do SWZ.

5.2 W przypadku wystąpienia w SWZ lub którymkolwiek załączniku do SWZ nazw (w tym nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, normy oraz sformułowania „np.”), sprzęt można zastąpić równoważnym, który nie będzie gorszy niż ten wskazany w SWZ oraz gwarantować będzie zachowanie parametrów i funkcjonalności opisanych w SWZ.

5.3 Ewentualne występujące w SWZ nazwy (w tym nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, normy oraz sformułowania „np.”), typy i pochodzenie produktów nie są dla wykonawcy wiążące i nie mają na celu naruszenia ustawy PZP, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych zamawiającego.

5.4 Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (zwana dalej ustawą), Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub

urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

5.5 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia minimalne wymagania określone przez zamawiającego.

5.6 Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych sprzętu oraz nie mogą powodować zmniejszenia ich trwałości eksploatacyjnej.

5.7 Wykonawca określa w załączniku nr 1 do SWZ (w kolumnie parametry oferowane) oferowane rozwiązania równoważne.

5.8 Brak określenia „minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o lepszych parametrach

5.9 W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

5.10 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

5.11 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.12 Zamawiający nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.

5.13 Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych.

5.14 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5.15 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5.16 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę zadań, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców (załącznik nr 1 do SWZ). Zamawiający nie będzie badał, czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art.108 i art.109 Pzp.

5.17 Zamawiający przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.

- Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu **13.04.2026 roku godz. 10:00** (zbiórka pod budynkiem Zakładu Medycyny Nuklearnej). Uczestnictwo w wizji lokalnej jest obligatoryjne dla podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty. Brak uczestnictwa w wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty.

- równocześnie każdy z Wykonawców zainteresowany przystąpieniem do realizacji zamówienia jest zobowiązany jest do zapoznania się istniejącą infrastrukturą Szpitala oraz z toczącym się inwestycjami budowlanymi na terenie mające, lub mogące mieć wpływ na realizację przedmiotowej inwestycji. Informacje w tym zakresie będą udostępnione w terminie w/w wizji lokalnej.

- Każdy z przedstawicieli Wykonawców, którzy wzięli udział w wizji ma obowiązek podpisać protokół zgodnie ze wzorem nr 7 do SWZ,

- Każdy z Wykonawców otrzyma egzemplarz protokołu z wizji, którego kopie elektroniczną winien załączyć do oferty,

- W trakcie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców. Wykonawcy proszeni są o sformułowanie ewentualnych pytań pisemnie i przekazanie ich Zamawiającemu. Zamawiający udzieli odpowiedzi w trybie art. 135 ust. 2 PZP,

- Koszty Wykonawcy, związane z udziałem w wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

5.18 Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

5.19 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

6. INFORMACJA O ZASTOSOWANIU PROCEDURY ODWRÓCONEJ

6.1 Zamawiający informuje że stosownie do przepisu 139 ust. 1 Pzp zastosuje tę procedurę w tym postępowaniu „Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu.” W przypadku, o którym mowa w 139 ust. 1, wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, jeżeli zamawiający przewidział w SWZ możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona.

7. INFORMACJA CO DO PRAWA OPCJI ORAZ OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG KODU WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

8.1 Zgodnie z prawem opcji: zgodnie z pkt 8 SWZ i wzorem umowy w tym zakresie.

8.2 Kod CPV : 33111600-7 urządzenia radiograficzne, 33121200-6 urządzenia do scyntygrafii

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Zamówienie będzie realizowane w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy (dotyczy pakietu nr 1 i nr 2).

9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

9.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1–6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514 ze zm.) i art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.) oraz spełniają (o ile zostały określone) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

9.1.1 Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

9.2 **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:**

9.2.1 **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

9.2.2 **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

9.2.3 **sytuacji ekonomicznej lub finansowej;**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

9.2.4 **zdolności technicznej lub zawodowej.**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

9.3 **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:**

9.3.1 Ocena spełniania odbywa się dwuetapowo:

9.3.1.1 **Etap I** – Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w złożonym Jednolitym Europejskim Dokumentie Zamówienia (JEDZ) sporządzonym zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust.3 dyrektywy 2014/25/UE (Wzór JEDZ dostępny jest pod linkiem : <https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>

Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie podmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdziałach 11,12. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, spośród tych, które nie zostaną odrzucone.

9.4 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

9.5 Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, aktualne na dzień ich złożenia. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.

9.6 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

9.7 Zgodnie z art. 107 ust. 1 Pzp, W przypadku gdy w postanowieniach SWZ, zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą.

9.8 Zamawiający przewiduje, że jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Postanowienia w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

9.9 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

9.10 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

9.10.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

9.10.2 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :

10.1 Dokumenty wraz z ofertą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :

10.1.1 Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 1 – zestawienie wymagań i zaoferowanych parametrów i przedmiotów,

10.1.2 Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 2 – formularz ofertowy,

10.1.3 Wypełniony i podpisany Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – dotyczące spełnienia warunków udziałów w postępowaniu (o ile dotyczy) i braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp,

10.1.4 Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy,

10.1.5 Potwierdzenie wniesienia wadium (o ile jest to wymagane).

10.1.6 Oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514 ze zm.) oraz nie podlega zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.) – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

10.1.7 potwierdzenie odbycia obowiązkowej wizji lokalnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

11. WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE!! ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 112 UST. 1 USTAWY PZP

11.1. Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie – nie ma zastosowania zatem.

12. WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE!! ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP

12.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

12.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

12.3. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 1616), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - **wzór oświadczenia jest w załączniku nr 5 do SWZ;**

12.4. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy – **wzór oświadczenia jest w załączniku nr 3 do SWZ,**

12.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

12.5.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 12.1 i 12.2 SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem,

12.5.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.6.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem,

12.5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu,

12.5.4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 12.1-12.4, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

12.5.5. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy 12.6.1, 12.6.2, ~~12.6.3~~, stosuje się odpowiednio.

12.5.6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14. W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

16. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

17. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

18. **FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW**

18.1.1. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.4 SWZ wykonawca składa wraz z ofertą:

- w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (dotyczy pełnomocnictwa) lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

18.1.2. Dokument, o którym mowa w pkt 10.1.1 oraz 10.1.2 i 10.1.3 oraz pozostałe oświadczenia wskazane w SWZ wykonawca składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

18.1.3. Pozostałe dokumenty, poza wskazanymi w pkt 18.1.1 i 18.1.2 składane są w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

18.1.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.

18.1.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

19. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

19.1. Oferta musi być sporządzona według załączników nr 1 i nr 2 oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną do działania w imieniu Wykonawcy.

19.2. Kwalifikowany podpis elektroniczny **powinien być** wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1797) oraz przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

19.3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w języku polskim.

19.4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

19.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w następujących formatach przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, , i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale.

19.6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 85), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

19.7. Wykonawca winien wykazać, że przedmiotowe informacje faktycznie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa., tzn.: zastrzeżone informacje nie są ujawnione do publicznej informacji, zastrzeżone informacje, stanowią informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, Wykonawca podjął odpowiednie kroki/działania mające na celu zachowanie ich poufności. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, o których Wykonawca nie poinformował Zamawiającego w sposób określony w zdaniu poprzednim.

- 19.8. Pliki stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
- 19.9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
- 19.10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
- 19.11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415).
- 19.12. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia, w szczególności zgodnie z niniejszą SWZ.
- 19.13. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona przy pomocy Formularza ofertowego i cenowego (Załącznik nr 1 i nr 2 do SWZ) udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie internetowej e-zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/> w zakładce „składanie ofert”.
- 19.14. Aby złożyć ofertę Wykonawca musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
- 19.15. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, określone w Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy e-Zamówienia przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
- 19.16. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
- 19.17. Zamawiający zamieścił link do postępowania oraz ID postępowania w Rozdziale 2 SWZ. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przełączaj postępowania/konkursy”)
- 19.18. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
- 19.19. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. **UWAGA: Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na platformie e-Zamówienia i należy zignorować komunikat pojawiający się przy składaniu oferty, iż „Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania.”**
- 19.20. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać/zmienić ofertę.
- 19.21. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
- 19.22. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie internetowej e-zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/> w zakładce „składanie ofert”.
- 19.23. **Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie pdf oraz podpisana wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.**
20. Wykonawca celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (**JEDZ**). JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

22.1 JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

22.2 Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx.

22.3 Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

22.4 Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

23. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! Wzór JEDZ dostępny jest pod linkiem : <https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>

24. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ – nie dotyczy składania oferty

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w SWZ, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1513 ze zm.) tj.:

1) pocztą elektroniczną na adres e-mail: zam@5wszk.com.pl lub

2) za pomocą Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>.

2. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej zam@5wszk.com.pl

5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.

10. Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej.

11. Za datę przekazania dokumentów, informacji i oświadczeń oraz ich cyfrowych odwzorowań przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę e-Zamówienia lub datę i godzinę wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego.

25. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

24 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

25 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 12.06.2026 roku do godziny 08:00.

26 Otwarcie ofert nastąpi **12.06.2026 r., o godz. 09:00** przy użyciu systemu teleinformatycznego.

27 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

28 Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

29 System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

30 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

31 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

32 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

33 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert

34 O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

35 W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

36 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

37 Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo online.

38 Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp.

39 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której była zamieszczona SWZ wraz z załącznikami, informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

26. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

26.1 Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się **10.08.2026 roku**.

26.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 26.1 zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

26.3 Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 26. 1, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

26.4 W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 26.1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

27. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

27.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

27.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art.138ust.2pkt2 Pzp, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7dni przed upływem terminu składania ofert.

27.3 W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 28.2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

27.4 Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ, a także umieści je na stronie internetowej: <https://ezamowienia.gov.pl/> oraz na stronie <https://5wszk.com.pl/zamowienia>

27.5 Zamawiający nie organizuje spotkań z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania.

27.6 Zmiana treści SWZ: W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SWZ.

27.7 O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SWZ oraz umieści treść zmiany na <https://ezamowienia.gov.pl/> oraz stronie internetowej: <https://5wszk.com.pl/zamowienia>

27.8 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

28. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

28.1 Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia podając w formularzu ofertowym kwotę cyfrowo i słownie dla całości zamówienia lub odrębnie dla każdego pakietu, w którym Wykonawca składa ofertę.

28.2 Cena zamówienia/pakietu zostanie obliczona z wykorzystaniem formularza zestawienia asortymentowo-ilościowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

28.3 Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

28.4 Wszystkie wartości pieniężne wyrażone w złotych podane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

28.5 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

28.6 Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

28.7 Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

28.8 Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji Umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych we Wzorce Umowy).

28.9 Wszystkie czynności związane z obliczeniem wynagrodzenia i mające wpływ na jego wysokość Wykonawca powinien wykonać z należytą starannością.

28.10 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

28.11 Wynagrodzenie należy obliczyć w taki sposób, by obejmowało wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także wszelkie koszty nie wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy, ale możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.

28.12 Przy ustaleniu ceny oferty należy uwzględnić ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedooszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia wykonawcy

28.13 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, skutkujący odrzuceniem oferty

28.14 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania **u zamawiającego obowiązku podatkowego** zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), który miałby obowiązek **rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.**

29. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z WAGĄ TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

29.1 Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

29.2 Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

29.3 Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

29.4 Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

Pakiet nr 1

KRYTERIUM:

WAGA:

| | |
|------------------|--------|
| CENA | - 60 % |
| TERMIN GWARANCJI | - 30 % |
| WARTOŚĆ ODKUPU | - 10 % |

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego ww. kryterium.

1) **Kryterium Cena – 60 % znaczenia (Wc)**

Sposób dokonania oceny wg wzoru:

$$Wc = (Cn : Cb) \times 60$$

Wc – wartość punktowa ceny brutto

Cn – cena najniższa

Cb – cena badanej oferty

2) **kryterium „termin pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt”** maksymalną ilość punktów tj. 30 pkt,- otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji (w ramach dopuszczonych przez Zamawiającego), pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{termin pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt oferty badanej} / \text{najdłuższy termin pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] spośród wszystkich ofert podlegających ocenie} \times 100 \times 30\%}{100}$$

UWAGA!!!! Termin gwarancji wyraża się w miesiącach. Brak wyrażenia tego terminu w miesiącach przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena wg kryterium „Termin gwarancji” dokonana zostanie w oparciu o informacje Wykonawcy zawartą w „Formularzach” - Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ.

Uwaga – Zamawiający określił minimalny oraz maksymalny dopuszczalny termin pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt.

1. Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż minimalny wymagany przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

2. W przypadku zaoferowania terminu gwarancji dłuższego niż maksymalny dopuszczony przez Zamawiającego, do oceny oferty w ramach kryterium „Termin gwarancji” przyjęty zostanie maksymalny dopuszczony termin gwarancji.

3. Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. Brak wskazania terminu gwarancji w miesiącach skutkować będzie odrzuceniem oferty.

4. Ocena w kryterium „Termin gwarancji” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ).

3) **Wartość odkupu - Parametr punktowany:**

Najwyższa zaoferowana wartość odkupu = 100 punktów. Waga 10%

Pozostałe oferty proporcjonalnie według wzoru :

$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{wartość odkupu badanej oferty} / \text{najwyższa wartość odkupu [miesiące] spośród wszystkich ofert podlegających ocenie} \times 100 \times 100\%}{100}$$

W przypadku niezaoferowania odkupu Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

W przypadku braku zaoferowania odkupu, Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do instalacji nowej gammakamery, do demontażu, odbioru i zagospodarowania dotychczas użytkowanej gammakamery znajdującej się w miejscu instalacji.

Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: bezpieczny demontaż urządzenia, załadunek i transport, zagospodarowanie lub unieszkodliwienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi odpadów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przekazanie Zamawiającemu stosownego potwierdzenia wykonania tych czynności (np. protokołu odbioru lub karty przekazania odpadu, o ile dotyczy).

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania powyższych czynności w sposób zapewniający ciągłość realizacji inwestycji oraz bezpieczeństwo osób i mienia. obowiązków związanych z demontażem i zagospodarowaniem urządzenia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji postępowania.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Pakiet nr 2

| | |
|------------------|--------|
| KRYTERIUM: | WAGA: |
| CENA | - 60 % |
| TERMIN GWARANCJI | - 40 % |

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego ww. kryterium.

1) Kryterium Cena – 60 % znaczenia (Wc)

Sposób dokonania oceny wg wzoru:

$$Wc = (Cn : Cb) \times 60$$

Wc – wartość punktowa ceny brutto

Cn – cena najniższa

Cb – cena badanej oferty

2) **kryterium „termin pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt”** maksymalną ilość punktów tj. 40 pkt,- otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji (w ramach dopuszczonych przez Zamawiającego), pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

$$\text{liczba punktów} =$$

$$\frac{\text{termin pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt oferty badanej} / \text{najdłuższy termin pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] spośród wszystkich ofert podlegających ocenie} \times 100 \times 40\%}{100}$$

UWAGA!!!! Termin gwarancji wyraża się w miesiącach. Brak wyrażenia tego terminu w miesiącach przez Wykonawcę będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Ocena wg kryterium „Termin gwarancji” dokonana zostanie w oparciu o informację Wykonawcy zawartą w „Formularzach” - Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ.

Uwaga – Zamawiający określił minimalny oraz maksymalny dopuszczalny termin pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt.

1. Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż minimalny wymagany przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

2. W przypadku zaoferowania terminu gwarancji dłuższego niż maksymalny dopuszczony przez Zamawiającego, do oceny oferty w ramach kryterium „Termin gwarancji” przyjęty zostanie maksymalny dopuszczony termin gwarancji.

3. Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. Brak wskazania terminu gwarancji w miesiącach skutkować będzie odrzuceniem oferty.

4. Ocena w kryterium „Termin gwarancji” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ).

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

29.5 Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu/ pakiecie będzie miała oferta która zdobędzie najwięcej punktów z w/w kryteriów. Każdy Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 punktów.

29.6 W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

29.7 Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

29.8 O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która z punktu widzenia kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu uzyska największą liczbę punktów, udzielając zamówienie Wykonawcy, który je złożył.

30. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – nie dotyczy

31. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy (kwota brutto) liczonej w PLN.

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie później niż na 2 dni przed podpisaniem umowy.

1. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- a. pieniądzu;
- b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- c. gwarancjach bankowych;
- d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

.....
Nr rachunku

z dopiskiem:

**„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
– PostępowanieNR –”**

1. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie innej niż pieniądz winno być przekazane jako gwarancja lub poręczenie, spełniające wymagania, a mianowicie: sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją w wymaganej wysokości, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji. Zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze żądanie Zamawiającego, zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierać oświadczenia gwaranta/poręczyciela o zrzeczeniu się wszystkich praw sprzeciwu i obrony wynikających z długu podstawowego.

Ponadto Zabezpieczenie składane w formie gwarancji lub poręczenia musi zawierać następujące zapisy:

- a. Oświadczenie, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy, które zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie realizacji Umowy, nie zwolni poręczyciela/gwaranta z zobowiązania.
- b. Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Zamawiający, niezwłocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa.

1. **Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należyte wykonane (tj. od dnia podpisania protokołu odbioru)
3. Zamawiający zwróci 30 % wniesionego zabezpieczenia, służące pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji za wady.

32. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

32.1 O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na <https://ezamowienia.gov.pl/> oraz swojej stronie internetowej <https://5wszk.com.pl/zamowienia>.

32.2 Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 264 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

32.3 W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, b) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana,

32.4 Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest dostarczyć podpisaną umowę (2 egzemplarze), wg załączonego wzoru, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

32.5 Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi: - Załącznik nr 4 do SWZ.

33. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA - Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale IX tej ustawy (art. 506 – 576).

34. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego : 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych („PZP”);
4. W razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania (komisja przetargowa) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;
6. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

7. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9. Prawa osób których dane są przetwarzane:
- prawo dostępu do danych osobowych;
 - prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)
 - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych;
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy.

35. ZAŁĄCZNIK DO NINIJSZEGO SWZ STANOWIĄ:

- 1) **Załącznik nr 1 do SWZ** – opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów,
- 2) **Załącznik nr 2 do SWZ** – Formularz ofertowy
- 3) **Załącznik nr 3 do SWZ** – wzór oświadczenia w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy Pzp
- 4) **Załącznik nr 4 do SWZ** - Projekt umowy,
- 5) **Załącznik nr 5 do SWZ** – wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- 6) **Załącznik nr 6 do SWZ** - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514 ze zm.) oraz nie podlega zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.),
- 7) **Załącznik nr 7 do SWZ** – protokół z wizji lokalnej i zapoznania się z dokumentami związanymi z realizacją zamówienia,
- 8) **Załącznik nr 8 do SWZ** – wzór umowy odkupu – dotyczy pakietu nr 1

Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego wpisując w rubryce parametry oferowane (przy każdej z pozycji) niezbędne informacje dla każdej pozycji, jak i powinien uzupełnić wszystkie pozycje w tabelce zestawienie warunków granicznych gwarancji wpisując odpowiednie informacje w pozycjach - podać ile, podać jeśli występując (jeśli w tym przypadku zachodzi taka potrzeba), jak i powinien wpisać słowo „tak” w pozycjach w których jest to wymagane, czy też inne informacje jeśli są one wymagane – pod rygorem odrzucenia oferty.

Pakiet nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowoczesnej cyfrowej gammakamery kardiologicznej - 1 kpl. Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym:

Kod CPV – **33111600-7, 33121200-6**

Producent:

Typ urządzenia:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji nie wcześniej niż 2026

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISĄĆ |
|----------|--|---------------------------------------|
| I | INFORMACJE OGÓLNE | |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, niepowystawowe, wyklucza się aparaty: demonstracyjne, rekondukcjonowane, używane, będące przedmiotem: wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych itd. | |
| 2. | Oferowane urządzenie musi być kompletne, dostarczone ze wszystkimi elementami, wyposażeniem oraz akcesoriami niezbędnymi do prawidłowego działania i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, gotowe do użytkowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów lub dokonywania dodatkowych zakupów przez Zamawiającego. | |
| 3. | Oferowane urządzenie musi zapewniać pełną funkcjonalność zgodną ze standardem DICOM 3.0, obejmując co najmniej następujące funkcje: Send, Store, Query/Retrieve, DICOM Modality Worklist, a także możliwość archiwizacji wybranych badań na nośnikach CD lub DVD wraz z katalogiem DICOM DIR oraz przeglądarką badań umożliwiającą odczyt i weryfikację zapisanych danych. | |
| 4. | Dostawa kompletnego zestawu niezbędnych elementów do rutynowej kontroli jakości obrazowania, zgodnych z wymaganiami producenta, obejmująca w szczególności: Fantomy do wykonania testów podstawowych i uchwyty do ich montażu. testowe źródła promieniowania, inne akcesoria montażowe wymagane do prawidłowego użytkowania i montażu urządzenia. | |

| | | |
|------------|--|--|
| | Zestaw musi być kompletny i gotowy do użycia od momentu podpisania protokołu odbioru. Dostawa źródeł promieniotwórczych nastąpi w trakcie trwania gwarancji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem, w sposób zapewniający pełną funkcjonalność zestawu. | |
| 5. | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć źródła kalibracyjne wymagane do wykonywania testów kontroli jakości przez cały okres trwania gwarancji a po upływie czasu przydatności dostarczonych źródła/źródła kalibracyjnych Wykonawca na własny koszt dostarczy nowe źródło/źródła kalibracyjne oraz na własny koszt zapewni odbiór i utylizację zużytych źródeł kalibracyjnych. | |
| 6. | Zestaw akcesoriów do ułożenia i stabilizacji pacjenta podczas wykonywania badań, zapewniający możliwość bezpiecznego, komfortowego i powtarzalnego ułożenia pacjenta. Zestaw powinien obejmować w szczególności elementy takie jak: podpórki, poduszki, uchwyty do podtrzymywania kończyn oraz materace lub inne elementy stabilizujące – lub rozwiązania równoważne. | |
| 7. | Urządzenie do badań bramkowanych sygnałem EKG zintegrowane z gammakamerą umożliwiające bramkowanie badań – 1 komplet. | |
| 8. | Zasilanie awaryjne UPS współpracujące z gammakamerą pozwalające w razie braku zasilania zewnętrznego na bezproblemowe zakończenie i zapisanie aktualnie wykonywanego badania oraz bezpieczne wyłączenie systemu – 1 komplet. | |
| II | GAMMAKAMERA | |
| 1. | Kardiologiczna gammakamera SPECT. | |
| 2. | Detektory bezpośredniej konwersji, półprzewodnikowy materiał detektora (CZT). | |
| 3. | Liczba detektorów minimum 9. | |
| 4. | Dopuszczalne obciążenie stołu minimum 200 kg. | |
| 5. | Zakres energetyczny detektora minimum 60 – 170 keV. | |
| 6. | Akwizycja wszystkich danych objętościowych 3D (SPECT) w trybie statycznym i dynamicznym. | |
| 7. | Rozdzielczość energetyczna (FWHM) $\leq 6,5\%$. | |
| 8. | Rozdzielczość przestrzenna (wielkość piksela) $\leq 2,5$ mm. | |
| 9. | Stół lub fotel pacjenta do wykonywania badań. | |
| 10. | Minimalna wysokość stołu lub fotela od poziomu podłogi 60 cm. | |
| 11. | Możliwość wykorzystania pozycji pacjenta oraz ustawienia detektorów z poprzedniego skanowania pomiędzy badaniem spoczynkowym a wysiłkowym. | |
| III | Stacja akwizycyjna oraz oprogramowanie kliniczne wraz z dostawą stacji lekarskich (dopuszcza się rozwiązanie typu serwer/klient) | |
| 1. | Stacja akwizycyjna zainstalowana w pomieszczeniu operatora systemu, wyposażona w co najmniej jeden komputer typu PC o minimalnych parametrach: pamięć RAM min. 16 GB, dysk SSD min. 512 GB, klawiatura, mysz komputerowa, nagrywarka CD/DVD, system operacyjny klasy co najmniej Windows 11 lub równoważny oraz monitor o przekątnej co najmniej 21” – 1 komplet. | |
| 2. | Zestaw minimum dwóch nowych stacji lekarskich, każdy zestaw składający się z: min. 1 szt. monitorów medycznych min. 24 cale Komputer typu PC min. 16 GB RAM, min. 512 GB SSD, klawiatura, myszka komputerowa, system operacyjny klasy co najmniej Windows 11 lub | |

| | | |
|-----------|--|--|
| | równoważny oraz pakiet oprogramowania biurowego w wersji z licencją bezterminową, klasy co najmniej Microsoft Office lub równoważny. Nagrywarka CD/DVD, Monitor opisowy RIS min. 19 cali | |
| 3. | Oprogramowanie kardiologiczne dedykowane do współpracy z gammakamerą CZT, przeznaczonego do instalacji na stacji lekarskiej – 1 bezterminowa licencja. | |
| 4. | Oprogramowanie do fuzji obrazów z innymi metodami diagnostyki obrazowej minimum CT, PET, MR – minimum 1 bezterminowa licencja. | |
| 5. | Oprogramowanie do korekcji pochłaniania promieniowania gamma z danych emisyjnych badania pacjenta wraz z bazami normatywnymi (kobiety, mężczyźni, wysilek, spoczynek) - 1 bezterminowa licencja lub Dopuszcza się alternatywnie, tylko w przypadku braku takiego oprogramowania u Wykonawcy, rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie danych zewnętrznej tomografii komputerowej (CT) do korekcji atenuacji w badaniach perfuzji mięśnia sercowego (MPI), wraz z dedykowanymi bazami normatywnymi (kobiety, mężczyźni, wysilek, spoczynek) o udokumentowanej liczebności min. 20 pacjentów – 1 bezterminowa licencja. | |
| 6. | Oprogramowanie do analizy kardiologicznych badań wysiłkowych, w tym badań perfuzji mięśnia sercowego, wraz z dedykowaną bazą danych normatywnych, odpowiadającego funkcjonalnie rozwiązaniu klasy Invia 4DM SPECT w najnowszej dostępnej wersji w dniu podpisania protokołu odbioru – minimum 2 bezterminowe licencje. Wykonawca w ramach ceny oferty zapewni wszystkie aktualizacje oprogramowania do kolejnych wersji, przez okres obowiązywania gwarancji, bez dodatkowych opłat. | |
| 7. | System wyposażony w oprogramowanie umożliwiające kwantyfikację funkcji wieńcowo-naczyniowych poprzez analizę przepływu krwi mięśnia sercowego (MBF – Myocardial Blood Flow) oraz obliczenie współczynników rezerwy przepływu wieńcowego (CFR – Coronary Flow Reserve) na danych zebranych na kamerze SPECT – licencja typu Invia 4DM CFR w najnowszej dostępnej wersji w dniu podpisania protokołu odbioru – minimum 1 bezterminowa licencja. Wykonawca w ramach ceny oferty zapewni wszystkie aktualizacje oprogramowania do kolejnych wersji, przez okres obowiązywania gwarancji, bez dodatkowych opłat. | |
| IV | WYMAGANIA DODATKOWE | |
| 1. | Zapewnienie pełnej integracji dostarczonej gammakamery i stacji przetwarzania z istniejącym systemem PACS Zamawiającego, włącznie z wszelkimi wymaganymi licencjami do prawidłowego działania integracji. | |
| 2. | Zapewnienie pełnej integracji dostarczonej gammakamery z systemem RIS Zamawiającego w zakresie obsługi funkcji DICOM Modality Worklist, DICOM Store oraz DICOM Query/Retrieve, włącznie ze wszystkimi licencjami wymaganymi do prawidłowego funkcjonowania integracji. | |
| 3. | Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt wszystkich testów odbiorczych i podstawowych oraz specjalistycznych niezbędnych po montażu dostarczonego aparatu w obecności przedstawicieli Zamawiającego przez zewnętrzną, niezależną firmę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie testów specjalistycznych gammakamer. Protokoły z testów przekazane zostaną Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej. | |

| | | |
|------------|---|--|
| 4. | Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt wymaganych testów specjalistycznych w obecności przedstawicieli Zamawiającego przez zewnętrzną, niezależną firmę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie testów specjalistycznych gammakamer przez cały okres trwania gwarancji. | |
| 5. | Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt przeglądów technicznych i wymaganych testów specjalistycznych przez cały okres trwania gwarancji. | |
| VI | WYMAGANIA DLA SIECI KOMPUTEROWEJ | |
| 1. | Integracja systemu SPECT/CT z posiadanymi przez Zamawiającego systemami PACS i RIS (Alteris). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wszystkich nieograniczonych licencji wieczystych na oprogramowanie niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności integracji, umożliwiającej przesyłanie i pobieranie danych, obrazów, opisów oraz rekonstrukcji do i z systemu PACS i RIS Zamawiającego firmy Alteris. | |
| 2. | Zapewnienie zdalnego dostępu (online) w celu przeprowadzania serwisowania, diagnostyki i wsparcia technicznego dla przedmiotu zamówienia. | |
| 3. | Licencja zapewniająca lekarzom zdalny dostęp do stacji lekarskiej/serwera w celu przeglądania, analizowania i interpretacji badań scyntygraficznych. | |
| VII | WYMAGANIA ADAPTACYJNO-INSTALACYJNE | |
| 1. | <p>Zamawiający dopuszcza możliwość odkupu przez Wykonawcę dotychczas użytkowanej gammakamery D-SPECT CARDIAC SYSTEM, SN: 17288. W przypadku zaoferowania odkupu:</p> <p>a) Wykonawca wskazuje wartość odkupu w Formularzu ofertowym; b) zaoferowana wartość odkupu stanowi cenę sprzedaży urządzenia; c) Strony postanawiają, że z chwilą zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, której przedmiotem jest dostawa nowej gammakamery, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży urządzenia, której wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ; d) wydanie urządzenia oraz przejście ryzyka jego utraty lub uszkodzenia nastąpi z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, nie później niż przed rozpoczęciem instalacji nowego urządzenia; e) sprzedaż urządzenia zostanie udokumentowana odrębną fakturą wystawioną przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy; f) zapłata ceny sprzedaży nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na fakturze.</p> <p><u>Parametr punktowany:</u> Najwyższa zaoferowana wartość odkupu = 100 punktów. Waga 10% Pozostałe oferty proporcjonalnie. W przypadku niezaoferowania odkupu Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.</p> <p>UWAGA!!! W przypadku braku zaoferowania odkupu, Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do instalacji nowej gammakamery, do demontażu, odbioru i zagospodarowania dotychczas użytkowanej gammakamery znajdującej się w miejscu instalacji.</p> <p>Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: bezpieczny demontaż urządzenia, załadunek i transport, zagospodarowanie lub unieszkodliwienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi odpadów oraz zużytego sprzętu elektrycznego</p> | |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>i elektronicznego, przekazanie Zamawiającemu stosownego potwierdzenia wykonania tych czynności (np. protokołu odbioru lub karty przekazania odpadu, o ile dotyczy).</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest do wykonania powyższych czynności w sposób zapewniający ciągłość realizacji inwestycji oraz bezpieczeństwo osób i mienia. obowiązków związanych z demontażem i zagospodarowaniem urządzenia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji postępowania.</p> | |
| 2. | <p>Niezbędna adaptacja pomieszczeń w celu instalacji sprzętu:</p> <p>Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt wszelkich prac adaptacyjnych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, niezbędnych do prawidłowej instalacji, uruchomienia i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Prace te obejmują w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> przygotowanie infrastruktury elektrycznej, w tym gniazd i zasilania zgodnego ze specyfikacją techniczną urządzenia; zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych (wentylacja, klimatyzacja, wilgotność, temperatura) zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu; przygotowanie stanowisk dla personelu i komputerów roboczych niezbędnych do obsługi systemu; wszelkie prace budowlane, instalacyjne, stolarskie lub montaż niezbędne do prawidłowego ustawienia i funkcjonowania urządzeń; zapewnienie odpowiedniej ochrony radiologicznej lub innych wymogów bezpieczeństwa, jeśli są wymagane przez specyfikację urządzenia lub przepisy prawa. <p>Wszystkie prace adaptacyjne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz projektem osłon stałych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz zatwierdzone protokołem odbioru, przed przystąpieniem do instalacji sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej z instalacji w formie papierowej i elektronicznej najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru gammakamery. Zamawiający nie wymaga żadnych prac dodatkowych poza tymi niezbędnymi do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia.</p> | |
| 3. | <p>Wykonanie projektu osłon stałych oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji wymaganej przez Państwową Agencję Atomistyki, niezbędnej do uzyskania zgody na uruchomienie i eksploatację pracowni.</p> <p>Projekt osłon stałych musi uwzględniać wszystkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz norm ochrony radiologicznej, w szczególności w zakresie zapewnienia dopuszczalnych dawek promieniowania dla personelu i osób postronnych.</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i realizacji wszelkich niezbędnych zabezpieczeń radiologicznych (w tym m.in. ścian, stropów, podłóg, drzwi, okien oraz osłon dodatkowych), wynikających z przeprowadzonych obliczeń i analiz, oraz do wykonania prac adaptacyjnych zgodnie z zatwierdzonym projektem.</p> <p>Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność przyjętych rozwiązań z wymaganiami Państwowej Agencji Atomistyki oraz obowiązującymi przepisami, a także za uzyskanie wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń.</p> | |
| 4. | <p>Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej, najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.</p> | |

Powyższe funkcje oraz parametry są minimalnymi warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli podając odpowiednio parametry techniczno-użytkowe, czyli funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych modeli. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru techniczno-użytkowego w jednostkach wskazanych w kolumnie 2.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
|-----|--|---|-------------------|
| 1. | Autoryzowany serwis gwarancyjny lub serwis producenta. | TAK | |
| 2. | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na cały system wraz z wyposażeniem. | Min. 36 miesięcy Max. 60 miesięcy | |
| 3. | Wykonawca zapewni co najmniej dwa bezpłatne przeglądy gwarancyjne w roku wraz z testami specjalistycznymi zgodnie z dokumentacją techniczną sprzętu, dla każdej oferowanej jednostki, w okresie obowiązywania gwarancji. | Zgodnie z zaleceniem producenta i obowiązującymi przepisami | |
| 4. | Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt przeglądów technicznych i wymaganych testów specjalistycznych przez cały okres trwania gwarancji. | TAK | |
| 5. | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii/usterki na oferowanym urządzeniu (godziny). | Maks. 24 godzin | |
| 6. | Wykonawca zapewnia, że wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego usterki/awarie uniemożliwiające prace na oferowanym urządzeniu zostaną usunięte, a naprawy wykonane w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od momentu ich zgłoszenia. | Maks. 48 godzin | |
| 7. | Wykonawca zapewnia, że wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego usterki/awarie które nie uniemożliwiają prace na oferowanym urządzeniu zostaną usunięte, a naprawy wykonane w czasie nieprzekraczającym 72 godzin od momentu ich zgłoszenia | Maks. 72 godzin | |
| 8. | W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin usunięcia usterki/awarii może zostać wydłużony do maksymalnie 5 dni roboczych , pod warunkiem, że Wykonawca: niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od zgłoszenia awarii, poinformuje Zamawiającego o konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i przedstawi uzasadnienie oraz potwierdzenie zamówienia części zamiennych. Brak przekazania powyższej informacji w wymaganym terminie skutkuje obowiązkiem usunięcia awarii w terminie podstawowym, tj. 48 godzin. | Maks. 5 dni | |
| 9. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie gwarancji o czas naprawy. | TAK | |
| 10. | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancyjnym nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK | |
| 11. | Wszelkie koszty napraw, serwisu, wymiany, z siedziby Zamawiającego do punktu serwisowego ponosi Wykonawca. | TAK | |
| 12. | Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w terminach i godzinach wyznaczonych przez | TAK | |

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|
| | Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30-16:00 oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia. | | |
| Serwis pogwarancyjny: | | | |
| 1. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach]. | <i>Min. 10 lat</i> | |
| 2. | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych/wymienionych elementów po naprawie. | <i>Min. 12 miesięcy</i> | |
| 3. | Inne | | <i>Podać, jeśli występują</i> |
| Szkolenie i inne: | | | |
| 1. | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń dla lekarzy, techników i fizyków w siedzibie Zamawiającego: szkolenie podstawowe – bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu zamówienia, przez okres 4 dni roboczych po 6 godzin dziennie każdego dnia, szkolenia uzupełniające w okresie obowiązywania gwarancji – 3 szkolenia po 1 dniu roboczym po 6 godzin każdego dnia, szkolenia dla nowoprzyjętych pracowników Zamawiającego – w liczbie maksymalnie 4 szkoleń w okresie trwania gwarancji, każde po 1 dniu roboczym (6 godzin). Termin każdego szkolenia zostanie ustalony z Zamawiającym, przy czym szkolenie musi zostać przeprowadzone nie później niż w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia potrzeby jego organizacji przez Zamawiającego. Po każdym szkoleniu Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia uczestnikom imiennych certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu. | <i>TAK</i> | |
| 2. | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zaawansowanego szkolenia personelu lekarskiego w siedzibie Zamawiającego, obejmującego wszystkie osoby wskazane przez Zamawiającego, w wymiarze co najmniej 4 dni roboczych minimum 4h każdego dnia. Terminy szkolenia ustalone są wspólnie z Zamawiającym. Szkolenie musi zapewniać pełne przeszkolenie w zakresie obsługi, eksploatacji i interpretacji wyników przy użyciu dostarczonego systemu. Po każdym szkoleniu wystawiany jest certyfikat imienny ze szkolenia. | <i>TAK</i> | |
| 3. | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | <i>TAK</i> | |
| 4. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim dla gammakamery oraz wszystkich pozostałych elementów systemu, w formie elektronicznej i papierowej, najpóźniej w dniu dostawy urządzeń. | <i>TAK</i> | |
| 5. | Dostarczenie w dniu podpisania protokołu odbioru paszportu/paszportów technicznych urządzenia/urządzeń. | <i>TAK</i> | |
| 6. | Oferowana gammakamera musi stanowić wyrób medyczny w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz być dopuszczona do obrotu i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Wyrób musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) w sprawie wyrobów medycznych lub – w przypadku wyrobów | <i>TAK</i> | |

| | | | |
|----|---|--|-------------------------------|
| | <p>objętych okresem przejściowym – wymagania Dyrektywy 93/42/EWG, zgodnie z obowiązującymi przepisami przejściowymi.</p> <p>Zamawiający wymaga, aby wyrób był oznakowany znakiem CE, potwierdzającym jego zgodność z właściwymi przepisami.</p> <p>W celu potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia najpóźniej w dniu dostawy: deklaracji zgodności UE wystawionej przez producenta, certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę notyfikowaną – jeżeli jest wymagany dla danej klasy wyrobu lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających zgodność wyrobu z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>Przez dokumenty równoważne Zamawiający rozumie dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań zasadniczych określonych w odpowiednich przepisach prawa, wystawione przez podmioty uprawnione do ich wydania.</p> <p>Wszystkie elementy oferowanego systemu, które stanowią wyroby medyczne, muszą spełniać powyższe wymagania oraz – o ile dotyczy – posiadać oznakowanie CE.</p> | | |
| 7. | Inne | | <i>Podać, jeśli występują</i> |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gammakamery tarczycowej o małym polu widzenia – 1 kpl. Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie (rozwuch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym:

Kod CPV – 33111600-7, 33121200-6

Producent:

Typ urządzenia:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji nie wcześniej niż 2026

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ |
|-----------|--|---------------------------------------|
| I | INFORMACJE OGÓLNE | |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, niepowystawowe, wyklucza się aparaty: demonstracyjne, rekondukcjonowane, używane, będące przedmiotem: wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych itd. | |
| 2. | Oferowane urządzenie musi być kompletne, dostarczone ze wszystkimi elementami, wyposażeniem oraz akcesoriami niezbędnymi do prawidłowego działania i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, gotowe do użytkowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów lub dokonywania dodatkowych zakupów przez Zamawiającego. | |
| 3. | Oferowane urządzenie musi zapewniać pełną funkcjonalność zgodną ze standardem DICOM 3.0, obejmując co najmniej następujące funkcje: Send, Store, Query/Retrieve, DICOM Modality Worklist, a także możliwość archiwizacji wybranych badań na nośnikach CD lub DVD wraz z katalogiem DICOM DIR oraz przeglądarką badań umożliwiającą odczyt i weryfikację zapisanych danych. | |
| 4. | Dostawa kompletnego zestawu niezbędnych elementów do rutynowej kontroli jakości obrazowania, zgodnych z wymaganiami producenta, obejmująca w szczególności: Fantomy wraz z uchwytami, jeśli są konieczne do prawidłowego wykonania testu. inne akcesoria montażowe wymagane do prawidłowego użytkowania i montażu urządzenia. Zestaw musi być kompletny i gotowy do użycia od momentu podpisania protokołu odbioru. | |
| 5. | Zasilanie awaryjne UPS współpracujące z gammakamerą pozwalające w razie braku zasilania zewnętrznego na bezproblemowe zakończenie i zapisanie aktualnie wykonywanego badania oraz bezpieczne wyłączenie systemu. | |
| II | GAMMAKAMERA | |
| 1 | Gammakamera tarczycowa o małym polu widzenia – 1 szt. | |
| 2 | Detektor (kryształ scyntylacyjny NaI(Tl)) o grubości 9.5 mm (3,8”). | |
| 3 | Pole widzenia min. 484cm ² . | |
| 4 | Liczba fotonowielaczy min. 37. | |
| 5 | Zakres energetyczny minimum 50-400 keV. | |

| | | |
|--|--|--|
| 6 | Wewnętrzna rozdzielczość energetyczna (FWHM) dla 99mTc ≤10,6%. | |
| 7 | Wewnętrzna rozdzielczość przestrzenna ≤ 3,5 mm. | |
| 8 | Wewnętrzna jednorodność: różniczkowa CFOV: ≤ 2,0%. całkowa CFOV: ≤ 2,5%. różniczkowa UFOV: ≤ 2,5%. całkowa UFOV: ≤ 3,0%. | |
| 9 | Matryca akwizycyjna min. 64x64 pix, 128x128pix i 256x256pix | |
| III KOLIMATORY | | |
| 1 | Kolimator niskoenergetyczny wysokiej rozdzielczości (LEHR) do Tc-99m - 1szt | |
| 2 | Kolimator wysokoenergetyczny ogólnego zastosowania (HEGP) do I-131 - 1szt | |
| IV KONSOLA AKWIZYCYJNA | | |
| 1 | Na wyposażeniu system komputerowy zawierający pełną kompatybilność z DICOM 3.0, z monitorem LCD min. 21", rozdzielczość minimum 1280 x 1024 mysz klawiatura, klasy co najmniej Windows 11 lub równoważny, nagrywarka CD/DVD. | |
| 2 | Komunikacja sieciowa (Ethernet) poprzez protokół DICOM, z obsługą następujących klas: DICOM Send – wysyłanie badań, DICOM Receive – odbieranie badań, DICOM Query – zapytanie o badania. Integracja z istniejącymi systemami PACS, RIS oraz HIS funkcjonującymi w szpitalu. | |
| V STACJA DO OPRACOWYWANIA BADAŃ | | |
| 1 | Niezależna stacja robocza dedykowana do zastosowań w medycynie nuklearnej, wyposażona w min. 1 monitor medyczny do prezentacji obrazów o przekątnej co najmniej 24", system operacyjny w wersji z licencją bezterminową, klasy co najmniej Windows 11 lub równoważny, oraz pakiet oprogramowania biurowego w wersji z licencją bezterminową, klasy co najmniej Microsoft Office lub równoważny. | |
| 2 | Oprogramowanie kliniczne min.: Obliczanie wychwytu tarczycy dla Tc-99m, Obliczanie wychwytu tarczycy dla I-131, Opracowanie badania tarczycy. | |
| VI WYMAGANIA DODATKOWE | | |
| 1. | Integracja systemu gammakamery z posiadanymi przez Zamawiającego systemami PACS i RIS (Alteris). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wszystkich nieograniczonych licencji wieczystych na oprogramowanie niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności integracji, umożliwiającej przesyłanie i pobieranie danych, obrazów, opisów oraz rekonstrukcji do i z systemu PACS i RIS Zamawiającego firmy Alteris. | |
| 2. | Fotel lub krzesło dla pacjenta umożliwiające przeprowadzanie badań gammakamerą w pozycji siedzącej – minimum 1 sztuka. Krzesło obrotowe lub fotel wyposażony w oparcie, podłokietniki, podstawę pięcioramienną oraz o dopuszczalnym obciążeniu co najmniej 150 kg, możliwość zablokowania ruchu fotela. | |

| | | |
|--|--|--|
| 3. | Zapewnienie zdalnego dostępu (online) w celu przeprowadzania serwisowania, diagnostyki i wsparcia technicznego dla przedmiotu zamówienia. | |
| VII WYMAGANIA INSTALACYJNE | | |
| 1. | Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt wszystkich testów odbiorczych i podstawowych oraz specjalistycznych niezbędnych po montażu dostarczonego aparatu w obecności przedstawicieli Zamawiającego przez zewnętrzną, niezależną firmę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie testów specjalistycznych gammakamer. Protokoły z testów przekazane zostaną Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej. | |
| 2. | Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt wymaganych testów specjalistycznych w obecności przedstawicieli Zamawiającego przez zewnętrzną, niezależną firmę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie testów specjalistycznych gammakamer przez cały okres trwania gwarancji. | |
| 3. | Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt przeglądów technicznych i wymaganych testów specjalistycznych przez cały okres trwania gwarancji. | |
| VIII WYMAGANIA ADAPTACYJNO-INSTALACYJNE | | |
| 1. | Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do instalacji nowej gammakamery, do demontażu, odbioru i zagospodarowania dotychczas użytkowanej gammakamery znajdującej się w miejscu instalacji. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: bezpieczny demontaż urządzenia, załadunek i transport, zagospodarowanie lub unieszkodliwienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi odpadów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przekazanie Zamawiającemu stosownego potwierdzenia wykonania tych czynności (np. protokołu odbioru lub karty przekazania odpadu, o ile dotyczy). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania powyższych czynności w sposób zapewniający ciągłość realizacji inwestycji oraz bezpieczeństwo osób i mienia. | |
| 2. | Niezbędna adaptacja pomieszczeń w celu instalacji sprzętu: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt wszelkich prac adaptacyjnych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, niezbędnych do prawidłowej instalacji, uruchomienia i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Prace te obejmują w szczególności: przygotowanie infrastruktury elektrycznej, w tym gniazd i zasilania zgodnego ze specyfikacją techniczną urządzenia; zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych (wentylacja, klimatyzacja, wilgotność, temperatura) zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu; przygotowanie stanowisk dla personelu i komputerów roboczych niezbędnych do obsługi systemu; wszelkie prace budowlane, instalacyjne, stolarskie lub montażowe niezbędne do prawidłowego ustawienia i funkcjonowania urządzeń; zapewnienie odpowiedniej ochrony radiologicznej lub innych wymogów bezpieczeństwa, jeśli są wymagane przez specyfikację urządzenia lub przepisy prawa. Wszystkie prace adaptacyjne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz projektem osłon stałych, w terminach | |

| | | |
|----|---|--|
| | uzgodnionych z Zamawiającym oraz zatwierdzone protokołem odbioru, przed przystąpieniem do instalacji sprzętu. Wszystkie prace zgodnie z wymaganiami producenta. Zamawiający nie wymaga żadnych prac dodatkowych poza tymi niezbędnymi do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia. | |
| 3. | Wykonanie projektu osłon stałych oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji wymaganej przez Państwową Agencję Atomistyki, niezbędnej do uzyskania zgody na uruchomienie i eksploatację pracowni. Projekt osłon stałych musi uwzględniać wszystkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz norm ochrony radiologicznej, w szczególności w zakresie zapewnienia dopuszczalnych dawek promieniowania dla personelu i osób postronnych. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i realizacji wszelkich niezbędnych zabezpieczeń radiologicznych (w tym m.in. ścian, stropów, podłóg, drzwi, okien oraz osłon dodatkowych), wynikających z przeprowadzonych obliczeń i analiz, oraz do wykonania prac adaptacyjnych zgodnie z zatwierdzonym projektem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność przyjętych rozwiązań z wymaganiami Państwowej Agencji Atomistyki oraz obowiązującymi przepisami, a także za uzyskanie wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń. | |
| 4. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej, najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego. | |

Powyższe funkcje oraz parametry są minimalnymi warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli podając odpowiednio parametry techniczno-użytkowe, czyli funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych modeli. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru techniczno-użytkowego w jednostkach wskazanych w kolumnie 2. Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
|-----|--|---|-------------------|
| 1. | Autoryzowany serwis gwarancyjny lub serwis producenta. | TAK | |
| 2. | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na cały system wraz z wyposażeniem. | Min. 36 miesięcy Max. 60 miesięcy | |
| 3. | Wykonawca zapewni co najmniej dwa bezpłatne przeglądy gwarancyjne w roku wraz z testami specjalistycznymi zgodnie z dokumentacją techniczną sprzętu, dla każdej oferowanej jednostki, w okresie obowiązywania gwarancji. | Zgodnie z zaleceniem producenta i obowiązującymi przepisami | |
| 4. | Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt przeglądów technicznych i wymaganych testów specjalistycznych przez cały okres trwania gwarancji. | TAK | |
| 5. | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii/usterki na oferowanym urządzeniu (godziny). | Maks. 24 godzin | |
| 6. | Wykonawca zapewnia, że wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego usterki/awarie uniemożliwiające prace na oferowanym urządzeniu zostaną usunięte, a naprawy | Maks. 48 godzin | |

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|
| | wykonane w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od momentu ich zgłoszenia. | | |
| 7. | Wykonawca zapewnia, że wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego usterki/awarie które nie uniemożliwiają prace na oferowanym urządzeniu zostaną usunięte, a naprawy wykonane w czasie nieprzekraczającym 72 godzin od momentu ich zgłoszenia | <i>Maks. 72 godzin</i> | |
| 8. | W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin usunięcia usterki/awarii może zostać wydłużony do maksymalnie 5 dni roboczych , pod warunkiem, że Wykonawca: niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od zgłoszenia awarii, poinformuje Zamawiającego o konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i przedstawi uzasadnienie oraz potwierdzenie zamówienia części zamiennych. Brak przekazania powyższej informacji w wymaganym terminie skutkuje obowiązkiem usunięcia awarii w terminie podstawowym, tj. 48 godzin. | <i>Maks. 5 dni</i> | |
| 9. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie gwarancji o czas naprawy. | <i>TAK</i> | |
| 10. | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancyjnym nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | <i>TAK</i> | |
| 11. | Wszelkie koszty napraw, serwisu, wymiany, dostarczenia urządzenia zastępczego z siedziby Zamawiającego do punktu serwisowego ponosi Wykonawca. | <i>TAK</i> | |
| 12. | Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w terminach i godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30-16:00 oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia. | <i>TAK</i> | |
| Serwis pogwarancyjny: | | | |
| 1. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach]. | <i>Min. 10 lat</i> | |
| 2. | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych/wymienionych elementów po naprawie. | <i>Min. 12 miesięcy</i> | |
| 3. | Inne | | <i>Podać, jeśli występują</i> |
| Szkolenie i inne: | | | |
| 1. | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń dla lekarzy, techników i fizyków w siedzibie Zamawiającego: szkolenie podstawowe – bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu zamówienia, przez okres 2 dni roboczych po 6 godzin dziennie każdego dnia, szkolenia uzupełniające w okresie obowiązywania gwarancji – 2 szkolenia po 1 dniu roboczym po 6 godzin każdego dnia, szkolenia dla nowoprzyjętych pracowników Zamawiającego – w liczbie maksymalnie 4 szkoleń w okresie trwania gwarancji, każde po 1 dniu roboczym (6 godzin). Termin każdego szkolenia zostanie ustalony z Zamawiającym, przy czym szkolenie musi zostać przeprowadzone nie później niż w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia potrzeby jego organizacji przez Zamawiającego. | <i>TAK</i> | |

| | | | |
|----|--|-----|--|
| | Po każdym szkoleniu Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia uczestnikom imiennych certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu. | | |
| 2. | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zaawansowanego szkolenia personelu lekarskiego w siedzibie Zamawiającego, obejmującego wszystkie osoby wskazane przez Zamawiającego, w wymiarze co najmniej 4 dni roboczych minimum 4h każdego dnia. Terminy szkolenia ustalane są wspólnie z Zamawiającym. Szkolenie musi zapewniać pełne przeszkolenie w zakresie obsługi, eksploatacji i interpretacji wyników przy użyciu dostarczonego systemu. Termin każdego szkolenia zostanie ustalony z Zamawiającym, przy czym szkolenie musi zostać przeprowadzone nie później niż w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia potrzeby jego organizacji przez Zamawiającego. Po każdym szkoleniu Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia uczestnikom imiennych certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu. | TAK | |
| 3. | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | TAK | |
| 4. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim dla gammakamery oraz wszystkich pozostałych elementów systemu, w formie elektronicznej i papierowej, najpóźniej w dniu dostawy urządzeń. | TAK | |
| 5. | Dostarczenie w dniu podpisania protokołu odbioru paszportu/paszportów technicznych urządzenia/urządzeń. | TAK | |
| 6. | Oferowana gammakamera musi stanowić wyrób medyczny w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz być dopuszczona do obrotu i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Wyrób musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) w sprawie wyrobów medycznych lub – w przypadku wyrobów objętych okresem przejściowym – wymagania Dyrektywy 93/42/EWG, zgodnie z obowiązującymi przepisami przejściowymi. Zamawiający wymaga, aby wyrób był oznakowany znakiem CE, potwierdzającym jego zgodność z właściwymi przepisami. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia najpóźniej w dniu dostawy : deklaracji zgodności UE wystawionej przez producenta, certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę notyfikowaną – jeżeli jest wymagany dla danej klasy wyrobu lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających zgodność wyrobu z obowiązującymi przepisami prawa. Przez dokumenty równoważne Zamawiający rozumie dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań zasadniczych określonych w odpowiednich przepisach prawa, wystawione przez podmioty uprawnione do ich wydania. Wszystkie elementy oferowanego systemu, które stanowią wyroby medyczne, muszą spełniać powyższe wymagania oraz – o ile dotyczy – posiadać oznakowanie CE. | TAK | |

| | | | |
|--|------|--|-------------------------------|
| | Inne | | <i>Podać, jeśli występują</i> |
|--|------|--|-------------------------------|

.....
(podpis umocowanego przedstawiciela Wykonawcy)

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców przypadku oferty wspólnej:

Adres:

NIP.....REGON.....

Tel.

e-mail:

Osoba do kontaktów :

Przystępując do postępowania na **Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 5 WSZK w Krakowie nowoczesna cyfrowa gammakamera kardiologiczna z wyposażeniem i wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych – 1 kpl. (pakiet nr 1), Gammakamera tarczycowa o małym polu widzenia– 1 kpl. (pakiet nr 2)** o numerze referencyjnym 41/ZP/2026, oferujemy :

1

- Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia za łączną cenę:

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

- Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez pomnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez pomnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
- Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład poszczególnych pakietów (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty.
- Zamawiający za część zamówienia rozumie pakiet, tak więc, nie zobowiązuje wykonawców do sumowania cen za części zamówienia bowiem dopuszcza możliwość złożenia oferty w każdym pakiecie (części) wybranym przez wykonawcę.
- W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę tylko w niektórych pakietach, wypełnia, zgodnie z instrukcją, jedynie tabele dla pakietów, których dotyczy oferta. Natomiast w tabelach dotyczących pakietów, w których Wykonawca oferty nie składa, może pominąć (w ogóle nie zamieszczać) tych tabeli w złożonej ofercie albo wpisać po nazwie pakietu nad tabelą: „nie dotyczy” lub przekreślić te tabele. Jednakże, jeżeli Wykonawca pozostawi w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZU CENOWYM, niewypełnione tabele dla pakietów, w których oferty nie składa, czyli nie zamieści w odpowiednich miejscach sformułowania: „nie dotyczy” lub nie dokona przekreślenia, nie wywoła to żadnych skutków negatywnych dla Wykonawcy (np. odrzucenia oferty), gdyż zapisy te będą bezprzedmiotowe – Zamawiający będzie rozumiał, że Wykonawca w tym pakiecie nie składa oferty.
- Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaje tę informację.

Pakiet nr 1

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/ wartość ć VAT** * | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
|----|---|--------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|--|--|--|--|--|
| 1. | Nowoczesna cyfrowa gammakamera kardiologiczna z wyposażeniem wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych. | 1 / kpl | | | | | |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) | | | | | | |

Wartość netto zł, słownie:

Wartość bruttozł , słownie:

Równocześnie, deklarujemy, że

- termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat - (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosimiesiący (co najmniej 36 miesięcy, lecz nie więcej niż 60 miesięcy) *element punktowany oferty

- odkupienie dotychczas użytkowanej gammakamery D-SPECT CARDIAC SYSTEM, SN: 17288 w kwocie*element punktowany oferty

Pakiet nr 2

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | Kwota netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT/ wartość VAT** * | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta |
|----|---|--------------|---------------------|---------------|--------------------------------|----------------|--|
| 1. | Gammakamera tarczycowa o małym polu widzenia. | 1 / kpl | | | | | |
| 2. | Razem (zsumowane wartości netto i brutto) | | | | | | |

Wartość netto zł, słownie:

Wartość bruttozł , słownie:

Równocześnie, deklarujemy, że

- termin pełnej bezpłatnej gwarancji na aparat - (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosimiesiący (co najmniej 36 miesięcy, lecz nie więcej niż 60 miesięcy) *element punktowany oferty

* Wartość powinna być podana w formacie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

** Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania ofert przepisami prawa, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

*** w przypadku różnej stawki VAT na oferowany asortyment, Wykonawca wpisuje wartość VAT-u należnego

Oświadczamy, że :

- 1) cena ostateczna oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.
- 2) cena jednostkowa netto podana w powyższej tabeli nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia z wyjątkiem sytuacji zmian przepisów prawa w tym zakresie.
- 3) zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz jej załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń;
- 4) zawarty w specyfikacji warunków zamówienia wzór umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
- 5) akceptujemy wskazany w specyfikacji warunków zamówienia czas związania ofertą;
- 6) firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia;
- 7) zaoferowany przedmiot zamówienia wprowadzony jest do obrotu i do używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) jak i z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG), w tym posiadają deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej lub inne dokumenty zgodne z wymaganiami wspólnoty europejskiej wydane przez jednostkę notyfikowaną, jest oznakowany znakiem CE oraz jest dopuszczony do obrotu i stosowania w podmiotach leczniczych zgodnie ze wskazanymi powyżej przepisami;
- 8) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- 9) wyrażamy zgodę na zasady i termin płatności określony we wzorze umowy.
- 10) *że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawcy, **a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji polegamy** i wskazujemy części

zamówienia powierzone do wykonania przez podwykonawcę oraz nazwy firm podwykonawców:

| L.p | Części oraz przedmiot zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawców | Nazwa firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (o ile są znani w momencie składania oferty) |
|-----|--|--|
| | | |

11. *Oświadczamy, że **polegamy** na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w następującym zakresie:.....

Uwaga: Zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia należy przedstawić **w oryginale**.

12. **Oświadczamy, że wybór oferty **prowadzi** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego :a) *nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:.....

b)* wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:.....

13. Oświadczamy, że niniejsza oferta: **zawiera** na stronach od do..... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

14. oświadczamy, że do kontaktów z zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące osoby:

..... **e-mail**

15. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

17. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z
stron.

.....
(podpis, pieczęć imienna umocowanego przedstawiciela Oferenta)

*wypełnić w przypadku zgłoszenia podmiotu na których zasobów lub sytuację powołuje się Wykonawca

** Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego ,
wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji a i b pkt 12.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa (firma) i adres wykonawcy:

.....

.....

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 5 WSZK w Krakowie : nowoczesna cyfrowa gammakamera kardiologiczna z wyposażeniem i wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych – 1 kpl. (pakiet nr 1), Gammakamera tarczycowa o małym polu widzenia– 1 kpl. (pakiet nr 2)**” oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 - c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 - d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- są aktualne.**

.....
podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

UMOWA Nr / ZP / 2026

zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy:

5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z adresem przy ul. Wrocławskiej 1 – 3, 30 – 901 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964, zwanym dalej **Kupującym/Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

a

.....
zwanym dalej **Sprzedającym/Wykonawcą**, reprezentowanym przez

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a także wyborem oferty Sprzedającego jako najkorzystniejszej, Strony postanowiły, co następuje:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest **Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 5 WSZK w Krakowie : nowoczesna cyfrowa gammakamera kardiologiczna z wyposażeniem i wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych – 1 kpl. (pakiet nr 1), Gammakamera tarczycowa o małym polu widzenia– 1 kpl. (pakiet nr 2)**, na warunkach określonych w załączniku nr 1 – Pakiet nr

2. **Zamówienie jest współfinansowane w ramach dotacji celowej MON.**

§ 2

1. Całkowita wartość Umowy określonej w § 1 – według załącznika – opiewa na kwotę:

.....

2. Wynagrodzenie brutto wszelkie koszty związane z przedmiotem oferty, w tym montaż, koszt skonfigurowania aparatu do pełnej współpracy z systemami funkcjonującymi u Kupującego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, ewentualne upusty i inne, jeśli występują, a także koszty szkolenia.

3. Przedmiot Umowy Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć w opakowaniach producenta, opłata za opakowania wliczona jest w cenę.

4. Wraz z Przedmiotem Umowy, Sprzedający dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim i opis techniczny w języku polskim, karty gwarancyjne i inne dokumenty służące do wykonania przez Zamawiającego świadczeń gwarancyjnych, jak i dokumenty wskazane w załączniku nr 1 do SWZ.

§ 3

1. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi - w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, opisanej numerem umowy, której podstawą wystawienia stanowić będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru (bezusterkowy).

2. Strony umowy oświadczają, że są świadome obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem terminów wynikających z tej regulacji.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur za realizację przedmiotu umowy jako faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) i przysyłania ich do Zamawiającego za pośrednictwem KSeF, z chwilą, gdy obowiązek ten stanie się dla Wykonawcy prawnie wiążący.

4. Zamawiający oświadcza, że będzie przygotowany do odbierania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy w celu prawidłowego i terminowego fakturowania oraz odbioru faktur w systemie KSeF.

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o wszelkich problemach technicznych lub prawnych związanych z obsługą KSeF, które mogłyby wpłynąć na proces wystawiania lub odbierania faktur, a w konsekwencji na terminowość płatności.

6. W przypadku awarii KSeF lub zaistnienia innej przeszkody technicznej uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej, Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury w trybie awaryjnym (poza KSeF), z zachowaniem

obowiązujących przepisów prawa, a następnie do wprowadzenia jej do KSeF po ustaniu przeszkody, zgodnie z wymogami ustawowymi.

7. Do czasu, gdy korzystanie z KSeF będzie dla Wykonawcy obowiązkowe, Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur w formie dotychczasowej, zgodnie z ustaleniami Stron zawartymi w niniejszej umowie. Kupujący informuje, że Sprzedający, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.) ma możliwość przysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: NIP 6772081964. Jednocześnie Kupujący informuje, że nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.

8. Cena wymieniona w § 2 ust. 1 Umowy płatna będzie w złotych polskich. Za termin zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. Płatność zostanie dokonana na następujący numer rachunku bankowego Sprzedającego:

9. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą należności wynikających z umowy Sprzedający zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Kupującego do zapłaty na piśmie, zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.

§ 4

1. **Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.**

2. Sprzedający zapewni szkolenie personelu Kupującego zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia (**stanowiący załącznik i integralną część umowy**) w tym zakresie, przy czym realizacja szkoleń nie wchodzi w zakres oceny terminowości realizacji zamówienia

3. Sprzedający zobowiązany jest do powiadomienia Kupującego; pocztą elektroniczną lub faxem; o terminie realizacji dostawy Przedmiotu Umowy na minimum 3 (trzy) dni robocze przed planowaną realizacją dostawy. W ślad za tym Strony uzgodnią konkretny termin dostawy (dzień i godzina). Brak uzgodnienia terminu dostawy z Kupującym może stanowić podstawę do odmowy jej przyjęcia.

4. Dostawa Przedmiotu Umowy nastąpi jednorazowo do siedziby Kupującego – 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, ul. Wrocławska 1 – 3, 30 – 901 Kraków.

§ 5

Sprzedający oświadcza, że Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, zapewnia bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu, a także wymagany poziom świadczonych usług.

§ 6

Sprzedający na swój koszt sprawuje nadzór serwisowy (pełna gwarancja – wliczona w cenę) nad Przedmiotem Umowy. Zasady nadzoru serwisowego określa SWZ i oferta.

§ 7

1. Sprzedający udziela Zamawiającemu gwarancji na okres miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, na warunkach określonych szczegółowo w niniejszej umowie oraz w dokumencie gwarancyjnym. W razie sprzeczności pomiędzy dokumentem gwarancyjnym; a niniejszą umową, rozstrzygające znaczenie ma umowa.

2. O ile postanowieniami załącznika nr 1 do SWZ nie stanowią inaczej, w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do:

1) reakcji serwisowej, rozumianej jako przystąpienie do działań naprawczych, w terminie wskazanym w Załączniku nr 1 do SWZ;

2) usunięcia usterki lub wady (naprawy) w terminie oraz na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do SWZ;

3) w przypadku udokumentowanej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – usunięcia usterki lub wady w terminie wydłużonym, określonym w Załączniku nr 1 do SWZ;

4) wymiany podzespołu na nowy, wolny od wad, w przypadku gdy:

- dany podzespół był wcześniej co najmniej dwukrotnie naprawiany w ramach gwarancji, oraz
- pomimo dokonanych napraw nadal wykazuje wady lub nieprawidłowe działanie;

5) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z realizacją obowiązków gwarancyjnych, w tym kosztów dojazdu, robocizny, transportu, części zamiennych, przeglądów technicznych oraz wymaganych testów specjalistycznych.

6) w przypadku braku możliwości usunięcia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, uniemożliwiających jego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, (co Sprzedający powinien Kupującemu udokumentować), Sprzedający będzie zobowiązany do dostarczenia, w terminie 30 dni roboczych, nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego zamówieniem.

3. W okresie gwarancyjnym Sprzedający będzie wykonywał bezpłatnie przeglądy przedmiotu umowy wraz z wymianą części zużywalnych (o ile dotyczy), w ilości i częstotliwości określonej przez producenta (jeśli producent nie określa częstotliwości przeglądów to przynajmniej raz na 12 miesięcy), z tym, że ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu upływu okresu gwarancji również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych (o ile dotyczy). Po każdym przeglądzie Dostawca wyda świadectwo sprawności i dokona odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym.
4. Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania tej naprawy.
5. Strony ustalają, że za dni robocze służące do obliczenia terminu wykonania obowiązków wymienionych w niniejszym paragrafie, Strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Jeżeli Sprzedający nie usunie wady, braku albo niezgodności towaru z umową w terminie, o którym mowa w ust. 2 i nie dostarczy Kupującemu sprzętu zastępczego, Kupujący ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) posiadających autoryzację producenta w celu usunięcia wady, braku, niezgodności towaru z umową lub dostarczenia sprzętu zastępczego, a kosztami z tego tytułu obciąży Sprzedającego.

§ 8

1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru, wygasa po upływie gwarancji udzielonej na sprzęt od daty dokonania prawidłowego odbioru przedmiotu umowy. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.
2. O wykryciu wad, o których mowa w ust. 1, Kupujący powiadomi Sprzedającego mailem lub faxem w terminie 5 dni od daty ich ujawnienia.
3. Kupujący ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosił Sprzedającemu istnienie wad w okresie rękojmi.
4. Nie usunięcie przez Sprzedającego wad w terminie określonym Umową lub wyznaczonym przez Zamawiającego daje Kupującemu prawo powierzenia ich usunięcia autoryzowanemu serwisowi producenta urządzenia. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią poniesie Sprzedający.
5. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidłowo oceniane pod względem ich powstania według stanu na dzień sporządzenia protokołu.
6. Protokół zakwalifikowania wad Sprzedający otrzyma bezpośrednio po jego sporządzeniu.
7. Jeżeli Sprzedający dokonał wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad albo dokonał istotnych napraw sprzętu, termin rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub zwrócenia sprzętu naprawionego.

§ 9

Wszystkie zmiany treści Umowy wymagają porozumienia Stron Umowy oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Kupujący przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Sprzedającego, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Kupującego, a także dotyczą:

- 1) terminu wykonania zamówienia na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, o czas występowania okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy;
- 2) zmian organizacyjnych po stronie Kupującego powodujących, iż wykonanie zamówienia w jego części staje się bezprzedmiotowe lub powinno być zmodyfikowane;
- 3) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Kupującego powodujących iż wykonanie zamówienia w jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,
- 4) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
- 5) konieczności wyjaśnienia wątpliwości co do treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między Stronami;
- 6) sytuacji, w których zmiana umowy, w tym zmiana sposobu płatności, wynikać będzie z wymagań co do ochrony interesu Zamawiającego;
- 7) innych zmian korzystnych dla Kupującego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia, pod warunkiem, iż nie będzie to powodować zwiększenia ceny.

§ 11

1. Poza przypadkami wynikającymi z zapisów Kc i Pzp Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku:

- 1) opóźnienia w realizacji zamówienia ponad termin określony w § 4 ust. 1, w wymiarze przekraczającym 3 dni,
- 2) dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i braku dostarczenia, w ślad za tym, przedmiotu umowy zgodnego z wymaganiami Kupującego, w terminie do 10 dni od daty pierwotnej dostawy;
- 3) niewywiązania się przez Sprzedającego z obowiązków szkolenia personelu Zamawiającego (o ile dotyczy) lub opóźnienia w rozpoczęciu i zakończeniu szkolenia (w jednym jak i w drugim zakresie) trwające dłużej niż 10 dni licząc od terminu uzgodnionego (o ile dotyczy),
- 4) niewywiązania się przez Sprzedającego z obowiązków przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów, tj. uchylenia się od obowiązku przeprowadzenia przeglądów przedmiotu umowy, bądź to opóźnienia w rozpoczęciu i zakończeniu przeprowadzenia bezpłatnego przeglądu (w jednym jak i w drugim zakresie) trwające dłużej niż 10 dni licząc od terminu uzgodnionego (o ile dotyczy),
- 5) innego rodzaju nienależytego, zawinionego przez Sprzedającego, wykonania lub niewykonania Umowy, mimo wezwania Kupującego do jej prawidłowego wykonania we wskazanym przez Kupującego terminie.

2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości uzasadniającej jego złożenie.

§ 12

1. Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kary umownej:

- 1) w wysokości 0,2% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy;
- 2) w wysokości 0,2% wartości brutto Umowy – za każdy stwierdzony przypadek niewykonania obowiązku zapewnienia przeglądów technicznych oraz wymaganych testów specjalistycznych w okresie gwarancji;
- 3) w wysokości 0,1% wartości brutto Umowy – za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przystąpieniu serwisu do naprawy w stosunku do deklarowanego czasu reakcji wskazanego w załączniku nr 1 do SWZ;
- 4) w wysokości 0,5% wartości brutto Umowy – za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w usunięciu awarii lub usterki, która uniemożliwia pracę na urządzeniu, liczoną od upływu 48 godzin od momentu zgłoszenia;
- 5) w wysokości 0,3% wartości brutto Umowy – za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w usunięciu awarii lub usterki (innej niż określona w pkt 4), liczoną od upływu 72 godzin od momentu zgłoszenia;
- 6) w przypadku dopuszczalnego wydłużenia terminu usunięcia awarii do 5 dni roboczych (z uwagi na konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) – w wysokości 0,3% wartości brutto Przedmiotu Umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, liczoną od upływu tego terminu;
- 7) w wysokości 0,2% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu nowego, wolnego od wad przedmiotu zamówienia, w terminie określonym w § 7 ust. 2 pkt 6 niniejszej Umowy;
- 8) w wysokości 0,2% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki w przypadku braku dostarczenia nowych źródeł kalibracyjnych przed upływem ważności dotychczasowych, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zapewnienia ciągłości dostępu do ważnych źródeł kalibracyjnych,
- 9) 0,5% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki w przypadku braku dostarczenia nowych źródeł kalibracyjnych przed upływem ważności dotychczasowych, jeżeli brak zapewnienia źródeł kalibracyjnych uniemożliwia wykonywanie testów kontroli jakości lub eksploatację urządzenia,
- 10) 0,05% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki w instalacji aktualizacji, w przypadku, gdy brak aktualizacji powoduje zagrożenie bezpieczeństwa systemu lub ograniczenie funkcjonalności urządzenia – 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, przy czym jeżeli brak aktualizacji, trwa dłużej niż 30 dni, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie zastępcze na koszt Wykonawcy,
- 11) 0,1% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia podstawowego lub uzupełniającego, liczony od dnia wyznaczonego/uzgodnionego na szkolenie, przy czym gdy brak szkolenia uniemożliwia prawidłowe użytkowanie urządzenia lub wykonywanie procedur medycznych – 0,3% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki,
- 12) 0,05% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia dla nowoprzyjętych pracowników, liczony od dnia wyznaczonego/uzgodnionego na szkolenie, przy czym

gdy brak szkolenia uniemożliwia prawidłowe użytkowanie urządzenia lub wykonywanie procedur medycznych – 0,3% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

13) 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przez Sprzedającego czynności :

a) wykonania w okresie gwarancji przeglądu/-ów przedmiotu umowy, licząc od – w przypadku braku inicjatywy Sprzedającego - wezwania Kupującego w tym zakresie,

b) dostarczenia w terminie dokumentów wskazanych § 2 ust. 4 i/lub § 13 ust. 2;

c) wynikających z Załącznika nr 1 (opis przedmiotu zamówienia), a nie ujętych powyżej,

14) 10 % całkowitej wartości brutto Umowy określonej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Sprzedającego (w szczególności odstąpi od umowy w przypadkach wskazanych w § 11 ust. 1).

2. Strony ustalają, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, Kupujący będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 13

1. Sprzedający oświadcza, że dostarczany przedmiot zamówienia wprowadzony jest do obrotu i do używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) jak i z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG), w tym posiadają deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej lub inne dokumenty zgodne z wymaganiami wspólnoty europejskiej wydane przez jednostkę notyfikowaną, jest oznakowany znakiem CE oraz jest dopuszczony do obrotu i stosowania w podmiotach leczniczych zgodnie ze wskazanymi powyżej przepisami.

2. Sprzedający oświadcza, że posiada odpowiednie, aktualne dokumenty na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ust. 1, a także zobowiązuje się je przedłożyć na wezwanie Kupującego, w nieprzekraczalnym 5–cio dniowym terminie, od dnia wezwania, pod rygorem odstąpienia przez Kupującego od umowy. W wypadku o jakim mowa w z zdaniu poprzednim Kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia.

§ 14 – dotyczy pakietu nr 1

1. Zamawiający dopuszcza możliwość odkupu przez Wykonawcę dotychczas użytkowanej gammakamery **D-SPECT CARDIAC SYSTEM, SN: 17288**.

2. W przypadku zaoferowania odkupu:

a) Wykonawca wskazuje wartość odkupu w Formularzu ofertowym;

b) zaoferowana wartość odkupu stanowi cenę sprzedaży urządzenia;

c) Strony postanawiają, że z chwilą zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, której przedmiotem jest dostawa nowej gammakamery, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży urządzenia, której wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ;

d) wydanie urządzenia oraz przejście ryzyka jego utraty lub uszkodzenia nastąpi z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, nie później niż przed rozpoczęciem instalacji nowego urządzenia;

e) sprzedaż urządzenia zostanie udokumentowana odrębną fakturą wystawioną przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy;

f) zapłata ceny sprzedaży nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na fakturze.

§ 15 - dotyczy pakietu nr 1

1 Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, czyli: zł w w formie:

2 Zabezpieczenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, ma na celu zagwarantowanie należytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, oraz służy do pokrycia wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę tych obowiązków, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i gwarancji.

3 Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niż gotówka jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego

zabezpieczenia. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w zdaniu poprzednim nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, **Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie**

4 Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należyte wykonane (tj. od dnia podpisania protokołu odbioru).

5 Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia, służące pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji za wady.

6 Jeżeli Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań z tytułu rękojmi za wady we właściwym terminie to Zamawiający jest uprawniony usunąć wady robót w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo też zatrzymać kwotę zabezpieczenia. W przypadku jeżeli koszt usunięcia usterek bądź wad przedmiotu umowy przewyższa kwotę zabezpieczenia, powstała w ten sposób wartość obciąża w całości Wykonawcę.

§ 16

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace adaptacyjne, tj. na wykonane roboty i zainstalowane/wbudowane materiały. Strony ustalają, że gwarancją są także objęte wszelkie koszty serwisowe i materiałów eksploatacyjnych świadczonych w okresie gwarancji.

2. Uprawnienia wynikające z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, o której mowa w ust. 1 nie naruszają prawa Zamawiającego do skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji przez producenta materiałów, w okresie obowiązywania tej gwarancji.

3. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania uprawnień z gwarancji niezależnie od przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi.

4. Świadczenia wynikające z udzielonej gwarancji będą wykonywane przez Wykonawcę, producenta, autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt i ryzyko Wykonawcy w obiektach Zamawiającego, a jeżeli będzie to technicznie niemożliwe, wszelkie działania organizacyjne i koszty wynikające ze świadczenia poza obiektem obciążają Wykonawcę.

5. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o przystąpieniu do usuwania wady (usterki). Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.

6. Jeżeli z jakiegokolwiek przyczyny, za którą Wykonawca odpowiada, Wykonawca nie usunie wady (usterki) w terminie 5 dni roboczych od zawiadomienia, Zamawiający ma prawo bez utraty gwarancji zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć pełne związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego wezwania wraz z dowodem zapłaty.

§ 17

W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości uzasadniającej złożenie oświadczenia o odstąpieniu.

§ 18

Kupujący oświadcza, iż zbycie wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga dla swej ważności pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej.

§ 19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące właściwe z uwagi na przedmiot niniejszej umowy.

2. Sędem właściwym do rozwiązania sporów wynikających z wykonywania niniejszej Umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

3. W momencie zawarcia niniejszej Umowy znany jest fakt inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku („Wojna w Ukrainie”) jak również sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz zmiany w taryfach celnych wprowadzane przez Stany Zjednoczone Ameryki. W zakresie, w jakim znane lub możliwe do przewidzenia są skutki tych działań/procesów przez racjonalnego Wykonawcę (w oparciu o dostępne informacje oraz polityczny, prawny status rynkowy dominujący w momencie podpisania niniejszej Umowy, a nie prognozy potencjalnej przyszłości i niepewnego rozwoju), w tym w szczególności wpływ na dostępność niektórych urządzeń w ich aktualnym łańcuchu dostaw, towarów, metali i materiałów, siły roboczej, jak również na dostępność środków i usług transportowych, w momencie podpisania niniejszej Umowy, z uwzględnieniem zakresu profesjonalnej działalności gospodarczej oraz informacji i danych zebranych przez odpowiednią Stronę i podmioty z jej grupy kapitałowej i/lub udostępnionych tej Stronie, to okoliczności te nie stanowią zdarzenia o charakterze Siły Wyższej, a Sprzedający okoliczności te należyście ujął w wynagrodzeniu umownym i dacie wykonania przedmiotu Umowy.

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że zastrzeżenie to nie obejmuje przypadków niespodziewanej i znaczącej eskalacji wydarzeń wskazanych w ust. 3.

5. Podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy zawiera Klauzula Informacyjna udostępniona Wykonawcy w pkt 34 SWZ.

§ 20

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Kupującego jest

2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Sprzedającego jest

§ 21

1. Integralną częścią umowy stanowi SWZ wraz z załącznikami oraz oferta Sprzedającego i dokumentacja przetargowa.

2. W odniesieniu do zobowiązań Sprzedawcy określonych w przedmiocie Umowy, niniejszą Umowę oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku znalezionych dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami Wykonawca nie może ograniczyć zakresu przedmiotu Umowy ani wymaganego zakresu należytej staranności.

§ 22

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

SPRZEDAJĄCY

.....

KUPUJĄCY

.....

KONTRASYGNUJE
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

**DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

**Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 5
WSZK w Krakowie : nowoczesna cyfrowa gammakamera kardiologiczna z wyposażeniem i wykonaniem
niezbędnych prac adaptacyjnych – 1 kpl. (pakiet nr 1), Gammakamera tarczycowa o małym polu widzenia– 1 kpl.
(pakiet nr 2)”**

Oświadcza że:

1. **NIE NALEŻY** z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 1616) w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP*
2. **NALEŻY** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z następującymi Wykonawcami*:
 - a.
 - b.2a. W załączeniu Wykonawca przekazuje dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej**.

** (jeżeli dotyczy)

*niepotrzebne skreślić

.....
podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

na podstawie art. 7 ust. 1

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

oraz

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU ZAKAZOWI UDZIELANIA LUB DALSZEGO WYKONYWANIA WSZELICH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

Oświadczam iż,

- A) Oświadczam, że zgodnie z art. 22 pkt. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zwanej dalej „ustawą”, po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z którym:**

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 64424) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o zmianie tego statusu.*A jeśli zachodzą podstawy wykluczenia, to Wykonawca składa oświadczenie o następującej treści:*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt.
ustawy /wskazać właściwy punkt z powyższych/.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w pkt A) oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- B) Oświadczam, że nie podlegam zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zgodnie, z którym:**

1. zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
 - a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
 - b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
 - c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.

Jeśli Wykonawca podlega zakazowi to składa oświadczenie o następującej treści:

Oświadczam, że podlegam zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, o których mowa w artykule 5k ust. 1 lit.
Rozporządzenia /wskazać właściwą literę z poniższych/.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w pkt B) oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....*podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*

Protokół z odbycia wizji lokalnej i zapoznania się z dokumentami związanymi z realizacją zamówienia

.....
[pieczęćka oferenta]

.....
[miejsowość, data]

.....
[imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy]

jako uprawnieni do występowania w imieniu:

.....
..... z siedzibą

....., KRS

....., NIP , REGON

.....,
[pełna nazwa i adres podmiotu gospodarczego]

niniejszym, zgodnie z wymogami zamawiającego

oświadczam/-y,

że przeprowadziliśmy wizję lokalną na obiekcie i zapoznaliśmy się z dokumentami związanymi z realizacją zamówienia o których mowa w pkt 5.17 SWZ.

Potwierdzamy, że przedstawiciele przeprowadzili wizję lokalną i zapoznali się z dokumentami związanymi z realizacją zamówienia o których mowa w pkt 5.17 SWZ, w tym zdobyli wszelkie informacje co do wszystkich inwestycji budowlanych i robót toczących się na terenie 5 WSZK, które to mogą mieć wpływ na tok inwestycji objętej niniejszym postępowaniem.

.....
[podpis osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego]

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy:

.....
.....

UMOWA SPRZEDAŻY (ODKUPU) URZĄDZENIA – dotyczy Pakietu nr 1

zawarta w dniu w, pomiędzy:

Zamawiającym:

.....

NIP:

a

Wykonawcą:

.....

NIP:

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy używanego urządzenia medycznego:
 - gammakamera D-SPECT CARDIAC SYSTEM
 - numer seryjny: SN: 17288
 zwanego dalej „Urządzeniem”.

§ 2. Oświadczenia Stron

1. Zamawiający oświadcza, że:
 1. jest właścicielem Urządzenia i przysługuje mu pełne prawo do jego zbycia;
 2. Urządzenie jest wolne od obciążeń prawnych oraz praw osób trzecich.
2. Wykonawca oświadcza, że:
 1. zapoznał się ze stanem technicznym Urządzenia i nie wnosi do niego zastrzeżeń;
 2. nabywa Urządzenie w stanie istniejącym (tzw. „as is”);
 3. zrzeka się roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu wad fizycznych i prawnych Urządzenia, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. **Strony zgodnie z art. 558 § 1 kc wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.**

§ 3. Cena i rozliczenie

1. Strony ustalają cenę sprzedaży Urządzenia na kwotę:
 **zł netto / brutto** (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2. Sprzedaż Urządzenia zostanie udokumentowana odrębną fakturą wystawioną przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.
3. Zapłata ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na fakturze. **Urządzenie pozostaje własnością Zamawiającego do chwili zapłaty całości ceny przez Wykonawcę. Za termin zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.**
4. Strony zgodnie postanawiają, że rozliczenie wynikające z niniejszej umowy ma charakter odrębny i niezależny od rozliczeń wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącej dostawy nowej gammakamery.

§ 4. Wydanie Urządzenia i przeniesienie własności

1. Wydanie Urządzenia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Strony.
2. Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1:
 - na Wykonawcę przechodzi własność Urządzenia **z zastrzeżeniem § 3 ust.3 niniejszej umowy,**
 - przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Urządzeniem,
 - przechodzi ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.
3. Strony ustalają, że wydanie Urządzenia oraz przejście własności i ryzyka nie może nastąpić później niż przed rozpoczęciem instalacji nowego urządzenia.

§ 5. Demontaż, transport i koszty

1. Wykonawca zobowiązuje się do demontażu, odbioru oraz transportu Urządzenia na własny koszt i ryzyko.

2. Wszelkie koszty związane z realizacją umowy ponosi Wykonawca, w szczególności:
 - demontażu,
 - zabezpieczenia infrastruktury,
 - załadunku i transportu,
 - ubezpieczenia,
 - ewentualnego zagospodarowania lub dalszej utylizacji.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie demontażu, transportu oraz załadunku, w tym za uszkodzenie mienia Zamawiającego.

§ 6. Sposób wykonania prac

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania demontażu w sposób:
 - zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
 - zapewniający bezpieczeństwo osób i mienia,
 - minimalizujący zakłócenia w działalności Zamawiającego.
2. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia miejsca instalacji do stanu nie pogorszonego w terminie **2 dni** od demontażu Urządzenia.

§ 7. Powiązanie z umową główną

1. Niniejsza umowa pozostaje w funkcjonalnym związku z umową o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącą dostawy nowej gammakamery (dalej: **umowa główna**).
2. Niewykonanie niniejszej umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy głównej.
3. Wykonawca nie jest uprawniony do uzależniania realizacji umowy głównej od wykonania niniejszej umowy.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikłe z realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
 - 1) 0,2% ceny brutto Urządzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odbiorze lub demontażu Urządzenia w stosunku do terminu ustalonego przez Strony;
 - 2) 0,3% ceny brutto Urządzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu Urządzenia z miejsca instalacji;
 - 3) 0,2% ceny brutto Urządzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przywróceniu miejsca instalacji do stanu nie pogorszonego w stosunku do terminu, o którym mowa w § 6 ust.2 niniejszej umowy.;
 - 4) 10% ceny brutto Urządzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20% ceny brutto Urządzenia.
3. Kary umowne mają charakter samodzielny i niezależny od rozliczeń wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącej dostawy nowej gammakamery i nie podlegają potrąceniu z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu tej umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
5. Kary umowne mogą być dochodzone niezależnie od siebie oraz podlegają sumowaniu.

ZAMAWIAJĄCY

.....

WYKONAWCA

.....

Główny Księgowy

.....