

Kraków, 8.05.2026 roku
DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

dot. sprawy: 50/ZP/2026

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawę sprzętu medycznego cz. VII w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

1/ dotyczy pakiet 2 pkt 69. Prosimy o doprecyzowanie czy podana w p. 69 SWZ waga dotyczy samego urządzenia czy też urządzenia wraz z opisanym w p. 61 demineralizatorem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podana waga dotyczy maksymalnej wymaganej wagi wyłącznie sterylizatora. Zamawiający informuje, że zapisy treści SWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

*Z poważaniem,
Sekcja Zamówień Publicznych*