

Kraków, 21.05.2026 roku
**DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
ODPOWIEDZI NA PYTANIA II**

dot. sprawy: 55/ZP/2026

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **Dostawę sprzętu medycznego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności III**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytania nr 1

1/ Dot. Załącznik nr 1 do SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET NR 3, pkt. 43.

Prosimy o dopuszczenie:

Możliwość rozbudowy o głowicę liniową w kształcie litery „L” o częstotliwości pracy od 7 do **15** MHz i szerokości pola widzenia max. 24 mm.

Lub

Możliwość rozbudowy o podłączenie głowicy wewnątrzsercowej ICE.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie informując, iż dopuszcza urządzenie o parametrach lepszych od wymaganych.

Z poważaniem,

Sekcja Zamówień Publicznych