

*dot. sprawy: 54/ZP/2026*

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na **dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do analizy moczu i płynów z jam ciała wraz z dzierżawą automatycznego systemu analizy moczu (analyzer parametrów fizyko-chemicznych moczu, analyzer osadu, analyzer backup)**, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**1/ Dotyczy Umowy:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Odpowiedź: Nie.**

**2/ Dotyczy Parametry techniczne analizatora, Parametry wymagane pkt 1:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatorów posiadających rok produkcji 2022 lub 2023, ale pracujących od stanu fabrycznej nowości od roku 2023?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**3/ Dotyczy Parametry techniczne analizatora, Parametry wymagane:** Zamawiający wymaga zaoferowania: „*Drugi analizator jako beck-up, półautomatyczny wraz z materiałami na wykonanie ok. 5000 testów fizykochemicznych w ciągu 3 lat*”.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbudowanie tabeli cenowej o dodatkowe wiersze, w celu wpisania materiałów do analizatora back up na wykonanie wymaganych 5000 oznaczeń w ciągu 3 lat?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**4/ Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, Wzór umowy, §3 ust. 7:**

Uprzejmie prosimy o dodanie wyrażenia „*Czynsz dzierżawny będzie płatny w równych ratach miesięcznych z dołu, tj. po zakończeniu każdego miesiąca w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury*”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Patrz zmiana §3 ust. 7 Umowy.**

**5/ Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, Wzór umowy, §12 ust. 1:**

Czy Zamawiający dopuści kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych (związanych m.in. z notatkami bezpieczeństwa, incydentami medycznymi) i w sprawach dotyczących działań logistycznych, w celu przyspieszenia przepływu informacji między Wykonawcą a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy?

Umożliwi to zapewnienie skutecznej i bezpośredniej komunikacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR) oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Jeśli tak to prosimy o podanie w umowie imion, nazwisk, numerów telefonów oraz adresów e-mail co najmniej dwóch osób odpowiedzialnych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Kontakt e-mail:** [analitka@5wszk.com.pl](mailto:analitka@5wszk.com.pl), [m.szewczyk@5wszk.com.pl](mailto:m.szewczyk@5wszk.com.pl), [biernot.k@5wszk.com.pl](mailto:biernot.k@5wszk.com.pl).

Załącznikiem jest Zmodyfikowany SWZ (na czerwono zmiany).

*Z poważaniem,  
Sekcja Zamówień Publicznych*