

Karta pracy
Protokół wykonanych
czynności serwisowych

Data: 29.08.2024 r. Inżynier: [redacted] Karta nr 29/08/2024/KM/01

Zleceniodawca: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie,
ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
Typ aparatury: Spectrum Dynamics Medical D-Spect Cardio
Nr seryjny: 17288
Przyczyna: Okresowy przegląd techniczny – serwis pogwarancyjny
Wykonano: Przegląd okresowy wg wytycznych producenta systemu SPECT.
Testy kontroli jakości dla MN z wynikiem pozytywnym. System jest sprawny.
Uwagi: brak

Zainstalowane części zamienne		Części zamienne do zamówienia	
Nr kodowy i nazwa	Szt.	Nr kodowy i nazwa	Szt.

Rodzaj czynności	Kwalifikacja
Diagnoza [redacted]	Kontrakt sprzedaży
Naprawa	Gwarancja
Konserwacja X	Kontrakt serwisowy X
Instalacja	Zlecenie płatne
Modyfikacja	Wewnętrzne

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3
Podpis zleceniodawcy - użytkownika
NIP 877 20 81 964 REGON 38150886

[redacted]
Inżynier Serwisu
Health Technologies Sp. z o.o.
Chocimska 20/101, 00-791 Warszawa

Podpis wykonawcy

**CERTYFIKAT JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
URZĄDZENIA**

Gamma kamera D-SPECT Cardio (Nr Seryjny: 17288)

Zaświadczamy, iż dnia 29.08.2024 r. dokonano przeglądu technicznego powyższego urządzenia. Przegląd wykazał, iż urządzenie w pełnym zakresie spełnia gwarantowane przez producenta parametry techniczne oraz gwarantuje jego bezpieczne użytkowanie. Niniejsze świadectwo ważne jest do 28.02.2025 r.

Wystawiono w Krakowie, dnia 29.08.2024 r.

Inżynier Serwisu
Health Technologies Sp. z o.o.
Chocimska 20/101, 00-791 Warszawa

Podpis inżyniera serwisu

Health Technologies Sp. z o.o.

ul. Chocimska 20/101, 00-791 Warszawa

Karta pracy Protokół wykonanych czynności serwisowych

Data: 14.10.2024 r. Inżynier: [REDACTED] Karta nr 14/10/2024/KM/01

Zleceniodawca: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie,
ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
Typ aparatury: Spectrum Dynamics Medical D-Spect Cardio
Nr seryjny: 17288
Przyczyna: Niesprawny ekran RCU – serwis pogwarancyjny
Wykonano: Wymieniono uszkodzoną część. Przeprowadzono testy zgodnie z wytycznymi
producenta urządzenia. System jest sprawny.
Uwagi: brak

Zainstalowane części zamienne		Części zamienne do zamówienia	
Nr kodowy i nazwa	Szt.	Nr kodowy i nazwa	Szt.
9030306-01 - MICRO SD CARD WITH IMAGE FOR CARDIO SW ver 3.3	1		

Rodzaj czynności	Kwalifikacja
Diagnoza Naprawa 1 h Dojazd 2 h 180km Konserwacja Instalacja Modyfikacja	Kontrakt sprzedaży Gwarancja Kontrakt serwisowy X Zlecenie płatne Wewnętrzne

Starszy Inspektor Sekcji Sprzętu Medycznego
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką

SPZOZ w Krakowie
mgr inż. Aneta GNIEWEK

Podpis zleceniodawcy / użytkownika

Inżynier Serwisu

Health Technologies Sp. z o.o.
Chocimska 20/101, 00-791 Warszawa

Podpis wykonawcy

KRS 0000425115, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydz. Gosp. KRS; kapitał zakładowy 10.000,00 zł
NIP: 5272679770, REGON: 146185182
biuro@healthtech.pl

SECRET

SECRET

Health Technologies Sp. z o.o.

ul. Chocimska 20/101, 00-791 Warszawa

	Karta pracy Protokół wykonanych czynności serwisowych	
--	--	--

Data: 29.02.2024 r. Inżynier: [REDACTED] Karta nr 29/02/2024/KM/01

Zleceniodawca: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie,
ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
Typ aparatury: Spectrum Dynamics Medical D-Spect Cardio
Nr seryjny: 17288
Przyczyna: Okresowy przegląd techniczny – serwis pogwarancyjny
Wykonano: Przegląd okresowy wg wytycznych producenta systemu SPECT.
Kalibracja systemu. Testy kontroli jakości dla MN z wynikiem pozytywnym.
System jest sprawny.
Uwagi: brak

Zainstalowane części zamienne		Części zamienne do zamówienia	
Nr kodowy i nazwa	Szt.	Nr kodowy i nazwa	Szt.

Rodzaj czynności	Kwalifikacja
Diagnoza Naprawa Konserwacja X Instalacja Modyfikacja	Kontrakt sprzedaży Gwarancja Kontrakt serwisowy X Zlecenie płatne Wewnętrzne

Podpis zleceniodawcy / użytkownika

[REDACTED]
Inżynier Serwisu
Health Technologies Sp. z o.o.
Chocimska 20/101, 00-791 Warszawa

Podpis wykonawcy

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ZAKŁAD MEDYCyny NUKLEARNEJ
Pracownia Scyntygraficzna
30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3, tel. 12 633 32 33, fax 12 630 82 76
Kod Cz. VI: 1, Cz. VII: 541, Cz. VIII: 7950 061/100019
Kod Cz. I: Księga Rejestrowa Nr 00000718551, Cz. V: 07
NIP 677-20-81-964 REGON 351506868

KRS 0000425115, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydz. Gosp. KRS: kapitał zakładowy 10 000 00 zł

██████████

██████████

Health Technologies Sp. z o.o.

ul. Chocimska 20/101, 00-791 Warszawa

Karta pracy Protokół wykonanych czynności serwisowych

Data: 28.08.2025 r. Inżynier: [REDACTED] Karta nr 28/08/2025/AK/01
Zleceniodawca: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, Wrocławska 1/3, 30-901 Kraków
Typ aparatury: Spectrum Dynamics Medical D-Spect Cardio
Nr seryjny: 17288
Przyczyna: Okresowy przegląd techniczny.
Wykonano: Przegląd okresowy systemu SPECT wg wytycznych producenta.
Testy kontroli jakości dla MN z wynikiem pozytywnym. System jest sprawny.
Uwagi: brak

Zainstalowane części zamienne		Części zamienne do zamówienia	
Nr kodowy i nazwa	Szt.	Nr kodowy i nazwa	Szt.
	---		---

Rodzaj czynności	Kwalifikacja
Diagnoza	Kontrakt sprzedaży
Naprawa	Gwarancja X
Konserwacja X	Kontrakt serwisowy
Instalacja	Zlecenie płatne
Modyfikacja	Wewnętrzne

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
SEKCJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO
[Signature]
mgr inż. MARYLA SZCZYGŁOWSKA
Podpis zlecniodawcy / użytkownika

[Signature]
Inżynier Serwisu
Health Technologies Sp. z o.o.
Chocimska 20/101, 00-791 Warszawa

Podpis wykonawcy

Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ZAKŁAD MEDYCZYNY NUKLEARNEJ
Pracownia Scyntygraficzna
30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3, tel. 12 630 275 113
Kod Cz. VI 1, Cz. VII 541, Cz. VIII 795 06.111
Kod Cz. I Księga Rejestrowa Nr 000000185
NIP 677-20-81-964 REGON 35150

KRS 0000425115, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydz. Gosp. KRS, kapitał zakładowy 10.000,00 zł
NIP: 5272679770, REGON: 146185182
biuro@healthtech.pl

2024-2025

2024-2025



Karta pracy Protokół wykonanych czynności serwisowych

NUCMED Sp. z o.o.
ul. Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa
tel. 22 40 33 550
fax. 22 29 51 368

Data: 2022-10-20

Inżynier: [REDACTED]

Karta nr 2022-10-20 /1

Zleceniodawca: Mediso Polska Sp. z o.o. Al. J. Piłsudskiego 133d. 92-318 Łódź

Typ aparatury: D-SPECT Cardio

Nr seryjny: 17288

Przyczyna:

Przesunięcie gantry urządzenia w wyniku użytkowania

Wykonano: Ponowne ustawienie gantry urządzenia wg. wskazań użytkownika, podłączenie systemu, sprawdzenie poprawności działania, test QA z wynikiem pozytywnym.

Uwagi: Brak

Zainstalowane części zamienne		Części zamienne do zamówienia	
Nr kodowy i nazwa	Szt.	Nr kodowy i nazwa	Szt.

Rodzaj czynności		Kwalifikacja	
Diagnoza	.	Kontrakt sprzedaży	☐
Naprawa	3 g	Gwarancja	☐
Konserwacja	.	Kontrakt serwisowy	☐
Instalacja	.	Zlecenie płatne	☒
Modyfikacja	.	Wewnętrzne	☐
Dojazd 7 g	Odległość 550 km		

KIEROWNIK
SEKCJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ w Krakowie

mgr inż. Ryszard MICHAŁSKI
Podpis zleceniodawcy / użytkownika

Inżynier Serwisu
NUCMED Sp. z o.o.
Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa

Podpis inżyniera serwisu

~~SECRET~~

~~SECRET~~

Health Technologies Sp. z o.o.

ul. Chocimska 20/101, 00-791 Warszawa

Karta pracy Protokół wykonanych czynności serwisowych

Data: 14.10.2024 r. Inżynier: [REDACTED] Karta nr 14/10/2024/KM/01

Zleceniodawca: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie,
ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
Typ aparatury: Spectrum Dynamics Medical D-Spect Cardio
Nr seryjny: 17288
Przyczyna: Niesprawny ekran RCU – serwis pogwarancyjny
Wykonano: Wymieniono uszkodzoną część. Przeprowadzono testy zgodnie z wytycznymi
producenta urządzenia. System jest sprawny.
Uwagi: brak

Zainstalowane części zamienne		Części zamienne do zamówienia	
Nr kodowy i nazwa	Szt.	Nr kodowy i nazwa	Szt.
9030306-01 - MICRO SD CARD WITH IMAGE FOR CARDIO SW ver 3.3	1		

Rodzaj czynności	Kwalifikacja
Diagnoza Naprawa 1 h Dojazd 2 h 180km Konservacja Instalacja Modyfikacja	Kontrakt sprzedaży Gwarancja Kontrakt serwisowy X Zlecenie płatne Wewnętrzne

Starszy Inspektor Sekcji Sprzętu Medycznego
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SPZOZ w Krakowie


mgr inż. Aneta GNIWEK

Podpis zleceniodawcy / użytkownika

[REDACTED]
Inżynier Serwisu
Health Technologies Sp. z o.o.
Chocimska 20/101, 00-791 Warszawa

Podpis wykonawcy

KRS 0000425115, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydz. Gosp. KRS; kapitał zakładowy 10.000,00 zł
NIP: 5272679770, REGON:146185182
biuro@healthtech.pl

~~XXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXX~~

Health Technologies Sp. z o.o.

ul. Chocimska 20/101, 00-791 Warszawa

Karta pracy Protokół wykonanych czynności serwisowych

Data: 28.02.2025 r. Inżynier: [REDACTED] Karta nr 28/02/2025/KM/01

Zleceniodawca: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.
ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

Typ aparatury: Spectrum Dynamics Medical D-Spect Cardio

Nr seryjny: 17288

Przyczyna: Okresowy przegląd techniczny – serwis pogwarancyjny

Wykonano: Przegląd okresowy wg wytycznych producenta systemu SPECT. Wymiana źródła kalibracyjnego Co-57. Kalibracja systemu. Testy kontroli jakości dla MN z wynikiem pozytywnym. System jest sprawny.

Uwagi: brak

Zainstalowane części zamienne		Części zamienne do zamówienia	
Nr kodowy i nazwa	Szt.	Nr kodowy i nazwa	Szt.

Rodzaj czynności	Kwalifikacja
Diagnoza	Kontrakt sprzedaży
Naprawa	Gwarancja
Konserwacja X	Kontrakt serwisowy X
Instalacja	Zlecenie płatne
Modyfikacja	Wewnętrzne

Podpis zleceniodawcy / użytkownika

[REDACTED]
Inżynier Serwisu
Health Technologies Sp. z o.o.
Chocimska 20/101, 00-791 Warszawa

Podpis wykonawcy

KRS 0000425115, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydz. Gosp. KRS; kapitał zakładowy 10.000,00 zł
NIP: 5272679770, REGON: 146185182
biuro@healthtech.pl

██████████

██████████



Karta pracy
Protokół wykonanych
czynności serwisowych

NUCMED Sp. z o.o.
ul. Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa
tel. 22 40 33 550
fax. 22 29 51 368

Data: 2019-02-26

Inżynier: [redacted]

Karta nr 2019-02-26 /1

Zleceniodawca: Mediso Polska Sp. z o.o. Al. J. Piłsudskiego 133d, 92-318 Łódź

Typ aparatury: D-SPECT Cardio

Nr seryjny: 17288

Przyczyna:

Brak

Wykonano:

Przegląd okresowy systemu SPECT wg wytycznych producenta. Testy kontroli jakości z wynikiem pozytywnym. System jest sprawny. Czyszczenie systemu po zalaniu wymiocinami pacjenta.

Uwagi: Stwierdzono brak bazy normatywnej CFR dla oprogramowania 4DM do wyjaśnienia przez dostawcę systemu.

Zainstalowane części zamienne		Części zamienne do zamówienia	
Nr kodowy i nazwa	Szt.	Nr kodowy i nazwa	Szt.
--		---	

Rodzaj czynności		Kwalifikacja	
Diagnoza	5g.	Kontrakt sprzedaży	☐
Naprawa		Gwarancja	☐
Konserwacja		Kontrakt serwisowy	☐
Instalacja		Zlecenie płatne	☒
Modyfikacja		Wewnętrzne	☐
Dojazd 7g.	Odległość 600 km		

KIEROWNIK
SEKCJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SR ZOZ w Krakowie
mgr inż. Ryszard MICHAŁSKI

Podpis zleceniodawcy / użytkownika

[redacted]
Inżynier Serwisu
NUCMED Sp. z o.o.
00-710 Warszawa, ul. Idzikowskiego 2E/46

Podpis inżyniera serwisu

[redacted]
Inżynier Serwisu
NUCMED Sp. z o.o.
Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ZAKŁAD MEDYCyny NUKLEARNEJ
Pracownia Scyntygraficzna
30-901 Kraków, Al. Armii Krajowej 165 tel. 22 630 82 75 fax 22 630 82 76
Kod Cz. i Księga Rejestracji Vg 54 / Cz. VIII 7950 061/100019
Kod Cz. i Księga Rejestracji Nr 000000018551, Cz. V 07
NIP 677-20-81-964 REGON 351506868

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Karta pracy

Protokół wykonanych czynności serwisowych

NUCMED Sp. z o.o.
ul. Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa

tel. 22 40 33 550
fax. 22 29 51 368

Data: 2020-02-27

Karta nr 2020-02-27 /1

Zleceniodawca: Mediso Polska Sp. z o.o. Al. J. Piłsudskiego 133d, 92-318 Łódź

Typ aparatury: SdCam

Nr seryjny: 17288

Przyczyna:

Brak

Wykonano:

Przegląd okresowy systemu SPECT wg wytycznych producenta. Testy kontroli jakości dla MN z wynikiem pozytywnym. System jest sprawny. Wyjaśniono sposób zachowywania Screen Capture z 4DM oraz archiwizację badań z komputera akwizycyjnego Master.

Uwagi: Brak

Zainstalowane części zamienne		Części zamienne do zamówienia	
Nr kodowy i nazwa	Szt.	Nr kodowy i nazwa	Szt.
-----	----	-----	----

Rodzaj czynności		Kwalifikacja	
Diagnoza	5g.	Kontrakt sprzedaży	☐
Naprawa	2g.	Gwarancja	☐
Konserwacja	6g.	Kontrakt serwisowy	☐
Instalacja		Zlecenie płatne	☐
Modyfikacja		Wewnętrzne	☐
Dojazd 7g.	Odległość 450 km		

KIEROWNIA
SEKCJI SPRZĄTU MEDYCZNEGO
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego
im. J. Piłsudskiego
00-710 Warszawa
Podpis zleceniodawcy / użytkownika

Inżynier Serwisu
NUCMED Sp. z o.o.
Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa
Podpis inżyniera serwisu



NUCMED Sp. z o.o.
ul. Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa
tel. 22 40 33 550
fax. 22 29 51 368

CERTYFIKAT JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZENIA

D-SPECT CARDIO SN:17288

Jako firma wykonująca przeglądy i serwis urządzeń SPECT produkcji Spectrum Dynamics zaświadczamy, iż dnia 2020-02-27 dokonano przeglądu technicznego powyższego urządzenia. Przegląd wykazał, iż urządzenie w pełnym zakresie spełnia gwarantowane przez producenta parametry techniczne oraz gwarantuje jego bezpieczne użytkowanie. Niniejsze świadectwo ważne jest do 2020-08-27

Wystawiono w ~~Katowice~~ dnia 2020-02-27


Inżynier Serwisu
NUCMED Sp. z o.o.
Podpis ~~Idzikowskiego 2E/46~~
00-710 Warszawa

	Karta pracy Protokół wykonanych czynności serwisowych	NUCMED Sp. z o.o. ul. Idzikowskiego 2E/46 00-710 Warszawa
		tel. 22 40 33 550 fax. 22 29 51 368

Data: 2021-02-10 Inżynier: [REDACTED] Karta nr 2021-02-10 /1

Zleceniodawca: Mediso Polska Sp. z o.o. Al. J. Piłsudskiego 133d, 92-318 Łódź

Typ aparatury: D-SPECT Cardio

Nr seryjny: 17288

Przyczyna:

Brak

Wykonano:

Przegląd okresowy systemu SPECT wg wytycznych producenta. Kalibracja systemu z powodu wymiany źródła Co-57 na nowe. Testy kontroli jakości dla MN z wynikiem pozytywnym. Wykonanie upgrade FCO0005 oraz wyświetlacza gantry. System jest sprawny.

Uwagi: Brak

Zainstalowane części zamienne		Części zamienne do zamówienia	
Nr kodowy i nazwa	Szt.	Nr kodowy i nazwa	Szt.
-----		-----	

Rodzaj czynności	Kwalifikacja
Diagnoza	Kontrakt sprzedaży ☐
Naprawa	Gwarancja ☐
Konserwacja 7 g	Kontrakt serwisowy ☐
Instalacja	Zlecenie płatne ☒
Modyfikacja 2 g	Wewnętrzne ☐
Dojazd 8 g	
Odległość 540 km	

KIEROWNIK
 SEKCJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO
 5 Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego z Polikliniki
 SP ZOZ w Krakowie
 Podpis zleceniodawcy / użytkownika
 [REDACTED]

Inżynier Serwisu
 NUCMED Sp. z o.o.
 Idzikowskiego 2E/46
 00-710 Warszawa

Podpis inżyniera serwisu



NUCMED Sp. z o.o.
ul. Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa
tel. 22 40 33 550
fax. 22 29 51 368

NUCMED Sp. z o.o.

CERTYFIKAT JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZENIA

D-SPECT CARDIO SN:17288

Jako firma wykonująca przeglądy i serwis urządzeń SPECT produkcji Spectrum Dynamics zaświadczamy, iż dnia 2021-02-10 dokonano przeglądu technicznego powyższego urządzenia. Przegląd wykazał, iż urządzenie w pełnym zakresie spełnia gwarantowane przez producenta parametry techniczne oraz gwarantuje jego bezpieczne użytkowanie. Niniejsze świadectwo ważne jest do 2021-08-31

Wystawiono w Krakowie, dnia 2021-02-10

Inżynier Serwisu
NUCMED Sp. z o.o.
Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa

Podpis inżyniera serwisu



Karta pracy Protokół wykonanych czynności serwisowych

NUCMED Sp. z o.o.
ul. Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa
tel. 22 40 33 550
fax. 22 29 51 368

Data: 2022-02-11

Inżynier: [REDACTED]

Karta nr 2022-02-11 /1

Zleceniodawca: Mediso Polska Sp. z o.o. Al. J. Piłsudskiego 133d. 92-318 Łódź

Typ aparatury: D-SPECT Cardio

Nr seryjny: 17288

Przyczyna:

Brak

Wykonano:

Przegląd okresowy systemu SPECT wg wytycznych producenta. Testy kontroli jakości dla MN z wynikiem pozytywnym. System jest sprawny.

Uwagi: Brak

Zainstalowane części zamienne		Części zamienne do zamówienia	
Nr kodowy i nazwa	Szt.	Nr kodowy i nazwa	Szt.

Rodzaj czynności		Kwalifikacja	
Diagnoza	.	Kontrakt sprzedaży	☐
Naprawa	.	Gwarancja	☐
Konserwacja	9 g	Kontrakt serwisowy	☐
Instalacja	.	Zlecenie płatne	☒
Modyfikacja	.	Wewnętrzne	☐
Dojazd 6 g	Odległość 420 km		

INŻYNIER
SEKCJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO
5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
mgr inż. Ryszard MICHAŁSKI

Podpis zleceniodawcy / użytkownika

Inżynier Serwisu
NUCMED Sp. z o.o.
Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa

Podpis inżyniera serwisu



NUCMED Sp. z o.o.
ul. Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa
tel. 22 40 33 550
fax. 22 29 51 368

CERTYFIKAT JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZENIA

D-SPECT CARDIO SN:17288

Jako firma wykonująca przeglądy i serwis urządzeń SPECT produkcji Spectrum Dynamics zaświadczamy, iż dnia 2022-02-11 dokonano przeglądu technicznego powyższego urządzenia. Przegląd wykazał, iż urządzenie w pełnym zakresie spełnia gwarantowane przez producenta parametry techniczne oraz gwarantuje jego bezpieczne użytkowanie. Niniejsze świadectwo ważne jest do 2022-08-31

Wystawiono w Krakowie, dnia 2022-02-11

Inżynier Serwisu
NUCMED Sp. z o.o.
Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa

Podpis inżyniera serwisu



Karta pracy
Protokół wykonanych
czynności serwisowych

NUCMED Sp. z o.o.
ul. Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa

tel. 22 40 33 550
fax. 22 29 51 368

Data: 2022-02-11

Inżynier: [REDACTED]

Karta nr 2022-02-11 / 2

Zleceniodawca: Mediso Polska Sp. z o.o. Al. J. Piłsudskiego 133d. 92-318 Łódź

Typ aparatury: D-SPECT Cardio

Nr seryjny: 17288

Przyczyna:

Brak możliwości zachowywania i przysyłania raportów S.C. z 4DM

Wykonano:

Konfigurację, szkolenie w zakresie wykonywania SC raportów z 4DM i przysyłania na PACS.

Uwagi: Brak

Zainstalowane części zamienne		Części zamienne do zamówienia	
Nr kodowy i nazwa	Szt.	Nr kodowy i nazwa	Szt.
----		----	

Rodzaj czynności		Kwalifikacja	
Diagnoza	.	Kontrakt sprzedaży	☐
Naprawa	.	Gwarancja	☐
Konserwacja	.	Kontrakt serwisowy	☐
Instalacja	.	Zlecenie płatne	☒
Modyfikacja	2 g	Wewnętrzne	☐
Dojazd	Odległość 0 km		

KIEROWNIK
SEKCJI SPRZEDAŻY MEDYCZNEGO
Ś. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
Ś. Z. Z. w Warszawie
mgr inż. Ryszard MICHAŁSKI

Podpis zlecniodawcy / użytkownika

[REDACTED]
Inżynier Serwisu
NUCMED Sp. z o.o.
Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa

Podpis inżyniera serwisu

~~CONFIDENTIAL~~

~~CONFIDENTIAL~~



Karta pracy

Protokół wykonanych czynności serwisowych

NUCMED Sp. z o.o.
ul. Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa
tel. 22 40 33 550
fax. 22 29 51 368

Data: 2023-02-21

Inżynier: [REDACTED]

Karta nr 2023-02-21 /1

Zleceniodawca: Mediso Polska Sp. z o.o. Al. J. Piłsudskiego 133d, 92-318 Łódź

Typ aparatury: D-SPECT Cardio

Nr seryjny: 17288

Przyczyna:

Brak

Wykonano:

Przegląd okresowy systemu SPECT wg wytycznych producenta. Kalibracja systemu dla nowego źródła Co-57. Testy kontroli jakości dla MN z wynikiem pozytywnym. System jest sprawny.

Uwagi: Brak

Zainstalowane części zamienne		Części zamienne do zamówienia	
Nr kodowy i nazwa	Szt.	Nr kodowy i nazwa	Szt.
-----		-----	

Rodzaj czynności	Kwalifikacja
Diagnoza .	Kontrakt sprzedaży ☐
Naprawa .	Gwarancja ☐
Konserwacja 10 g	Kontrakt serwisowy ☐
Instalacja .	Zlecenie płatne ☒
Modyfikacja .	Wewnętrzne ☐
Dojazd 7 g Odległość 540 km	

KIEROWNIK
SEKCJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO
o Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SZOZ w Krakowie

mgr inż. Ryszard Michałowski
Podpis zleceniodawcy / użytkownika

[REDACTED]
Inżynier Serwis
NUCMED Sp. z o.o.
Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa

Podpis inżyniera serwisu

~~REDACTED~~

~~REDACTED~~

Health Technologies Sp. z o.o.

ul. Chocimska 20/101, 00-791 Warszawa

	Karta pracy Protokół wykonanych czynności serwisowych	
--	--	--

Data: 29.02.2024 r. Inżynier: [REDACTED] Karta nr 29/02/2024/KM/01

Zleceniodawca: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie,
ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
Typ aparatury: Spectrum Dynamics Medical D-Spect Cardio
Nr seryjny: 17288
Przyczyna: Okresowy przegląd techniczny – serwis pogwarancyjny
Wykonano: Przegląd okresowy wg wytycznych producenta systemu SPECT.
Kalibracja systemu. Testy kontroli jakości dla MN z wynikiem pozytywnym.
System jest sprawny.
Uwagi: brak

Zainstalowane części zamienne		Części zamienne do zamówienia	
Nr kodowy i nazwa	Szt.	Nr kodowy i nazwa	Szt.

Rodzaj czynności	Kwalifikacja
Diagnoza Naprawa Konserwacja X Instalacja Modyfikacja	Kontrakt sprzedaży Gwarancja Kontrakt serwisowy X Zlecenie płatne Wewnętrzne

Podpis zlecniodawcy / użytkownika

[REDACTED]
Inżynier Serwisu
Health Technologies Sp. z o.o.
Chocimska 20/101, 00-791 Warszawa

Podpis wykonawcy

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ZAKŁAD MEDYCYNy NUKLEARNEJ
Pracownia Scyntygraficzna
30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3, tel. 71 333 22 33 / fax 71 630 82 76
Kod Cz. VI: 1, Cz. VII: 541, Cz. VIII: 7950 081/100019
Kod Cz. I: Księga Rejestrowa Nr 000009*18551, Cz. V: 07
NIP 677-20-81-964 REGON 351506868

KRS 0000425115, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wódz Główny KRS: kapitał zakładowy 10 000 00 zł

██████████

██████████

Health Technologies Sp. z o.o.

ul. Chocimska 20/101, 00-791 Warszawa

	Karta pracy Protokół wykonanych czynności serwisowych	
--	--	--

Data: 28.02.2025 r. **Inżynier:** [REDACTED] **Karta nr** 28/02/2025/KM/01

Zleceniodawca: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie,
ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
Typ aparatury: Spectrum Dynamics Medical D-Spect Cardio
Nr seryjny: 17288
Przyczyna: Okresowy przegląd techniczny – serwis pogwarancyjny
Wykonano: Przegląd okresowy wg wytycznych producenta systemu SPECT. Wymiana źródła kalibracyjnego Co-57. Kalibracja systemu. Testy kontroli jakości dla MN z wynikiem pozytywnym. System jest sprawny.
Uwagi: brak

Zainstalowane części zamienne		Części zamienne do zamówienia	
Nr kodowy i nazwa	Szt.	Nr kodowy i nazwa	Szt.

Rodzaj czynności	Kwalifikacja
Diagnoza Naprawa Konservacja X Instalacja Modyfikacja	Kontrakt sprzedaży Gwarancja Kontrakt serwisowy X Zlecenie płatne Wewnętrzne

KIEROWNIK
SEKCJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SPZOZ w Krakowie
mgr inż. Ryszard W. HALSZA

Podpis zlecniodawcy / użytkownika

[REDACTED]
Inżynier Serwisu
Health Technologies Sp. z o.o.
Chocimska 20/101, 00-791 Warszawa

Podpis wykonawcy

KRS 0000425115, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydz. Gosp. KRS; kapitał zakładowy 10.000,00 zł
NIP: 5272679770, REGON:146185182
biuro@healthtech.pl

SECRET

SECRET

KARTA PRACY – PROTOKÓŁ CZYNNOSCI SERWISOWYCH

Data: 2019-08-21..22.

Inżynier: [REDACTED]

Karta nr : 22/08/2019/SGA/1

Data i godz. zgłoszenia: Przegląd planowany
Osoba zlecająca: Tomasz Tłoczek
Zleciennodawca: Mediso
Zakład Oddział: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
Adres: ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Typ aparatury nr seryjny: Spectrum Dynamics D-SPECT sn 17288

Przyczyna: Przegląd planowany

Wykonano: Wykonano przegląd okresowy z kalibracjami systemu zgodnie z załącznikiem (Karta Czynności Konserwacyjnych)

Dodatkowo wykonano dwa skany fantomu Jaszczak jako pomoc przy testach akceptacyjnych

Uwagi: aparat sprawny

Zainstalowane części zamienne

Części zamienne do zamówienia

Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Główny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3
tel./fax (013) 630 80 36
IP 6772081964 REGON 3515008
Podpis zleciennodawcy i użytkownika

Inżynier Serwisu
NUCMED Sp. z o.o.
00-710 Warszawa, ul. Idzikowskiego 2E/46
Podpis inżyniera serwisu

Rodzaj działalności		Kwalifikacja działalności	
1.	Diagnoza	godzin	Kontrakt sprzedaży
2.	Naprawa	godzin	Gwarancja
3.	Konserwacja	16.5 godzin	Kontrakt serwisowy
4.	Preinstalacja	godzin	Zlecenie płatne
5.	Instalacja	godzin	Wewnętrzne
6.	Modyfikacja	godzin	
7.		godzin	
8.	Czas przejazdu	4 godzin	
9.	Odległość	210 km	

KARTA CZYNÓŚCI KONSERWACYJNYCH

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z
Polikliniką SPZOZ
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków

D-SPECT
(SN 17288)


2019


podrocznik

Co pół roku

TAK NIE

- Sprawdzenie obudowy ☒ TAK ☐ NIE
- Sprawdzenie powierzchni fotela pacjenta ☒ TAK ☐ NIE
- Sprawdzenie ruchów gantry oraz działania hamulców ☒ TAK ☐ NIE
- Czyszczenie śruby silnika liniowego ☒ TAK ☐ NIE
- Sprawdzenie ruchów fotela pacjenta ☒ TAK ☐ NIE
- Sprawdzenie mocowania siłowników fotela pacjenta ☒ TAK ☐ NIE
- Sprawdzenie mocowania śrub fotela pacjenta ☒ TAK ☐ NIE
- Sprawdzenie ruchów siedziska fotela pacjenta ☒ TAK ☐ NIE
- Sprawdzenie poprawności działania pochyłościomierza ☒ TAK ☐ NIE
- Czyszczenie filtrów detektora ☒ TAK ☐ NIE
- Sprawdzenie i czyszczenie ruchów kolumn detektora ☒ TAK ☐ NIE
- Sprawdzenie połączeń okablowania kolumn detektorów ☒ TAK ☐ NIE
- Weryfikacja temperatury pomieszczenia ☒ TAK ☐ NIE
- Sprawdzenie podłączenia uziemienia gantry ☒ TAK ☐ NIE
- Sprawdzenie działania UPS ☒ TAK ☐ NIE
- Czyszczenie komputerów (akwizycyjny, processing) ☒ TAK ☐ NIE
- Porządkowanie plików komp. akwizycyjnego (E/SRC D-SPECT) ☒ TAK ☐ NIE
- Sprawdzenie poprawnego działania LogmeIn ☒ TAK ☐ NIE
- Update Antivirus Windows ☒ TAK ☐ NIE
- Sprawdzenie zestawu narzędzi do QC ☒ TAK ☐ NIE
- Wykonanie daily QC i testowego badania SPECT ☒ TAK ☐ NIE
- Włączenie VanLock ☒ TAK ☐ NIE
- Uzupełnienie i wysłanie raportu PM ☒ TAK ☐ NIE


Inżynier Serwisu

NUC-MED Sp. z o.o.
00-710 Warszawa, ul. Idzikowskiego 2E/46



Karta pracy Protokół wykonanych czynności serwisowych

NUCMED Sp. z o.o.
ul. Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa
tel. 22 40 33 550
fax. 22 29 51 368

Data: 2020-08-11

Inżynier: [REDACTED]

Karta nr 2020-08-11 /1

Zleceniodawca: Mediso Polska Sp. z o.o. Al. J. Piłsudskiego 133d, 92-318 Łódź

Typ aparatury: D-SPECT Cardio

Nr seryjny: 17288

Przyczyna:

Brak

Wykonano:

Przegląd okresowy systemu SPECT wg wytycznych producenta. Testy kontroli jakości dla MN z wynikiem pozytywnym. System jest sprawny.

Uwagi: Producent nie zaleca używania źródła Co-57 do kontroli jakości starszego niż 2 lata. W dniu 10.08.2020 na stacji procesingowej przestało działać oprogramowanie 4DM Spect z powodu niewłaściwej licencji. Przyczyną tego była przypadkowa zmiana „hardware stamp”. Usterka zostanie naprawiona w dniu dzisiejszym zdalnie przez producenta.

Zainstalowane części zamienne		Części zamienne do zamówienia	
Nr kodowy i nazwa	Szt.	Nr kodowy i nazwa	Szt.
---		---	

Rodzaj czynności		Kwalifikacja	
Diagnoza	.	Kontrakt sprzedaży	☐
Naprawa	.	Gwarancja	☐
Konserwacja	11 g	Kontrakt serwisowy	☐
Instalacja	.	Zlecenie płatne	☒
Modyfikacja	.	Wewnętrzne	☐
Dojazd 8 g	Odległość 540 km		

Starszy Referent Sekcji Sprzętu Medycznego
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SPZOZ w Krakowie

[Signature]
mgr inż. **Martyna SZCZYGŁOWSKA**

Podpis zleceniodawcy / użytkownika

Inżynier Serwisu
NUCMED Sp. z o.o.
Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa

Podpis inżyniera serwisu

██████████

██████████



Karta pracy Protokół wykonanych czynności serwisowych

NUCMED Sp. z o.o.
ul. Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa

tel. 22 40 33 550
fax. 22 29 51 368

Data: 2021-08-10

Inżynier: [REDACTED]

Karta nr 2021-08-10 /1

Zleceniodawca: Mediso Polska Sp. z o.o. Al. J. Piłsudskiego 133d, 92-318 Łódź

Typ aparatury: D-SPECT Cardio

Nr seryjny: 17288

Przyczyna:

Brak

Wykonano:

Przegląd okresowy systemu SPECT wg wytycznych producenta. Testy kontroli jakości dla MN z wynikiem pozytywnym. System jest sprawny.

Uwagi: Brak

Zainstalowane części zamienne		Części zamienne do zamówienia	
Nr kodowy i nazwa	Szt.	Nr kodowy i nazwa	Szt.

Rodzaj czynności	Kwalifikacja
Diagnoza	Kontrakt sprzedaży ☐
Naprawa	Gwarancja ☒
Konserwacja 4 g	Kontrakt serwisowy ☐
Instalacja	Zlecenie płatne ☐
Modyfikacja	Wewnętrzne ☐
Dojazd 7 g	
Odległość 540 km	

Starszy inspektor Sekcji Sprzętu Medycznego
Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SPZO [REDACTED]

mgr inż. Martyna SZCZYGIŁOWSKA
Podpis zleceniodawcy / użytkownika

Inżynier Serwisu
NUCMED Sp. z o.o.
Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa

[REDACTED]
Podpis inżyniera serwisu



NUCMED Sp. z o.o.
ul. Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa
tel. 22 40 33 550
fax. 22 29 51 368

CERTYFIKAT JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZENIA

D-SPECT CARDIO SN:17288

Jako firma wykonująca przeglądy i serwis urządzeń SPECT produkcji Spectrum Dynamics zaświadczamy, iż dnia 2021-08-10 dokonano przeglądu technicznego powyższego urządzenia. Przegląd wykazał, iż urządzenie w pełnym zakresie spełnia gwarantowane przez producenta parametry techniczne oraz gwarantuje jego bezpieczne użytkowanie. Niniejsze świadectwo ważne jest do 2022-02-28

Wystawiono w Krakowie, dnia 2021-08-10

Inżynier Serwisu
NUCMED Sp. z o.o.
Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa

Podpis inżyniera serwisu



Karta pracy Protokół wykonanych czynności serwisowych

NUCMED Sp. z o.o.
ul. Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa

tel. 22 40 33 550
fax. 22 29 51 368

Data: 2022-08-09

Inżynier: [REDACTED]

Karta nr 2022-08-09 /1

Zleceniodawca: Mediso Polska Sp. z o.o. Al. J. Piłsudskiego 133d, 92-318 Łódź

Typ aparatury: D-SPECT Cardio

Nr seryjny: 17288

Przyczyna:

Brak

Wykonano:

Przegląd okresowy systemu SPECT wg wytycznych producenta. Testy kontroli jakości dla MN z wynikiem pozytywnym. Naprawa okablowania modułu ECG, zamówiono nowy zestaw. System jest sprawny.

Uwagi: Brak

Zainstalowane części zamienne		Części zamienne do zamówienia	
Nr kodowy i nazwa	Szt.	Nr kodowy i nazwa	Szt.
		4550145-02, ECG LEAD WIRES, STD, 4 LEAD SET, AHA, 24",	1

Rodzaj czynności	Kwalifikacja
Diagnoza	Kontrakt sprzedaży ☐
Naprawa	Gwarancja ☐
Konserwacja 5 g	Kontrakt serwisowy ☒
Instalacja	Zlecenie płatne ☐
Modyfikacja	Wewnętrzne ☐
Dojazd 6 g	

Odległość 540 km

Podpis zleceniodawcy / użytkownika

Inżynier Serwisu
NUCMED Sp. z o.o.
Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa

Podpis inżyniera serwisu

1000

1000



Karta pracy Protokół wykonanych czynności serwisowych

NUCMED Sp. z o.o.
ul. Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa
tel. 22 40 33 550
fax. 22 29 51 368

Data: 2023-08-07

Inżynier: [REDACTED]

Karta nr 2023-08-07 /1

Zleceniodawca: Mediso Polska Sp. z o.o. Al. J. Piłsudskiego 133d, 92-318 Łódź

Typ aparatury: D-SPECT Cardio

Nr seryjny: 17288

Przyczyna:

Brak

Wykonano:

Przegląd okresowy systemu SPECT wg wytycznych producenta. Testy kontroli jakości dla MN z wynikiem pozytywnym. System jest sprawny.

Uwagi: Brak

Zainstalowane części zamienne		Części zamienne do zamówienia	
Nr kodowy i nazwa	Szt.	Nr kodowy i nazwa	Szt.
----	-	----	-

Rodzaj czynności		Kwalifikacja	
Diagnoza	.	Kontrakt sprzedaży	☐
Naprawa	.	Gwarancja	☐
Konserwacja	4 g	Kontrakt serwisowy	☒
Instalacja	.	Zlecenie płatne	☐
Modyfikacja	.	Wewnętrzne	☐
Dojazd 7 g	Odległość 540 km		

Inspektor Sekcji Sprzętu Medycznego
Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ w Krakowie

Aneta Gniewek
inż. Aneta GNIEWEK
Podpis zleceniodawcy / użytkownika

Inżynier Serwisu
NUCMED Sp. z o.o.
Idzikowskiego 2E/46
00-710 Warszawa

Podpis inżyniera serwisu

SECRET

SECRET

Karta pracy

Protokół wykonanych czynności serwisowych

Data: 29.08.2024 r. Inżynier: [REDACTED] Karta nr 29/08/2024/KM/01

Zleceniodawca: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie,
ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

Typ aparatury: Spectrum Dynamics Medical D-Spect Cardio

Nr seryjny: 17288

Przyczyna: Okresowy przegląd techniczny – serwis pogwarancyjny

Wykonano: Przegląd okresowy wg wytycznych producenta systemu SPECT.
Testy kontroli jakości dla MN z wynikiem pozytywnym. System jest sprawny.

Uwagi: brak

Zainstalowane części zamienne		Części zamienne do zamówienia	
Nr kodowy i nazwa	Szt.	Nr kodowy i nazwa	Szt.

Rodzaj czynności	Kwalifikacja
Diagnoza [REDACTED]	Kontrakt sprzedaży
Naprawa	Gwarancja
Konserwacja X	Kontrakt serwisowy X
Instalacja	Zlecenie płatne
Modyfikacja	Wewnętrzne

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA SERWISU MEDYCZNEGO
30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3
Podpis: [REDACTED]
NIP 677 20-81-964 REGON 35150686

[REDACTED]
Inżynier Serwisu
Health Technologies Sp. z o.o.
Chocimska 20/101, 00-791 Warszawa

Podpis wykonawcy

**CERTYFIKAT JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
URZĄDZENIA**

Gamma kamera D-SPECT Cardio (Nr Seryjny: 17288)

Zaświadczamy, iż dnia 29.08.2024 r. dokonano przeglądu technicznego powyższego urządzenia. Przegląd wykazał, iż urządzenie w pełnym zakresie spełnia gwarantowane przez producenta parametry techniczne oraz gwarantuje jego bezpieczne użytkowanie. Niniejsze świadectwo ważne jest do 28.02.2025 r.

Wystawiono w Krakowie, dnia 29.08.2024 r.

Inżynier Serwisu
Health Technologies Sp. z o.o.
Chocimska 20/101, 00-791 Warszawa

Podpis inżyniera serwisu

Health Technologies Sp. z o.o.

ul. Chocimska 20/101, 00-791 Warszawa

Karta pracy Protokół wykonanych czynności serwisowych

Data: 28.08.2025 r. Inżynier: [REDACTED] Karta nr 28/08/2025/AK/01
Zleceniodawca: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, Wrocławska 1/3, 30-901 Kraków
Typ aparatury: Spectrum Dynamics Medical D-Spect Cardio
Nr seryjny: 17288
Przyczyna: Okresowy przegląd techniczny.
Wykonano: Przegląd okresowy systemu SPECT wg wytycznych producenta.
Testy kontroli jakości dla MN z wynikiem pozytywnym. System jest sprawny.
Uwagi: brak

Zainstalowane części zamienne		Części zamienne do zamówienia	
Nr kodowy i nazwa	Szt.	Nr kodowy i nazwa	Szt.
---		---	

Rodzaj czynności	Kwalifikacja
Diagnoza Naprawa Konserwacja X Instalacja Modyfikacja	Kontrakt sprzedaży Gwarancja X Kontrakt serwisowy Zlecenie płatne Wewnętrzne

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
SEKCJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO
[REDACTED]
Podpis zlecniodawcy / Użytkownika

Inżynier Serwisu
Health Technologies Sp. z o.o.
Chocimska 20/101, 00-791 Warszawa

Podpis wykonawcy

Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ZAKŁAD MEDYCZYNY NUKLEARNEJ
Pracownia Scyntygraficzna
30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1/3, tel. 16 300 27 50
Kod Cz. VI. 1, Cz. VII. 541, Cz. VIII. 799, 06.11.15
Kod Cz. I Księga Rejestrowa Nr 006000185
NIP 677-20-81-964 REGON 35150

KRS 0000425115, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydz. Gosp. KRS; kapitał zakładowy 10.000,00 zł
NIP: 5272679770, REGON: 146185182
biuro@healthtech.pl

██████████

██████████